

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI
DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA ED ACCESSORI PER LE
NECESSITÀ DELL'ASL CN1 E DELL'AO S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER

36 MESI

LOTTO 61

SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA LORENZATTO

REQUISITI ESSENZIALI	<p>Sonda extraendoscopica per la decompressione del colon di dimensioni non inferiori a 14 Fr, con fori laterali per il drenaggio, per il trattamento del megacolon acuto non tossico, pseudo ostruzione e stenosi del colon. Sterile, monouso.</p> <p>Requisito preferenziale:</p> <p>Fornitura in set completo di tubo connettore di drenaggio e filo guida di dimensioni non inferiori a 0,0035 inc.</p>
----------------------	---

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Buono	0,75
Discreto	0,5
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	GIUDIZIO	P.TI DISCREZIONALI	P.TI TABELLARI
Scorrevolezza della sonda sul filo guida	Ottimo	25,00	
Visibilità radiologica	Ottimo	20,00	
Versatilità degli accessori*	Ottimo	15,00	
Fornitura in set	Ottimo		5,00
Confezionamento**	Ottimo	5,00	
TOTALE		65,00	5,00
		70,00	

* versatilità, caratteristiche oggetto di valutazione: scorrevolezza, ripetibilità della manovra.

** confezionamento, caratteristiche oggetto di valutazione: apertura della confezione "peel open", etichetta staccabile adesiva, presenza di serial number.

La commissione giudicatrice:

Dr. Corrado GENOVESE

Dr. Giovanni RAVOTTI

Dr.ssa Giovanna VENEZIA

Segretario verbalizzante:

Maria Elena Gazzola