

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI
DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA ED ACCESSORI PER LE
NECESSITÀ DELL'ASL CN1 E DELL'AO S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER

36 MESI

LOTTO 45

SCHEMA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA FRESENIUS

REQUISITI ESSENZIALI	<p>PEG metodo "push" o "introducer": kit per il posizionamento percutaneo di sonde per nutrizione enterale a palloncino, con sistema di dilatazione raggiungibile fino a 22 Fr. Sterile, monouso.</p> <p>Sistema di ancoraggio della parete gastrica alla parete addominale (punti di sutura o TFast, sistema di introduzione con dilatatori fasciali di calibro progressivo su filo guida con diametro maggiore impiegabile come introduttore, con guaina peel-away).</p>
----------------------	--

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Buono	0,75
Discreto	0,5
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	GIUDIZIO	P.TI DISCREZIONALI
Completezza del kit	buono	15,00
Facilità di inserimento della sonda	Discreta, difficoltà complessiva della metodica e del posizionamento del Tfast	10,00
Atraumaticità del sistema	Sufficiente per tipologia di sistema a trocar	3,75
Chiarezza delle istruzioni operative	buono	7,50
Confezionamento *	ottimo	5,00
TOTALE		41,25

** confezionamento, caratteristiche oggetto di valutazione: apertura della confezione "peel open", etichetta staccabile adesiva, presenza di serial number.

La commissione giudicatrice:

Dr. Corrado GENOVESI.....

Dr. Giovanni RAVOTTI

Dr.ssa Giovanna VENEZIA

Segretario verbalizzante:

Maria Elena Gazzola

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI
DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA ED ACCESSORI PER LE
NECESSITÀ DELL'ASL CN1 E DELL'AO S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER

36 MESI

LOTTO 45

SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA INNOVAMEDICA

REQUISITI ESSENZIALI	PEG metodo "push" o "introducer": kit per il posizionamento percutaneo di sonde per nutrizione enterale a palloncino, con sistema di dilatazione raggiungibile fino a 22 Fr. Sterile, monouso. Sistema di ancoraggio della parete gastrica alla parete addominale (punti di sutura o TFast, sistema di introduzione con dilatatori fasciali di calibro progressivo su filo guida con diametro maggiore impiegabile come introduttore, con guaina peel-away).
----------------------	--

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Buono	0,75
Discreto	0,5
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	GIUDIZIO	P.TI DISCREZIONALI
Completezza del kit	ottimo	20,00
Facilità di inserimento della sonda	ottimo	20,00
Atraumaticità del sistema	ottimo	15,00
Chiarezza delle istruzioni operative	ottimo	10,00
Confezionamento *	ottimo	5,00
TOTALE		70,00

** confezionamento, caratteristiche oggetto di valutazione: apertura della confezione "peel open", etichetta staccabile adesiva, presenza di serial number.

La commissione giudicatrice:

Dr. Corrado GENOVESI

Dr. Giovanni RAVOTTI

Dr.ssa Giovanna VENEZIA

Segretario verbalizzante:

Maria Elena Gazzola