

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI  
DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA ED ACCESSORI PER LE  
NECESSITÀ DELL'ASL CN1 E DELL'AO S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER

36 MESI

LOTTO 43

SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA EUROMEDICAL

REQUISITI ESSENZIALI	Sistema di clip metallica premontata su cilindro/cappuccio, con conformazione a "punta di spade", per trattamento di lesioni sanguinanti o fistole o perforazioni fino a diametro di lesione di 20 mm. Sterile, monouso.
----------------------	--

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Buono	0,75
Discreto	0,5
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	GIUDIZIO	P.TI DISCREZIONALI
Ergonomicità del manipolo	Non conforme alle caratteristiche minime essenziali in quanto il sistema offerto non ha la conformazione a punta di spada. Non ammissibile.	0,00
Facilità di serraggio/rilascio		0,00
Efficacia dell'emostasi/chiusura		0,00
Controllo della rotazione 1:1		0,00
Confezionamento*		0,00
TOTALE		0,00

\*\* confezionamento, caratteristiche oggetto di valutazione: apertura della confezione "peel open", etichetta staccabile adesiva, presenza di serial number.

La commissione giudicatrice:

Dr. Corrado GENOVESI .....

Dr. Giovanni RAVOTTI .....

Dr.ssa Giovanna VENEZIA .....

Segretario verbalizzante:

Maria Elena Gazzola .....

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI  
DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA ED ACCESSORI PER LE  
NECESSITÀ DELL'ASL CN1 E DELL'AO S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER

36 MESI

LOTTO 43

SCHEMA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA LORENZATTO

REQUISITI ESSENZIALI	Sistema di clip metallica premontata su cilindro/cappuccio, con conformazione a "punta di spade", per trattamento di lesioni sanguinanti o fistole o perforazioni fino a diametro di lesione di 20 mm. Sterile, monouso.
----------------------	--

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Buono	0,75
Discreto	0,5
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	GIUDIZIO	P.TI DISCREZIONALI
Ergonomicità del manipolo	ottimo	15,00
Facilità di serraggio/rilascio	ottimo	20,00
Efficacia dell'emostasi/chiusura	ottimo	20,00
Controllo della rotazione 1:1	ottimo	10,00
Confezionamento*	ottimo	5,00
TOTALE		70,00

\*\* confezionamento, caratteristiche oggetto di valutazione: apertura della confezione "peel open", etichetta staccabile adesiva, presenza di serial number.

La commissione giudicatrice:

Dr. Corrado GENOVESI .....

Dr. Giovanni RAVOTTI .....

Dr.ssa Giovanna VENEZIA .....

Segretario verbalizzante:

Maria Elena Gazzola .....