

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI
DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA ED ACCESSORI PER LE
NECESSITÀ DELL'ASL CN1 E DELL'AO S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER
36 MESI
LOTTO 50

SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA BOSTON

REQUISITI ESSENZIALI		Voce a) Requisiti essenziali: Siringa da 60 cc con manometro integrato da 0-15 atm (bar). Scala del manometro autoluminescente, per una buona visibilità anche al buio. Rubinetto a tre vie luer-lock integrato. Monouso, sterile. Voce b) Requisiti essenziali: Dispositivo manuale riutilizzabile, con siringa con sistema di serraggio bloccabile, sterilizzata/indicatore di pressione di insufflazione.	
GIUDIZI	COEFFICIENTI		
Ottimo	1		
Buono	0,75		
Discreto	0,5		
Sufficiente	0,25		
Insufficiente	0		

CRITERI DI VALUTAZIONE	GIUDIZIO	P.TI DISCREZIONALI	
Maneggevolezza / ergonomia del dispositivo pluriuso manuale	ottimo	15,00	
Visibilità della scala sulla siringa	ottimo	10,00	
Facilità e precisione nella regolazione della pressione di insufflazione	ottimo	20,00	
Semplicità di utilizzo nel montaggio della siringa	ottimo	20,00	
Confezionamento*	ottimo	5,00	
TOTALE		70,00	

** confezionamento, caratteristiche oggetto di valutazione: apertura della confezione "peel open", etichetta staccabile adesiva, presenza di serial number.

La commissione giudicatrice:

Segretario verbalizzante:

Dr. Corrado GENOVESI

Maria Elena Gazzola

Dr. Giovanni RAVOTTI

Dr.ssa Giovanna VENEZIA