

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI
DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA ED ACCESSORI PER LE
NECESSITÀ DELL'ASL CN1 E DELL'AO S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER
36 MESI
LOTTO 53

SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA AORTA

REQUISITI ESSENZIALI	Boccaglio monouso, con laccio di fissaggio "latex free", in misura standard da 20 mm e in misura pediatrica da 16 mm (compatibile con diametro esterno di strumenti operativi di 12,6 mm), con abbassa lingua.		
----------------------	--	--	--

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Buono	0,75
Discreto	0,5
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	GIUDIZIO	P.TI DISCREZIONALI
Anatomicità del boccaglio	Non conforme ai requisiti minimi essenziali in quanto la misura pediatrica non è idonea per strumento operativo. Non ammissibile.	
Conformazione idonea all'inserimento di strumenti di diverse dimensioni		
Confezionamento*		
TOTALE		0,00

** confezionamento, caratteristiche oggetto di valutazione: apertura della confezione "peel open", etichetta staccabile adesiva, presenza di serial number.

La commissione giudicatrice:
Dr. Corrado GENOVESI
Dr. Giovanni RAVOTTI
Dr.ssa Giovanna VENEZIA

Segretario verbalizzante:
Maria Elena Gazzola

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI
DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA ED ACCESSORI PER LE
NECESSITÀ DELL'ASL CN1 E DELL'AO S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER
36 MESI

LOTTO 53

SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA BOSTON

REQUISITI ESSENZIALI	Boccaglio monouso, con laccio di fissaggio "latex free", in misura standard da 20 mm e in misura pediatrica da 16 mm (compatibile con diametro esterno di strumenti operativi di 12,6 mm), con abbassa lingua.
----------------------	--

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Buono	0,75
Discreto	0,5
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	GIUDIZIO	P.TI DISCREZIONALI
Anatomicità del boccaglio	ottima	30,00
Conformazione idonea all'inserimento di strumenti di diverse dimensioni	ottima	35,00
Confezionamento*	ottimo	5,00
TOTALE		70,00

** confezionamento, caratteristiche oggetto di valutazione: apertura della confezione "peel open", etichetta staccabile adesiva, presenza di serial number.

La commissione giudicatrice:

Dr. Corrado GENOVESI

Dr. Giovanni RAVOTTI

Dr.ssa Giovanna VENEZIA

Segretario verbalizzante:

Maria Elena Gazzola

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI
DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA ED ACCESSORI PER LE
NECESSITÀ DELL'ASL CN1 E DELL'AO S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER
36 MESI

LOTTO 53

SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - CONMED

REQUISITI ESSENZIALI	Boccaglio monouso, con laccio di fissaggio "latex free", in misura standard da 20 mm e in misura pediatrica da 16 mm (compatibile con diametro esterno di strumenti operativi di 12,6 mm), con abbassa lingua.
----------------------	--


GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Buono	0,75
Discreto	0,5
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE		GIUDIZIO	P.TI DISCREZIONALI
Anatomicità del boccaglio		Non conforme ai requisiti minimi essenziali in quanto la misura pediatrica non è idonea per strumento operativo. Non ammissibile.	
Conformazione idonea all'inserimento di strumenti di diverse dimensioni			
Confezionamento*			
TOTALE			0,00

** confezionamento, caratteristiche oggetto di valutazione: apertura della confezione "peel open", etichetta staccabile adesiva, presenza di serial number.


La commissione giudicatrice:

Dr. Corrado GENOVESI 

Dr. Giovanni RAVOTTI 

Dr.ssa Giovanna VENEZIA 

Segretario verbalizzante:

Maria Elena Gazzola 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI
DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA ED ACCESSORI PER LE
NECESSITÀ DELL'ASL CN1 E DELL'AO S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER
36 MESI
LOTTO 53

SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA INNOVAMEDICA

REQUISITI ESSENZIALI	Boccaglio monouso, con laccio di fissaggio "latex free", in misura standard da 20 mm e in misura pediatrica da 16 mm (compatibile con diametro esterno di strumenti operativi di 12,6 mm), con abbassa lingua.		
----------------------	--	--	--

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Buono	0,75
Discreto	0,5
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	GIUDIZIO	P.TI DISCREZIONALI
Anatomicità del boccaglio	Non conforme ai requisiti minimi essenziali in quanto la misura pediatrica non è idonea per strumento operativo. Non ammissibile.	
Conformazione idonea all'inserimento di strumenti di diverse dimensioni		
Confezionamento*		
TOTALE		0,00

** confezionamento, caratteristiche oggetto di valutazione: apertura della confezione "peel open", etichetta staccabile adesiva, presenza di serial number.

La commissione giudicatrice:

Dr. Corrado GENOVESI

Dr. Giovanni RAVOTTI

Dr.ssa Giovanna VENEZIA

Segretario verbalizzante:

Maria Elena Gazzola

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI
DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA ED ACCESSORI PER LE
NECESSITÀ DELL'ASL CN1 E DELL'AO S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER
36 MESI

LOTTO 53

SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA LORENZATTO

REQUISITI ESSENZIALI	Boccaglio monouso, con laccio di fissaggio "latex free", in misura standard da 20 mm e in misura pediatrica da 16 mm (compatibile con diametro esterno di strumenti operativi di 12,6 mm), con abbassa lingua.
-----------------------------	--

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Buono	0,75
Discreto	0,5
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	GIUDIZIO	P.TI DISCREZIONALI
Anatomicità del boccaglio	ottima	30,00
Conformazione idonea all'inserimento di strumenti di diverse dimensioni	ottima	35,00
Confezionamento*	ottimo	5,00
TOTALE		70,00

** confezionamento, caratteristiche oggetto di valutazione: apertura della confezione "peel open", etichetta staccabile adesiva, presenza di serial number.

La commissione giudicatrice:

Dr. Corrado GENOVESI

Dr. Giovanni RAVOTTI

Dr.ssa Giovanna VENEZIA

Segretario verbalizzante:

Maria Elena Gazzola

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI
DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA ED ACCESSORI PER LE
NECESSITÀ DELL'ASL CN1 E DELL'AO S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER
36 MESI

LOTTO 53

SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA MEDITALIA GROUP

REQUISITI ESSENZIALI	Boccaglio monouso, con laccio di fissaggio "latex free", in misura standard da 20 mm e in misura pediatrica da 16 mm (compatibile con diametro esterno di strumenti operativi di 12,6 mm), con abbassa lingua.
----------------------	--


GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Buono	0,75
Discreto	0,5
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0


CRITERI DI VALUTAZIONE	GIUDIZIO	P. TI DISCREZIONALI
Anatomicità del boccaglio	discreto, poco confortevole per il paziente	15,00
Conformazione idonea all'inserimento di strumenti di diverse dimensioni	buona	26,25
Confezionamento*	sufficiente, non presenti etichette.	1,25

TOTALE 42,50

** confezionamento, caratteristiche oggetto di valutazione: apertura della confezione "peel open", etichetta staccabile adesiva, presenza di serial number.

La commissione giudicatrice:

Dr. Corrado GENOVESI


Dr. Giovanni RAVOTTI


Dr.ssa Giovanna VENEZIA


Segretario verbalizzante:

Maria Elena Gazzola
