

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI  
DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA ED ACCESSORI PER LE  
NECESSITÀ DELL'ASL CN1 E DELL'AO S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER  
36 MESI

LOTTO 64

SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA LORENZATTO

<b>REQUISITI ESSENZIALI</b>	Cannula per colorazione spray, per colonscopio, in teflon, pluriuso, lunghezza non inferiore a 230 cm.
-----------------------------	--

<b>GIUDIZI</b>	<b>COEFFICIENTI</b>
Ottimo	1
Buono	0,75
Discreto	0,5
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>GIUDIZIO</b>	<b>P.TI DISCREZIONALI</b>
Facilità di iniezione	ottimo	20,00
Efficacia della colorazione	ottima	20,00
Scorrevolezza nel canale dell'endoscopio	ottima	15,00
Versatilità*	ottima	10,00
Confezionamento**	ottimo	5,00
<b>TOTALE</b>		<b>70,00</b>

\* versatilità, caratteristiche oggetto di valutazione: conformabilità e ripetibilità della manovra.

\*\* confezionamento, caratteristiche oggetto di valutazione: apertura della confezione "peel open", etichetta staccabile adesiva, presenza di serial number.

La commissione giudicatrice:

Dr. Corrado GENOVESI .....

Dr. Giovanni RAVOTTI .....

Dr.ssa Giovanna VENEZIA .....

Segretario verbalizzante:

Maria Elena Gazzola .....