

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI
DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA ED ACCESSORI PER LE
NECESSITÀ DELL'ASL CN1 E DELL'AO S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER
36 MESI

LOTTO 40

SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA AORTA

REQUISITI ESSENZIALI	Set per emostasi endoscopica in polvere, costituita da un catetere di lunghezza 230 cm e diametro 7 Fr e da un sistema di somministrazione. Polvere riassorbibile e con sistema anticoagulante. Idoneo all'utilizzo nel tratto digestivo superiore e inferiore. Sterile, monouso.
-----------------------------	---


GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Buono	0,75
Discreto	0,5
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	GIUDIZIO	P. TI DISCREZIONALI
Capacità emostatica	ottima	25,00
Facilità d'utilizzo	ottima	25,00
Completezza del set	ottima	15,00
Confezionamento*	ottimo	5,00
TOTALE		70,00

** confezionamento, caratteristiche oggetto di valutazione: apertura della confezione "peel open", etichetta staccabile adesiva, presenza di serial number.


La commissione giudicatrice:

Dr. Corrado GENOVESI 

Dr. Giovanni RAVOTTI 

Dr.ssa Giovanna VENEZIA 

Segretario verbalizzante:

Maria Elena Gazzola 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI
DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA ED ACCESSORI PER LE
NECESSITÀ DELL'ASL CN1 E DELL'AO S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER
36 MESI

LOTTO 40

SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA OLYMPUS

REQUISITI ESSENZIALI	Set per emostasi endoscopica in polvere, costituita da un catetere di lunghezza 230 cm e diametro 7 Fr e da un sistema di somministrazione. Polvere riassorbibile e con sistema anticoagulante. Idoneo all'utilizzo nel tratto digestivo superiore e inferiore. Sterile, monouso.
-----------------------------	---

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Buono	0,75
Discreto	0,5
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	GIUDIZIO	P.TI DISCREZIONALI
Capacità emostatica	buona	18,75
Facilità d'utilizzo	buona	18,75
Completezza del set	buona	11,25
Confezionamento*	buono	3,75
TOTALE		52,50

** confezionamento, caratteristiche oggetto di valutazione: apertura della confezione "peel open", etichetta staccabile adesiva, presenza di serial number.

La commissione giudicatrice:

Dr. Corrado GENOVESI

Dr. Giovanni RAVOTTI

Dr.ssa Giovanna VENEZIA

Segretario verbalizzante:

Maria Elena Gazzola