

GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA ED ACCESSORI PER LE NECESSITÀ DELL'ASL CN1 E DELL'AO S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER 36 MESI.

VERBALE N. 5

Seduta riservata della Commissione per la valutazione delle offerte tecniche

PREMESSO CHE

- con provvedimento n. 1054 del 26/05/2023 è stata indetta gara d'appalto a procedura aperta, n. ANAC 8987508 e n. GUCE GU/S S103 31/05/2023 323264-2023-IT, per l'affidamento della fornitura, suddivisa in lotti, ai sensi del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i., di dispositivi per endoscopia digestiva ed accessori per le necessità dell'ASL CN1 e dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo per 36 mesi, e sono stati approvati il Disciplinare di Gara e il Capitolato Speciale, con relativi allegati, predisposti per la parte di competenza da apposito Nucleo Tecnico secondo le vigenti norme in materia di appalti pubblici;
- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 16.00 del giorno 28/06/2023 sono pervenute, sulla piattaforma elettronica Sintel, n. 18 offerte, inviate rispettivamente dalle seguenti Ditte:

N.	Data	ID. offerta Sintel	DITTA	Lotti offerti
1	22/06/2023	1687427431291	QURE SRL	47
2	22/06/2023	1687454539348	PENTAX ITALIA S.R.L.	30-31
3	23/06/2023	1687509943670	COOK ITALIA S.R.L.	31-37-39-51
4	23/06/2023	1687516170464	FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	45
5	23/06/2023	1687524748397	EUROMEDICAL S.R.L.	1-13-16-17-23-30-31-36- 42-43-63
6	26/06/2023	1687765366233	INNOVAMEDICA SPA	1-2-3-4-12-13-16-17-19- 25-28-30-31-34-37-45- 46-47-51-53-54-55-56- 58
7	26/06/2023	1687772509496	FUJIFILM ITALIA SPA	1-12-17-19-22-35-36
8	26/06/2023	1687774904601	M.G. LORENZATTO SRL	1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-13- 16-17-18-20-23-25-30- 31-34-35-36-43-51-53- 58-61-62-63-64
9	26/06/2023	1687785522874	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	23
10	26/06/2023	1687787084085	CANTEL MEDICAL (ITALY)	54
11	26/06/2023	1687788679727	CONMED ITALIA S.R.L.	13-53

12	27/06/2023	1687853039270	POLIMED S.R.L.	29-33
13	27/06/2023	1687850888922	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	1-4-13-16-30-32-34-37-50-51-53-58
14	27/06/2023	1687856086321	MEDITALIA GROUP SRL	1-4-12-13-16-17-18-19-20-22-23-28-30-31-34-35-36-53-58-63
15	27/06/2023	1687864480694	OLYMPUS ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE	1-4-13-14-17-25-26-28-30-32-34-35-38-40-51-54
16	28/06/2023	1687940036187	AORTA S.R.L.	1-12-13-14-15-17-23-25-30-34-38-40-46-47-51-53-54-55-58-59-60-63
17	28/06/2023	1687943994749	CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	47
18	28/06/2023	1687956537725	NEOS MEDICA SRL	1-12-14-16-18-24-25-30-31-54

- come riportato nei verbali n. 1 del 03/07/2023 e n. 2 del 18/07/2023 tutte le ditte sono state ammesse al prosieguo della procedura di gara;
- con verbale n. 3 del 24/07/2023, il seggio di gara:
 - ha proceduto, operando sulla piattaforma telematica SINTEL, all'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione tecnica, verificando la presenza dei documenti richiesti e rinviando ai lavori della Commissione Giudicatrice, in successive sedute riservate, la valutazione tecnica delle offerte;
 - ha escluso dal proseguo della gara l'offerta presentata dalla ditta Innovamedica SPA per il lotto n. 13 in quanto all'interno della busta tecnica, è stato presentato l'allegato 11.13 "Modello offerta economica", riportante le quotazioni offerte;
- con nota prot. n. 96451 del 27/07/2023 il RUP ha provveduto a trasmettere alla Ditta Innovamedica SPA la comunicazione di esclusione;
- con Determinazione nr. 1465 del 20/07/2023 è stata nominata la Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nelle persone di:
 Dr. Corrado GENOVESI – Responsabile S.S. Endoscopia Digestiva ASL CN1;
 Dr. Giovanni RAVOTTI - Coordinatore infermieristico S.S. Endoscopia Digestiva ASL CN1;
 Dr.ssa Giovanna VENEZIA - Responsabile S.C. Gastroenterologia A.O. Santa Croce e Carle di Cuneo;
- in data 14 settembre 2023 si è tenuta la prima seduta riservata della Commissione, come da verbale n. 4 ;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, nei locali della S.S. Acquisti dell'ASL CN1, ubicati in Cuneo – Via Carlo Boggio, 12, il giorno 04 LUGLIO dalle ore 09,00 alle ore 16.00,

si è riunita, la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione nr. 1465 del 20/07/2023 nella seguente composizione:

Dr. Corrado GENOVESI – Responsabile S.S. Endoscopia Digestiva ASL CN1;
 Dr. Giovanni RAVOTTI - Coordinatore infermieristico S.S. Endoscopia Digestiva ASL CN1;
 Dr.ssa Giovanna VENEZIA - Responsabile S.C. Gastroenterologia A.O. Santa Croce e Carle di Cuneo;

La Sig.ra Maria Elena Gazzola, Funzionario S.S. Acquisti ASL CN1, svolge le funzioni di segretario verbalizzante;

Richiamato il verbale n. 4 del 14/09/2023 e dato atto che non sono pervenute offerte per i lotti 10 – 21 – 27 – 41 – 44 – 48 – 49 – 52 - 57, la Commissione procede, per ogni concorrente ammesso:

- all'esame della documentazione tecnica;
- alla verifica della conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche richieste dal Capitolato Speciale, descrittivo e prestazionale;
- alla valutazione dei prodotti conformi e all'attribuzione, collegialmente, per ciascun sub-criterio di cui al paragrafo 17.1 del Disciplinare di gara, del relativo punteggio, determinato secondo quanto previsto dal 17.2 del Disciplinare di gara.

Le risultanze della verifica di conformità e della valutazione qualitativa dei prodotti conformi vengono riportate, in dettaglio, nelle schede compilate per ciascuna ditta offerente per ogni singolo lotto, allegate al presente verbale per costituirne parte integrante.

Dette risultanze vengono di seguito sintetizzate:

LOTTO 1	Pinza bioptica capacità standard, con e senza ago, per canale operativo di 2,8 mm, lunghezza non inferiore a 230 cm, sterile, monouso.					
	PUNTEGGIO QUALITA'					
DITTE	Versatilità	Ergonomicità	Apertura delle valve	Efficacia della presa	Confezionamento	PUNT. QUALITA' TOTALE
	PESI ATTRIBUIBILI (D)					
	20,00	15,00	15,00	15,00	5,00	
AORTA	10,00	11,25	15,00	7,50	5,00	48,75
BOSTON	15,00	15,00	15,00	15,00	3,75	63,75
EUROMEDICAL	15,00	11,25	15,00	15,00	5,00	61,25
FUJIFILM	10,00	11,25	15,00	11,25	5,00	52,50
INNOVAMEDICA	10,00	11,25	15,00	11,25	5,00	52,50
LORENZATTO	10,00	11,25	11,25	7,50	5,00	45,00
MEDITALIA	15,00	11,25	15,00	15,00	3,75	60,00
NEOS	10,00	7,50	7,50	7,50	5,00	37,50
OLYMPUS	15,00	11,25	15,00	11,25	5,00	57,50

LOTTO 2	Voce a) Pinza bioptica grande capacità, con e senza ago, per canale operativo di 2,8 mm, lunghezza non inferiore a 230 cm, sterile, pluriuso. Voce b) Pinza bioptica grande capacità, con e senza ago, per canale operativo di 3,2 mm, lunghezza non inferiore a 230 cm, sterile, pluriuso.						
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'						PUNT. QUALITA' TOTALE
	Versatilità	Ergonomicità	Apertura delle valve	Efficacia della presa	Confezionamento		
	PESI ATTRIBUIBILI (D)						
	20,00	15,00	15,00	15,00	5,00		
INNOVAMEDICA	10,00	7,50	15,00	11,25	5,00		48,75
LORENZATTO	ESCLUSA						

LOTTO 3	Pinza bioptica per gastroscopio pediatrico, con e senza ago, per canale operativo di 2,0 mm, lunghezza non inferiore a 160 cm, sterile, pluriuso.						
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'						PUNT. QUALITA' TOTALE
	Versatilità	Ergonomicità	Apertura delle valve	Efficacia della presa	Confezionamento		
	PESI ATTRIBUIBILI (D)						
	20,00	15,00	15,00	15,00	5,00		
INNOVAMEDICA	15,00	11,25	11,25	11,25	3,75		52,50
LORENZATTO	15,00	11,25	11,25	11,25	3,75		52,50

LOTTO 4	Pinza multifunzione per polipectomia a freddo, diametro valve 3,6 mm. Lunghezza 230 cm.						
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'						PUNT. QUALITA' TOTALE
	Versatilità	Ergonomicità	Apertura delle valve	Efficacia della presa	Confezionamento		
	PESI ATTRIBUIBILI (D)						
	20,00	15,00	15,00	15,00	5,00		
BOSTON	ESCLUSA						
INNOVAMEDICA	ESCLUSA						
LORENZATTO	ESCLUSA						
MEDITALIA	15,00	11,25	15,00	15,00	5,00		61,25
OLYMPUS							

LOTTO 5	Pinza da recupero a morso denti di topo, bocca di alligatore o combinato morso alligatore/dente di topo. Rotante per canale operativo 2,8 mm, sterile, pluriuso.					
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'					
	Versatilità	Ergonomicità	Apertura delle valve	Efficacia della presa	Confezionamento	PUNT. QUALITA' TOTALE
	PESI ATTRIBUIBILI (D)					
	20,00	15,00	15,00	15,00	5,00	
LORENZATTO	15,00	11,25	11,25	11,25	3,75	52,50

LOTTO 6	Pinza da recupero a morso dente di topo, rotante per canale operativo 2,00 mm, sterile, pluriuso, misure pediatriche.					
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'					
	Versatilità	Ergonomicità	Apertura delle valve	Efficacia della presa	Confezionamento	PUNT. QUALITA' TOTALE
	PESI ATTRIBUIBILI (D)					
	20,00	15,00	15,00	15,00	5,00	
LORENZATTO	15,00	11,25	11,25	11,25	3,75	52,50

LOTTO 7	Pinza da recupero per oggetti piatti e sottili, denti a "V" a dente di topo, per canale operativo 2,00 mm (per gastroscopio pediatrico), sterile, pluriuso.					
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'					
	Versatilità	Ergonomicità	Apertura delle valve	Efficacia della presa	Confezionamento	PUNT. QUALITA' TOTALE
	PESI ATTRIBUIBILI (D)					
	20,00	15,00	15,00	15,00	5,00	
LORENZATTO	15,00	11,25	11,25	11,25	3,75	52,50

LOTTO 8	Pinza da recupero a morso ampia apertura, morso combinato dente di topo/alligatore. Per rimozione protesi biliari e corpi estranei, rotante, sterile, pluriuso.					
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'					
	Versatilità	Ergonomicità	Apertura delle valve	Efficacia della presa	Confezionamento	PUNT. QUALITA' TOTALE
	PESI ATTRIBUIBILI (D)					
	20,00	15,00	15,00	15,00	5,00	
LORENZATTO	15,00	11,25	11,25	11,25	3,75	52,50

LOTTO 9	Pinza da recupero per oggetti piatti o taglienti come aghi o spilli, con estremità gommata, sterile, pluriuso.					
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'					
	Versatilità	Ergonomicità	Apertura delle valve	Efficacia della presa	Confezionamento	PUNT. QUALITA' TOTALE
	PESI ATTRIBUIBILI (D)					
	20,00	15,00	15,00	15,00	5,00	
LORENZATTO	15,00	11,25	11,25	11,25	3,75	52,50

LOTTO 11	Pinza a becco di pellicano, compatibile con canale da 2,8 mm, per rimozione di boli voluminosi, sterile, pluriuso.					
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'					
	Versatilità	Ergonomicità	Apertura delle valve	Efficacia della presa	Confezionamento	PUNT. QUALITA' TOTALE
	PESI ATTRIBUIBILI (D)					
	20,00	15,00	15,00	15,00	5,00	
LORENZATTO	15,00	11,25	11,25	11,25	3,75	52,50

LOTTO 12	Voce a) Sistema monouso, sterile, con rete per recupero corpi estranei e polipi, lunghezza non inferiore a 230 cm, compatibile con canale 2,8 mm, 30 mm di diametro. Voce b) Sistema monouso, sterile, con rete per recupero corpi estranei e polipi, lunghezza non inferiore a 230 cm, compatibile con canale 3,7 mm, 45 mm di diametro.					
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'					
	Versatilità	Impugnatura ergonomica	Resistenza del retino	Capienza	Confezionamento	PUNT. QUALITA' TOTALE
	PESI ATTRIBUIBILI (D)					
	20,00	15,00	15,00	15,00	5,00	
AORTA	15,00	15,00	11,25	11,25	5,00	57,50
FUJIFILM	10,00	7,50	11,25	15,00	5,00	48,75
INNOVAMEDICA	10,00	7,50	11,25	15,00	5,00	48,75
MEDITALIA	20,00	15,00	15,00	15,00	5,00	70,00
NEOS	10,00	7,50	11,25	15,00	5,00	48,75

LOTTO 13	Sistema, monouso, per raccolta/separazione di polipi in camere separate, rotanti, da inserire sulla linea di aspirazione tra endoscopio e aspiratore. Il sistema deve permettere il by pass nelle celle di raccolta senza smontaggio del sistema, presenza di almeno 4 celle visionabili dall'esterno.			
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'			
	Trasparenza / visibilità dall'esterno	Maneggevolezza / semplicità di utilizzo	Innesto a tenuta sulla linea dell'aspiratore	PUNT. QUALITA' TOTALE
	PESI ATTRIBUIBILI (D)			
	30,00	20,00	20,00	
AORTA	30,00	20,00	20,00	70,00
BOSTON	30,00	20,00	20,00	70,00
CONMED	30,00	20,00	20,00	70,00

EUROMEDICAL	30,00	20,00	20,00	70,00
LORENZATTO	30,00	20,00	20,00	70,00
MEDITALIA	22,50	10,00	5,00	37,50
OLYMPUS	30,00	20,00	20,00	70,00

LOTTO 14	Cappuccio di protezione per endoscopi da corpi estranei, monouso, sterile.			
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'			
	Semplicità di utilizzo	Innesto a tenuta sull'endoscopio	Resistenza del materiale a danno	PUNT. QUALITA' TOTALE
	PESI ATTRIBUIBILI (D)			
	25,00	25,00	20,00	
AORTA	18,75	18,75	15,00	52,50
NEOS	ESCLUSA			
OLYMPUS	ESCLUSA			

LOTTO 15	Overtube valvolato non sterile dotato di mandrino rastremato, in poliuretano trasparente, da utilizzare come protezione dell'esofago e del cardias durante la rimozione di corpi estranei, l'estrazione di protesi metalliche, per inserimenti multipli ed altre procedure terapeutiche critiche; lunghezza 50 cm, diametro esterno di 19,5 mm e diametro interno 16,7 mm.				
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'				
	Semplicità di utilizzo	Visibilità attraverso l'overtube	Grado di atraumaticità	Confezionamento	PUNT. QUALITA' TOTALE
	PESI ATTRIBUIBILI (D)				
	25,00	20,00	20,00	5,00	
AORTA	18,75	15,00	15,00	5,00	53,75

LOTTO 16	Ansa per polipectomia, sterile, monouso, plurifilamento, ovale standard e rotonda, crescent ed esagonale, punta non isolata varie misure (large, medium, small), varie aperture da 13 mm a 30 mm, lunghezza non inferiore a 230 cm.						
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA' ASL CN1						
	Ergonomia e sensibilità trasmessa dall'impugnatura	Ripetibilità della manovra	Versatilità	Efficacia del taglio	Confezionamento	Impugnatura graduata (T)	PUNT. QUALITA' TOTALE
	PESI ATTRIBUIBILI (D E T)						
	20,00	15,00	15,00	10,00	5,00	5,00	
BOSTON	20,00	15,00	15,00	10,00	5,00	5,00	70,00

EUROMEDICAL	15,00	15,00	15,00	10,00	5,00	5,00	65,00
INNOVAMEDICA	15,00	11,25	11,25	7,50	5,00	5,00	55,00
LORENZATTO	20,00	15,00	15,00	10,00	5,00	5,00	70,00
MEDITALIA	20,00	15,00	15,00	10,00	3,75	5,00	68,75
NEOS	10,00	7,50	7,50	5,00	5,00	5,00	40,00

LOTTO 17	Ansa per polipectomia extra small, plurifilamento, sterile, monouso, per polipectomia per colonscopio, ovale con apertura non superiore a 10 mm, punta non isolata, lunghezza non inferiore a 230 cm. Utilizzo con o senza corrente.						
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'						
	Ergonomicità e sensibilità trasmessa dall'impugnatura	Ripetibilità della manovra	Versatilità	Efficacia del taglio	Confezionamento	Impugnatura graduata (T)	PUNT. QUALITA' TOTALE
	PESI ATTRIBUIBILI (D E T)						
	20,00	15,00	15,00	10,00	5,00	5,00	
AORTA	10,00	7,50	7,50	5,00	5,00	5,00	40,00
EUROMEDICAL	15,00	15,00	15,00	10,00	5,00	5,00	65,00
FUJIFILM	20,00	15,00	15,00	10,00	5,00	0,00	65,00
INNOVAMEDICA	15,00	11,25	7,50	5,00	5,00	5,00	48,75
LORENZATTO	15,00	11,25	11,25	5,00	3,75	5,00	51,25
MEDITALIA	20,00	15,00	11,25	10,00	3,75	5,00	65,00
OLYMPUS	15,00	11,25	7,50	7,50	5,00	5,00	51,25

LOTTO 18	Ansa sterile, monouso, per polipectomia pediatrica, per canale operativo minimo da 2,0 mm, varie aperture, preferibilmente impugnatura graduata.						
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'						
	Ergonomicità e sensibilità trasmessa dall'impugnatura	Ripetibilità della manovra	Versatilità	Efficacia del taglio	Confezionamento	Impugnatura graduata (T)	PUNT. QUALITA' TOTALE
	PESI ATTRIBUIBILI (D E T)						
	20,00	15,00	15,00	10,00	5,00	5,00	
LORENZATTO	20,00	15,00	15,00	10,00	5,00	5,00	70,00

MEDITALIA	15,00	11,25	11,25	7,50	3,75	5,00	53,75
NEOS	15,00	11,25	11,25	7,50	3,75	5,00	53,75

LOTTO 19	Ansa da polipectomia a freddo a rotazione graduata, di forma ovale, esagonale e a scudo. Aperture da 7, 10 e 15 mm. Lunghezza non inferiore a 230 cm, preferibilmente impugnatura graduata.						
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'						
	PESI ATTRIBUIBILI (D E T)						
	20,00	15,00	15,00	10,00	5,00	5,00	
	Ergonomia e sensibilità trasmessa dall'impugnatura	Ripetibilità della manovra	Versatilità	Efficacia del taglio	Confezionamento	Impugnatura graduata (T)	PUNT. QUALITA' TOTALE
FUJIFILM	ESCLUSA						
INNOVAMEDICA	ESCLUSA						
MEDITALIA	20,00	15,00	15,00	10,00	3,75	5,00	68,75

LOTTO 20	Ansa sterile, monouso, monofilamento per resezione di lesioni piatte, lunghezza non inferiore a 230 cm. Varie aperture, preferibilmente impugnatura graduata.						
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'						
	PESI ATTRIBUIBILI (D E T)						
	20,00	15,00	15,00	10,00	5,00	5,00	
	Ergonomia e sensibilità trasmessa dall'impugnatura	Ripetibilità della manovra	Versatilità	Efficacia del taglio	Confezionamento	Impugnatura graduata (T)	PUNT. QUALITA' TOTALE
LORENZATTO	20,00	15,00	15,00	10,00	5,00	5,00	70,00
MEDITALIA	10,00	7,50	7,50	7,50	3,75	5,00	41,25

LOTTO 22	Sistema sterile, monouso, per polipectomia ed iniezione, composto da: una guaina in teflon nella quale scorrono, in due lumi separati, un'ansa da polipectomia ed un ago da iniezione 23 G o 25 G con manico, preferibilmente impugnatura graduata.						
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'						
	PESI ATTRIBUIBILI (D E T)						
	20,00	15,00	15,00	10,00	5,00	5,00	

	Ergonomia e sensibilità trasmessa dall'impugnatura	Ripetibilità della manovra	Capacità di penetrazione dell'ago	Efficacia del taglio	Confezionamento	Impugnatura graduata (T)	PUNT. QUALITA' TOTALE
FUJIFILM	15,00	11,25	11,25	7,50	5,00	0,00	50,00
MEDITALIA	15,00	11,25	11,25	7,50	3,75	5,00	53,75

LOTTO 23	Gel per il sollevamento della sub mucosa, sterile, monouso, precaricato in siringa da 10 ml, pre-colorato, alta viscosità.						
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'						
	PESI ATTRIBUIBILI (D)						
	35,00	10,00	20,00	5,00			
	Capacità di sollevamento (durata del ponfo)	Facilità di iniezione con ago apposito	Innesto a tenuta	Confezionamento	PUNT. QUALITA' TOTALE		
AORTA	26,25	7,50	15,00	5,00	53,75		
EUROMEDICAL	ESCLUSA						
LORENZATTO	ESCLUSA						
MEDITALIA	ESCLUSA						
MEDTRONIC	OFFERTA RITIRATA						

LOTTO 24	Cappuccio EMR, sterile, monouso, morbido ad ampia apertura, con bordo per alloggiamento dell'ansa, per gastroscopi OLYMPUS e PENTAX.						
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'						
	PESI ATTRIBUIBILI (D)						
	25,00	20,00	20,00	5,00			
	Conservazione del campo visivo con cap inserito	Innesto a tenuta	Trasparenza	Confezionamento	PUNT. QUALITA' TOTALE		
NEOS	18,75	20,00	15,00	5,00	58,75		

LOTTO 25	Cappuccio distanziale diritto, morbido, trasparente, senza bordo, con foro laterale, monouso, sterile, per migliorare la visione e stabilità endoscopica, compatibile con strumentazione endoscopica diagnostica operativa Olympus e Pentax, tutte le misure disponibili.						
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'						

	PESI ATTRIBUIBILI (D)					PUNT. QUALITA' TOTALE
	25,00	20,00	20,00	5,00		
	Conservazione del campo visivo con cap inserito	Innesto a tenuta	Trasparenza	Confezionamento		
AORTA	18,75	15,00	15,00	5,00		53,75
INNOVAMEDICA	18,75	15,00	15,00	5,00		53,75
LORENZATTO	18,75	15,00	15,00	5,00		53,75
NEOS	18,75	15,00	15,00	5,00		53,75
OLYMPUS	18,75	15,00	15,00	5,00		53,75

LOTTO 26	Kit monouso, sterile, pronto per l'utilizzo, per resezione mucosa EMRC contenente: - catetere spray monouso; - ago con doppio stop di sicurezza; - ansa diatermica monouso tipo crescent, asimmetrica; - cappuccio distale monouso, tipo diritto o obliquo, rigido o morbido, con bordo interno per l'alloggiamento e posizionamento dell'ansa.						
	PUNTEGGIO QUALITA'						
DITTE	PESI ATTRIBUIBILI (D e T)						PUNT. QUALITA' TOTALE
	15,00	15,00	15,00	15,00	5,00	5,00	
	Versatilità	Facilità di montaggio	Visione con lacci montati	Ergonomia	Impugnatura con sistema di blocco (T)	Confezionamento	
OLYMPUS	15,00	15,00	15,00	15,00	5,00	5,00	70,00

LOTTO 28	Pinza elettrochirurgica monopolare, sterile, monouso, per emostasi, non hot biopsy, rotante, con valve zigrinate internamente tipo ad alligatore, apertura valve 4 mm – 5 mm, lunghezza operativa 165 cm e 230 cm.						
	PUNTEGGIO QUALITA'						
DITTE	PESI ATTRIBUIBILI (D)						PUNT. QUALITA' TOTALE
	20,00	20,00	20,00	5,00	5,00		
	Versatilità	Efficacia della presa	Efficacia dell'emostasi	Facilità di innesto con attacco universale	Confezionamento		
INNOVAMEDICA	20,00	20,00	20,00	5,00	5,00		70,00
MEDITALIA	ESCLUSA						

OLYMPUS	20,00	20,00	20,00	5,00	5,00	70,00
---------	-------	-------	-------	------	------	-------

LOTTO 29	Pinza elettrochirurgica bipolare, sterile, monouso per coagulazione ed emostasi, lunghezza operativa non inferiore a 230 cm.					
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'					
	PESI ATTRIBUIBILI (D)					
	20,00	20,00	20,00	5,00	5,00	
	Versatilità	Efficacia della presa	Efficacia dell'emostasi	Facilità di innesto con attacco universale	Confezionamento	PUNT. QUALITA' TOTALE
POLIMED	20,00	20,00	20,00	5,00	3,75	68,75

LOTTO 30	Clips premontata sterile, monouso, riposizionabile, funzione apri e chiudi, rotante, apertura delle clip di almeno tre misure comprese tra 8 e 17 mm, bracci della clip resistenti alla deformazione; inserimento agevole e grande capacità di risposta anche ad angolazioni accentuate dell'endoscopio, compatibilità con risonanza magnetica, compatibilità con canale operativo di 2,8 mm, lunghezza non inferiore a 230 cm.					
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'					
	PESI ATTRIBUIBILI (D)					
	20,00	20,00	15,00	10,00	5,00	
	Ergonomicità del manipolo	Facilità di serraggio/rilascio	Efficacia dell'emostasi	Controllo della rotazione 1:1	Confezionamento	PUNT. QUALITA' TOTALE
AORTA	15,00	15,00	11,25	10,00	2,50	53,75
BOSTON	ESCLUSA					
EUROMEDICAL	ESCLUSA					
INNOVAMEDICA	20,00	20,00	11,25	0,00	5,00	56,25
LORENZATTO	ESCLUSA					
MEDITALIA	20,00	20,00	15,00	7,50	5,00	67,50
NEOS	ESCLUSA					
OLYMPUS	ESCLUSA					
PENTAX	20,00	20,00	15,00	10,00	5,00	70,00

LOTTO 31	Clips premontata, sterile, monouso, riposizionabile, funzione apri e chiudi, rotante, apertura modulabile fino a 16 mm, bracci della clip resistenti alla deformazione, dotati all'interno di due barre stabilizzatrici, per una maggiore forza di chiusura. Inserimento agevole e grande capacità di risposta anche ad angolazioni accentuate dell'endoscopio, compatibilità con risonanza magnetica, compatibilità con canale operativo di 2,8 mm, lunghezza non inferiore a 230 cm.					
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'					
	PESI ATTRIBUIBILI (D)					
	20,00	20,00	15,00	10,00	5,00	
	Ergonomia del manipolo	Facilità di serraggio/rilascio	Efficacia dell'emostasi	Controllo della rotazione 1:1	Confezionamento	PUNT. QUALITA' TOTALE
COOK	20,00	20,00	15,00	10,00	5,00	70,00
EUROMEDICAL	ESCLUSA					
INNOVAMEDICA	ESCLUSA					
LORENZATTO	ESCLUSA					
MEDITALIA	ESCLUSA					
NEOS	ESCLUSA					
PENTAX	ESCLUSA					

LOTTO 32	Catetere per elettrocoagulazione bipolare, con canale laterale di irrigazione, da 7 e 10 French di diametro, sterile, monouso.					
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'					
	PESI ATTRIBUIBILI (D)					
	25,00	15,00	15,00	10,00	5,00	
	Efficacia dell'emostasi	Facilità dell'innesto con attacco universale	Versatilità	Facilità di staccarsi dal tessuto cauterizzato	Confezionamento	PUNT. QUALITA' TOTALE
BOSTON	25,00	15,00	15,00	10,00	5,00	70,00
OLYMPUS	25,00	15,00	15,00	10,00	5,00	70,00

LOTTO 33	Sonda per fiAPC (ARGON PLASMA), 2.200 A, sterile, monouso, necessaria per coagulare emorragie e devitalizzare anomalie tissutali. Sonda frontale e radiale lunghezza 220 cm, diametro 2,3 mm, con adattatore per sonde FiAPC.					
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'					
	PESI ATTRIBUIBILI (D)					
	25,00	15,00	15,00	10,00	5,00	
	Efficacia dell'emostasi	Facilità dell'innesto con attacco universale	Versatilità	Facilità di staccarsi dal tessuto cauterizzato	Confezionamento	PUNT. QUALITA' TOTALE
POLIMED	25,00	15,00	15,00	10,00	5,00	70,00

LOTTO 34	Ago per scleroterapia, monouso, sterile, da 19G e 25G, lunghezza 5 mm, montato su catetere in teflon con sistema a scatto per blocco dell'ago in posizione di iniezione, di lunghezza non inferiore a 150 cm.					
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'					
	PESI ATTRIBUIBILI (D)					
	25,00	20,00	20,00	5,00		
	Capacità di penetrazione dell'ago	Versatilità	Visibilità dell'ago estruso	Confezionamento	PUNT. QUALITA' TOTALE	
AORTA	25,00	20,00	20,00	5,00	70,00	
BOSTON	18,75	15,00	20,00	5,00	58,75	
INNOVAMEDICA	18,75	15,00	20,00	5,00	58,75	
LORENZATTO	18,75	15,00	20,00	5,00	58,75	
MEDITALIA	25,00	20,00	20,00	3,75	68,75	
OLYMPUS	18,75	15,00	20,00	5,00	58,75	

LOTTO 35	Ago per scleroterapia per gastroscopio pediatrico, canale bioptico da 2,0 mm, monouso, sterile, calibro 25G, lunghezza fino a 5 mm, montato su catetere in teflon con sistema a scatto per blocco dell'ago in posizione di iniezione, di lunghezza non inferiore a 150 cm.					
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'					
	PESI ATTRIBUIBILI (D)					
	25,00	20,00	20,00	5,00		
	Capacità di penetrazione dell'ago	Versatilità	Visibilità dell'ago estruso	Confezionamento	PUNT. QUALITA' TOTALE	
FUJIFILM	25,00	20,00	20,00	5,00	70,00	
LORENZATTO	25,00	20,00	20,00	5,00	70,00	
MEDITALIA	25,00	20,00	20,00	3,75	68,75	

OLYMPUS	25,00	20,00	20,00	5,00	70,00

LOTTO 36	Ago per infiltrazione intramucosa monouso, sterile, calibri 21G, 23G e 25G, lunghezza 2, 4, 5 mm montato su catetere in teflon, con comando di chiusura e apertura con scatto di sicurezza e molla di ritenzione, con possibilità di bloccaggio dell'ago, di lunghezza non inferiore a 230 cm.				
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'				
	PESI ATTRIBUIBILI (D)				
	25,00	20,00	20,00	5,00	
	Capacità di penetrazione dell'ago	Versatilità	Visibilità dell'ago estruso	Confezionamento	PUNT. QUALITA' TOTALE
EUROMEDICAL	25,00	20,00	20,00	5,00	70,00
FUJIFILM	25,00	20,00	20,00	5,00	70,00
LORENZATTO	18,75	5,00	15,00	5,00	43,75
MEDITALIA	25,00	20,00	10,00	3,75	58,75

LOTTO 37	Sistema premontato per legatura multipla di varici, sterile, monouso, da posizionare in punta allo strumento endoscopico, con rotella prossimale per rilascio controllato dei singoli lacci, con scelta possibile tra due diversi diametri del cappuccio, per impiego con strumento operativo e diagnostico, impugnatura con sistema di blocco. Disponibilità di cappucci con quantitativi diversi di lacci precaricati (4-6-10).				
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'				
	PESI ATTRIBUIBILI (D)				
	15,00	15,00	15,00	20,00	5,00
	Versatilità	Facilità di montaggio	Visione con lacci montati	Ergonomia del manipolo	Confezionamento
BOSTON	15,00	15,00	15,00	20,00	5,00
COOK	11,25	11,25	11,25	15,00	5,00
INNOVAMEDICA	11,25	11,25	11,25	10,00	5,00

LOTTO 38	Laccio per occlusione dell'asse vascolare di polipi peduncolati, sterile, monouso, premontato su sistema di applicazione, per colonscopio.				
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'				
	PESI ATTRIBUIBILI (D)				
	20,00	15,00	30,00	5,00	
	Versatilità	Tenuta del laccio	Facilità di posizionamento e rilascio	Confezionamento	PUNT. QUALITA' TOTALE

AORTA	15,00	11,25	7,50	2,50	36,25
OLYMPUS	20,00	15,00	30,00	5,00	70,00

LOTTO 39	Polvere minerale emostatica costituita da catetere per veicolare la polvere in diametro di 7 e 10 Fr, da serbatoio della stessa e da gas propellente, sterile e pronto all'uso. Per l'emostasi nei casi di sanguinamento non varicoso del tratto digestivo superiore.				
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'				
	PESI ATTRIBUIBILI (D)				
	25,00	25,00	15,00	5,00	
	Capacità emostatica	Facilità d'uso	Rapidità di utilizzo in emergenza	Confezionamento	PUNT. QUALITA' TOTALE
COOK	25,00	25,00	15,00	5,00	70,00

LOTTO 40	Set per emostasi endoscopica in polvere, costituita da un catetere di lunghezza 230 cm e diametro 7 Fr e da un sistema di somministrazione. Polvere riassorbibile e con sistema anticoagulo. Idoneo all'utilizzo nel tratto digestivo superiore e inferiore. Sterile, monouso.				
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'				
	PESI ATTRIBUIBILI (D)				
	25,00	25,00	15,00	5,00	
	Capacità emostatica	Facilità d'utilizzo	Completezza del set	Confezionamento	PUNT. QUALITA' TOTALE
AORTA	25,00	25,00	15,00	5,00	70,00
OLYMPUS	18,75	18,75	11,25	3,75	52,50

LOTTO 42	Sistema OTSC per sanguinamenti severi, sterile, monouso, per chiusura di fistole e perforazioni iatrogene, fissazione di stent metallici, composto da: endoclip in nitinol a memoria di forma con forza costante, compatibili con la risonanza magnetica; pinze per il posizionamento delle stesse.				
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'				
	PESI ATTRIBUIBILI (D)				
	15,00	20,00	20,00	10,00	5,00
	Ergonomicità del manipolo	Facilità di serraggio/riassorbimento	Efficacia dell'emostasi/chiusura	Controllo della rotazione 1:1	Confezionamento
EUROMEDICAL	15,00	20,00	20,00	10,00	5,00

LOTTO 43	Sistema di clip metallica premontata su cilindro/cappuccio, con conformazione a "punta di spade", per trattamento di lesioni sanguinanti o fistole o perforazioni fino a diametro di lesione di 20 mm. Sterile, monouso.				
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'				

	PESI ATTRIBUIBILI (D)						PUNT. QUALITA' TOTALE
	15,00	20,00	20,00	10,00	5,00		
	Ergonomia del manipolo	Facilità di serraggio/rilascio	Efficacia dell'emostasi/chiusura	Controllo della rotazione 1:1	Confezionamento		
EUROMEDICAL	ESCLUSA						
LORENZATTO	15,00	20,00	20,00	10,00	5,00		70,00

LOTTO 45	PEG metodo "push" o "introducer": kit per il posizionamento percutaneo di sonde per nutrizione enterale a palloncino, con sistema di dilatazione raggiungibile fino a 22 Fr. Sterile, monouso. Sistema di ancoraggio della parete gastrica alla parete addominale (punti di sutura o TFast, sistema di introduzione con dilatatori fasciali di calibro progressivo su filo guida con diametro maggiore impiegabile come introduttore, con guaina peel-away).						
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'						
	PESI ATTRIBUIBILI (D)						
	20,00	20,00	15,00	10,00	5,00		
	Completezza del kit	Facilità di inserimento della sonda	Atraumaticità del sistema	Chiarezza delle istruzioni operative	Confezionamento		PUNT. QUALITA' TOTALE
FRESENIUS	15,00	10,00	3,75	7,50	5,00		41,25
INNOVAMEDICA	20,00	20,00	15,00	10,00	5,00		70,00

LOTTO 46	PEG rimuovibile a strappo. Sonda in silicone con calibro da 20 Fr – posizionabile con metodo "pull". Sistema di ancoraggio interno modificabile, rimuovibile con trazione esterna. Placchetta di ancoraggio esterno, morbida, sterile, monouso.						
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'						
	20,00	20,00	15,00	10,00	5,00		
	PESI ATTRIBUIBILI (D)						
	Completezza del kit	Facilità di inserimento della sonda	Atraumaticità del sistema	Chiarezza delle istruzioni operative	Confezionamento		PUNT. QUALITA' TOTALE
AORTA	10,00	20,00	15,00	10,00	3,75		58,75
INNOVAMEDICA	20,00	20,00	15,00	10,00	3,75		68,75
LOTTO 47	Sonda di sostituzione per gastrostomia tipo Foley, in silicone con tutte le misure di diametro pari nel range compreso tra 12 e 24 Fr, con placca di ancoraggio esterna, morbida, sterile, monouso.						
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'						
	PESI ATTRIBUIBILI (D)						
	20,00	15,00	15,00	15,00	5,00		
	Resistenza nel tempo	Completezza del kit	Atraumaticità della sonda	Facilità di inserimento	Confezionamento		PUNT. QUALITA' TOTALE

AORTA	20,00	15,00	15,00	15,00	5,00	70,00
CARDINAL	20,00	15,00	15,00	15,00	5,00	70,00
INNOVAMEDICA	20,00	11,25	15,00	15,00	5,00	66,25
QURE	20,00	15,00	15,00	15,00	5,00	70,00

LOTTO 50	Voce a) Requisiti essenziali: Siringa da 60 cc con manometro integrato da 0-15 atm (bar). Scala del manometro autoluminescente, per una buona visibilità anche al buio. Rubinetto a tre vie luer-lock integrato. Monouso, sterile. Voce b) Requisiti essenziali: Dispositivo manuale riutilizzabile, con siringa con sistema di serraggio bloccabile, sterilizzata/indicatore di pressione di insufflazione.					
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'					
	PESI ATTRIBUIBILI (D)					
	15,00	10,00	20,00	20,00	5,00	
	Maneggevolezza / ergonomia del dispositivo pluriuso manuale	Visibilità della scala sulla siringa	Facilità e precisione nella regolazione della pressione di insufflazione	Semplicità di utilizzo nel montaggio della siringa	Confezionamento	PUNT. QUALITA' TOTALE
BOSTON	15,00	10,00	20,00	20,00	5,00	70,00

LOTTO 51	Palloncino da dilatazione in nylon trasparente ad alta pressione a tre diametri crescenti, per dilatazione stenosi esofago, piloro, colon. Dotato di filo guida in acciaio non inferiore a 0,035 inc. premontato, con punta flessibile. Gamma diametri da 8 mm a 20 mm. Dotato di marker radiologico alle due estremità del palloncino e marker endoscopico all'estremità prossimale del palloncino. Connessione luer-lock. Lunghezza operativa 240 cm. Compatibilità con canale operativo da 2,8 mm. Monouso, sterile.						
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'						
	PESI ATTRIBUIBILI (D E T)						
	20,00	10,00	15,00	15,00	5,00	5,00	
	Massima dilatazione a forza radiale	Scorrevolezza	Plasticità del palloncino	Visibilità radiologica	Presenza di indicazioni per dilatazione (T)	Confezionamento	PUNT. QUALITA' TOTALE
AORTA	15,00	7,50	11,25	11,25	5,00	5,00	55,00
BOSTON	20,00	10,00	15,00	15,00	5,00	5,00	70,00
COOK	15,00	7,50	11,25	11,25	5,00	5,00	55,00
INNOVAMEDICA	15,00	7,50	11,25	11,25	5,00	5,00	55,00
LORENZATTO	5,00	2,50	3,75	11,25	5,00	5,00	32,50

OLYMPUS	20,00	10,00	15,00	15,00	5,00	5,00	70,00
---------	-------	-------	-------	-------	------	------	-------

LOTTO 53	Boccaglio monouso, con laccio di fissaggio “latex free”, in misura standard da 20 mm e in misura pediatrica da 16 mm (compatibile con diametro esterno di strumenti operativi di 12,6 mm), con abbassa lingua.				
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'				
	PESI ATTRIBUIBILI (D)				
	30,00	35,00	5,00		
	Anatomicità del boccaglio	Conformazione idonea all'inserimento di strumenti di diverse dimensioni	Confezionamento	PUNT. QUALITA' TOTALE	
AORTA	ESCLUSA			-	
BOSTON	30,00	35,00	5,00	70,00	
CONMED	ESCLUSA			-	
INNOVAMEDICA	ESCLUSA			-	
LORENZATTO	30,00	35,00	5,00	70,00	
MEDITALIA	15,00	26,25	1,25	42,50	

LOTTO 54	Kit di valvole sterili, monouso, compatibile con strumenti endoscopici Olympus, latex free, composto da valvola per canale da biopsia, valvola canale aria/acqua e valvola canale aspirazione.						
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'						
	PESI ATTRIBUIBILI (D)						
	20,00	25,00	20,00	5,00			
	Grado di aderenza	Tenuta dopo inserimento degli accessori	Facilità di inserimento degli accessori	Confezionamento	PUNT. QUALITA' TOTALE		
AORTA	20,00	18,75	15,00	5,00	58,75		
CANTEL	20,00	25,00	20,00	5,00	70,00		
INNOVAMEDICA	10,00	12,50	10,00	5,00	37,50		
NEOS	10,00	12,50	10,00	1,25	33,75		
OLYMPUS	20,00	25,00	20,00	5,00	70,00		

LOTTO 55	Kit di valvole sterili, monouso, compatibili con strumenti endoscopici Pentax, latex free, composto da valvola per canale da biopsia, valvola canale aria/acqua e valvola canale aspirazione.					
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'					
	PESI ATTRIBUIBILI (D)					
	20,00	25,00	20,00	5,00		
	Grado di aderenza	Tenuta dopo inserimento degli accessori	Facilità di inserimento degli accessori	Confezionamento	PUNT. QUALITA' TOTALE	
AORTA	20,00	25,00	20,00	5,00	70,00	
INNOVAMEDICA	10,00	12,50	10,00	5,00	37,50	

LOTTO 56	Valvola per canale da biopsia, sterile, monouso, con raccordo laterale per pompa di lavaggio, latex free. Compatibilità con strumenti endoscopici Olympus.					
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'					
	PESI ATTRIBUIBILI (D)					
	20,00	25,00	20,00	5,00		
	Grado di aderenza	Tenuta dopo inserimento degli accessori	Facilità di inserimento degli accessori	Confezionamento	PUNT. QUALITA' TOTALE	
INNOVAMEDICA	20,00	18,75	20,00	5,00	63,75	

LOTTO 58	Spazzolino monouso per la pulizia delle valvole degli endoscopi, non rigido, diametro canali 2,8 – 4,2 mm, non sterile, confezionato singolarmente, lunghezza 15 cm $\pm 10\%$, con 2 spazzole in nylon montate su guaina flessibile termoplastica, rispettivamente di diametro 5 mm e 11 mm. Il device deve essere dotato di tracciabilità con etichettatura staccabile.					
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'					
	PESI ATTRIBUIBILI (D)					
	25,00	20,00	20,00	5,00		
	Efficacia della pulizia	Scorrevolezza	Versatilità	Confezionamento	PUNT. QUALITA' TOTALE	
AORTA	ESCLUSA					
BOSTON	ESCLUSA					
INNOVAMEDICA	ESCLUSA					
LORENZATTO	ESCLUSA					
MEDITALIA	ESCLUSA					

LOTTO 59	Voce a) Requisiti essenziali: Set Palline (composto da cartuccia, contenitore e trappola) per la pulizia. Sistema di pulizia canali endoscopici – tipo “ball brush” diametro 2,8 mm, per gastroscopio. Voce b) Requisiti essenziali: Set Palline (composto da cartuccia, contenitore e trappola) per la pulizia. Sistema di pulizia canali endoscopici – tipo “ball brush”, diametro 3,2 mm per colonscopio. Voce c) Requisiti essenziali: Set Palline (composto da cartuccia, contenitore e trappola) per la pulizia dei canali endoscopici. Misura ricompresa nel range da 1,8 – 2 mm, utili per la pulizia dei broncoscopi/ fibroscopi.					
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'					
	PESI ATTRIBUIBILI (D)					
	30,00	15,00	20,00	5,00		
	Efficacia della pulizia	Scorrevolezza	Versatilità	Confezionamento	PUNT. QUALITA' TOTALE	
AORTA	30,00	15,00	20,00	5,00	70,00	

LOTTO 60	Sistema completo per l'aspirazione diretta ed il lavaggio attraverso canale bioptico dell'endoscopio. Set con valvola che permetta il passaggio degli accessori transendoscopici e tubi per l'aspirazione ed il lavaggio forzato. Dotato di raccordo ad y per l'utilizzo con un aspiratore e pulsante per regolare il volume del liquido aspirato. Compatibile con endoscopi Olympus e Pentax.					
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'					
	PESI ATTRIBUITI (D)					
	25,00	20,00	20,00	5,00		
	Versatilità	Efficacia dell'aspirazione	Rapidità di utilizzo	Confezionamento	PUNT. QUALITA' TOTALE	
AORTA	18,75	15,00	20,00	5,00	58,75	

LOTTO 61	Sonda extraendoscopica per la decompressione del colon di dimensioni non inferiori a 14 Fr, con fori laterali per il drenaggio, per il trattamento del megacolon acuto non tossico, pseudo ostruzione e stenosi del colon. Sterile, monouso. Requisito preferenziale: Fornitura in set completo di tubo connettore di drenaggio e filo guida di dimensioni non inferiori a 0,0035 inc.					
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'					
	PESI ATTRIBUITI (D e T)					
	25,00	20,00	15,00	5,00	5,00	
	Scorrevolezza della sonda sul filo guida	Visibilità radiologica	Versatilità degli accessori	Fornitura in set (T)	Confezionamento	PUNT. QUALITA' TOTALE
LORENZATTO	25,00	20,00	15,00	5,00	5,00	70,00

LOTTO 62	Set per la decompressione del colon composto da: sonda di diametro non inferiore a 8,5 Fr, con fori laterali per il drenaggio e con raccordo per sacca di drenaggio, comprensivo di filo guida di dimensioni non inferiori a 0,0035 inc., sterile, monouso.					
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'					
	PESI ATTRIBUIBILI (D)					
	20,00	20,00	15,00	10,00	5,00	
	Scorrevolezza della sonda nell'endoscopio	Scorrevolezza della sonda sul filo guida	Visibilità radiologica	Versatilità degli accessori	Confezionamento	PUNT. QUALITA' TOTALE
LORENZATTO	20,00	20,00	15,00	10,00	5,00	70,00

LOTTO 63	Siringa con marcatore in carbone biocompatibile, pronto all'uso, con attacco luer-lock, sterile, monouso.			
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'			
	PESI ATTRIBUIBILI (D)			
	30,00	35,00	5,00	
	Facilità di utilizzo	Efficacia di utilizzo (durata nel tempo)	Confezionamento	PUNT. QUALITA' TOTALE
AORTA	30,00	35,00	5,00	70,00
EUROMEDICAL	30,00	26,25	5,00	61,25
LORENZATTO	30,00	26,25	5,00	61,25
MEDITALIA	30,00	26,25	5,00	61,25

LOTTO 64	Cannula per colorazione spray, per colonscopio, in teflon, pluriuso, lunghezza non inferiore a 230 cm.					
DITTE	PUNTEGGIO QUALITA'					
	PUNTEGGI ATTRIBUIBILI (D)					
	20,00	20,00	15,00	10,00	5,00	
	Facilità di iniezione	Efficacia della colorazione	Scorrevolezza nel canale dell'endoscopio	Versatilità	Confezionamento	PUNT. QUALITA' TOTALE
LORENZATTO	20,00	20,00	15,00	10,00	5,00	70,00

Il presente verbale viene affidato al Segretario per le operazioni di competenza e tenuto agli atti della SS Acquisti.

Cuneo, lì 04/07/2024

Letto, confermato, sottoscritto

La Commissione Giudicatrice

Dott. Corrado Genovesi (f.to in originale)

Dott. Giovanni Ravotti (f.to in originale)

Dott. ssa Giovanna Venezia (f.to in originale)

Segretario verbalizzante

Sig.ra Maria Elena Gazzola (f.to in originale)