

GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA ED ACCESSORI PER LE NECESSITÀ DELL'ASL CN1 E DELL'AO S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER 36 MESI.

VERBALE N. 6
Seduta riservata della Commissione per la valutazione delle offerte tecniche

L'anno 2024, nel giorno 14 del mese di Agosto, alle ore 14,00 presso la S.S. Acquisti, si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione n. 1465/2023 per la procedura di gara indetta con determinazione con provvedimento n. 1054 del 26/05/2023;

Si dà atto che sono presenti i componenti della Commissione Giudicatrice:

Dr. Corrado GENOVESI – Responsabile S.S. Endoscopia Digestiva ASL CN1;
Dr.ssa Giovanna VENEZIA – Direttore S.C. Gastroenterologia AO Santa Croce e Carle;
Sig. Giovanni RAVOTTI – Coordinatore infermieristico S.S. Endoscopia Digestiva ASL CN1.

L'Avv. Maura Acchiardi – Dirigente Responsabile della SS Acquisti – svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Richiamati i verbali n. 4 del 14 settembre 2023 e n. 5 del 4 luglio 2024, si dà atto che, con note del 09/07/2024, il RUP ha provveduto alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lettera b), del d.lgs. 50/2016, indicando altresì le motivazioni poste a fondamento delle esclusioni risultanti dal Verbale n. 5 del 4 luglio 2024, agli atti.

Con nota del 17/07/2024, agli atti, la ditta Meditalia Goup srl ha richiesto chiarimenti in merito all'esclusione dell'offerta dalla medesima presentata per il lotto n. 31, rilevando che il dispositivo offerto era corredato da dichiarazione di equivalenza ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 50/2016;

Alla luce di quanto sopra, è stata riconvocata la Commissione Giudicatrice per le valutazioni e le conseguenti determinazioni di competenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO

La Commissione Giudicatrice, nella predetta composizione, prende atto:

- di quanto verbalizzato nella precedente seduta, di cui al Verbale n. 5 del 04/07/2024, agli atti;
- della nota del 17/07/2024 della ditta Meditalia Group srl, agli atti;

La Commissione prende atto che l'offerta in esame è stata giudicata non conforme al Capitolato Speciale per la seguente motivazione: "il device non è dotato di sbarre stabilizzatrici";

In merito a tale motivazione di esclusione, con la nota sopra citata, la ditta Meditalia Group srl ha rappresentato che il dispositivo offerto era corredato da dichiarazione di equivalenza ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 50/2016 e dei chiarimenti pubblicati in fase di gara;

Preso atto dei suddetti rilievi, la Commissione procede al riesame della documentazione di gara e della documentazione tecnica presentata dalla ditta Meditalia Group srl, rilevando quanto segue:

- l'Allegato A) al Capitolato Speciale, prevede quale requisito essenziale del dispositivo descritto al lotto 31 che i bracci interni della clip siano *"dotati all'interno di due barre stabilizzatrici, per una maggiore forza di chiusura"*;
- la ditta in sede di offerta (a pag. 41 della documentazione tecnica) ha presentato dichiarazione di equivalenza funzionale nella quale si afferma *"che gli applicatori di clip offerti nel lotto 31 (Clip per emostasi monouso) hanno la sezione centrale delle barre curve e avvolgenti, che aumenta in modo efficace il grado di pressione sulla superficie di presa migliorando il grip, per una migliore stabilità sulla lesione e migliore chiusura vascolare, che equivalgono alle barre stabilizzatrici da voi richieste"*;
- tale dichiarazione risulta avvalorata dagli esiti della "PROVA TECNICA DELLA FORZA DI CHIUSURA DEGLI APPLICATORI DI CLIP MONOUSO" riportati alle pagg. 11 e ss. della documentazione tecnica, dai quali emerge una buona forza di compressione della clip sul tessuto che la rende rispondente alle esigenze dal punto di vista funzionale e della sicurezza della tenuta;

La Commissione Giudicatrice, all'esito del riesame della documentazione tecnica, ritiene pertanto di procedere alla riammissione dell'offerta presentata dalla ditta Meditalia Group srl e a formulare, anche sulla base delle risultanze delle prove pratiche, la seguente valutazione:

LOTTO 31 - DITTA MEDITALIA GROUP SRL

| CRITERI DI VALUTAZIONE | GIUDIZIO | P.TI DISCREZIONALI |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Ergonomicità del manipolo | buona | 15,00 |
| Facilità di serraggio/rilascio | buona | 15,00 |
| Efficacia dell'emostasi | buona | 11,25 |
| Controllo della rotazione 1:1 | buono | 7,50 |
| Confezionamento | Buono (persenza 2 etichette) | 3,75 |
| TOTALE | | 52,50 |

Viene conseguentemente aggiornata la scheda di sintesi dei punteggi tecnici assegnati dalla Commissione Giudicatrice per le offerte del lotto n. 31 come segue:

| | | | | | | |
|-----------------|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|
| LOTTO 31 | Clips premontata, sterile, monouso, riposizionabile, funzione apri e chiudi, rotante, apertura modulabile fino a 16 mm, bracci della clip resistenti alla deformazione, dotati all'interno di due barre stabilizzatrici, per una maggiore forza di chiusura. Inserimento agevole e grande capacità di risposta anche ad angolazioni accentuate dell'endoscopio, compatibilità con risonanza magnetica, compatibilità con canale operativo di 2,8 mm, lunghezza non inferiore a 230 cm. | | | | | |
| DITTE | PUNTEGGIO QUALITA' | | | | | |
| | PESI ATTRIBUIBILI (D) | | | | | |
| | 20,00 | 20,00 | 15,00 | 10,00 | 5,00 | |
| | Ergonomicità del manipolo | Facilità di serraggio/rilascio | Efficacia dell'emostasi | Controllo della rotazione 1:1 | Confezionamento | PUNT. QUALITA' TOTALE |
| COOK | 20,00 | 20,00 | 15,00 | 10,00 | 5,00 | 70,00 |
| EUROMEDICAL | ESCLUSA | | | | | |
| INNOVAMEDICA | ESCLUSA | | | | | |
| LORENZATTO | ESCLUSA | | | | | |
| MEDITALIA | 15,00 | 15,00 | 11,25 | 7,50 | 3,75 | 52,50 |
| NEOS | ESCLUSA | | | | | |
| PENTAX | ESCLUSA | | | | | |

Il presente verbale viene affidato al Segretario per le operazioni di competenza e tenuto agli atti della struttura.

Alle ore 14,45 la seduta viene sciolta.

Letto, confermato, sottoscritto.

La Commissione giudicatrice

- Dott. Corrado Genovesi (firmato in originale)
 - Dott.ssa Giovanna Venezia (firmato in originale)
 - Sig. Giovanni Ravotti (firmato in originale)
- Il segretario verbalizzante
- Avv. Maura Acchiardi (firmato in originale)