

	Allegato A) Caratteristiche tecniche minime di fornitura (pena esclusione) - Gara n. 9111159 - CIG N. 9850045247	Ditta:	
	DESCRIZIONE	RISPONDEZZA ALLE CARATTERISTICHE DI MINIMA (indicare SI/NO per ogni singola voce)	RIFERIMENTO - INDICARE DOCUMENTO E NUMERO DI PAGINA DI RIFERIMENTO
	Fornitura in service di sistemi automatici completi per colorazioni di microbiologia per il Laboratorio HUB dell'A.O. S.Croce e Carle di Cuneo (Presidio Ospedaliero Carle), i Laboratori Spoke H24 della ASL CN1 (Presidi Ospedalieri di Mondovì e Savigliano) e dalla ASL CN2 (Presidio Ospedaliero di Verduno), per un periodo di 60 mesi.		
	SISTEMI AUTOMATICI DI COLORAZIONE:		
1	Sistema automatico di colorazione per vetrini: a ciclo chiuso, con tecnologia per nebulizzazione di colore e caratteristiche di sicurezza tali da non richiedere il posizionamento sotto cappa;		
2	Dotazione di sistema di fissaggio, a caldo, per la colorazione di "Ziehl-Neelsen";		
3	Dotazione di carosello per l'utilizzo come citocentrifuga per il Laboratorio Hub del P.O. di Cuneo, il Laboratorio Spoke h24 del P.O. di Mondovì (ASL CN1) ed il Laboratorio Spoke h24 del P.O. di Verduno (ASL CN2) con fornitura delle cellette disposable;		
4	Assoluta assenza di cross-contaminazione tra reagenti/coloranti/fissativi e tra campioni;		
5	Software per la gestione dei cicli di colorazione;		
6	Barcode reader per la lettura dei vetrini e dei reagenti;		
7	Programma automatico di pulizia di fine ciclo;		
	REAGENTI/COLORANTI/FISSATIVI		

8	Tutti i reagenti/coloranti/fissativi devono essere pronti all'uso in confezioni direttamente posizionabili sui coloratori (non sono ammesse operazioni di preparazione e travaso di reagenti/coloranti/fissativi);		
9	Tutti i reagenti devono essere validati CE-IVD e certificati CE-IVD per l'utilizzo sul coloratore offerto;		
10	Indicazione su ogni singolo flacone di tutte le frasi di rischio/pittogrammi;		
11	Tutti i contenitori caricati, on board, devono rimanere chiusi per evitare contatti con l'ambiente esterno;		
12	Colorazione di "Gram" con fucsina o safranina quale mezzo di contrasto;		
13	Disponibilità del fissativo "pronto all'uso";		
14	Tutti i reagenti devono avere, dopo l'apertura, una stabilità di almeno sei mesi per l'utilizzo;		
15	Tutti i reagenti devono essere forniti ed acquistabili sia in kit che singolarmente, al fine di ottimizzare l'utilizzo;		
16	La colorazione di "Ziehl-Neelsen" deve essere a caldo e disporre di una soluzione adesiva per micobatteri;		
17	Tutti i reagenti forniti devono essere privi di fenolo;		