

	Allegato A) - Lotto n. 2 - Caratteristiche tecniche minime richieste - GARA N. 9157000 - CIG N. 9888592444		
	DESCRIZIONE	COMPILAZIONE A CARICO DELLA DITTA: _____	
	OGGETTO: Stampanti per biocassette e relativa fornitura	RISPONDEZZA ALLE CARATTERISTICHE DI MINIMA (indicare SI/NO per ogni singola voce)	RIFERIMENTO - INDICARE DOCUMENTO E NUMERO DI PAGINA DI RIFERIMENTO
	LOTTO NR. 2		
A)	STAMPANTI:		
1	Numero 2 (due) Stampanti per biocassette: di cui 1 (uno) per la Struttura di Anatomia della Sede di Savigliano e numero 1 (uno) per la Struttura di Anatomia della Sede di Mondovì, nuove di fabbrica e di ultima generazione;		
2	Marcatura CE;		
3	Stampanti ad elevata risoluzione;		
4	Stampa di codici a barre mono e bidimensionali, loghi e caratteri alfanumerici;		
5	Stampa di cassette con coperchio aperte;		
6	Velocità minima di stampa di 10 cassette al minuto;		
7	Presenza di almeno 6 caricatori;		
8	Capacità di almeno 70 cassette per ogni caricatore;		

9	Collegamento software per la gestione della stampante al software gestionale del Laboratorio. Il programma deve poter controllare i singoli caricatori di cassette;		
10	Interfacciamento con Armonia di Dedalus;		
B)	CASSETTE:		
11	Cassette monouso per inclusione istologiche in paraffina - tipo universale con chiusura rimovibile all'atto dell'inclusione in paraffina;		
12	Disponibilità in diversi colori (arancio, bianco, blu/azzurro, lilla, rosa, verde, rosso);		
13	Confezioni pre-impilate per stampigliatrice offerta;		