PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE, SUDDIVISA IN TRE LOTTI, DI DISPOSITIVI DI RADIOFREQUENZA, EPIDUROLISI, PERIDUROLISI E STIMOLAZIONE CUTANEA AD ALTA FREQUENZA PER LE NECESSITA' DELLA SSD TERAPIA ANTALGICA E GESTIONE ACCESSI VENOSI CENTRALI DELL'ASL CN1, PER UN PERIODO DI 36 MESI. (GARA N. 9144744 – ID SINTEL N. 171283931).

VALUTAZIONI TECNICHE LOTTO N. 2 CIG 98756414C3

Coefficienti discrezionali attribuibili
(art. 17.1 del Disciplinare di Gara)

COEFF.	GIUDIZI
1	ottimo
0,75	distinto
0,5	buono
0,25	sufficiente
0	insufficiente

		PUNTEGGIO MAX ASSEGNABILE			X-MED Innovazioni Medicali S.r.l.			
		D	Q	T	coefficiente assegnato (D)	punteggio	commento / motivazione	
REQUISITI DI VALUTAZIONE								
VOCE A)	1.1	Disponibilità di catetere da 40 cm			4 <i>(Verranno assegnati 4 punti per il possesso del requisito; 0 punti in assenza del requisito)</i>		4,00	requisito presente
	1.2	forme e funzionalità differenti dei mandrini	5		discrezionale <i>(Verranno valutate le forme e le funzionalità che consentano la navigazione del catetere fino ai target anatomici e funzionali). (max 5 punti)</i>	1,00	5,00	Valutati tutti gli aspetti e requisiti, anche in base all'esito della prova pratica, il sistema, nel complesso, presenta un'ottima funzionalità con completa gamma di mandrini disponibili
	1.3	Disponibilità di differenti tipi, misure e forme per gli aghi introduttori per il catetere.		2	quantitativo <i>Verrà assegnato il punteggio massimo a chi propone la più ampia gamma di tipi di aghi introduttori. punteggi direttamente proporzionali sino al numero minimo di 2 aghi introduttori.</i>		2,00	valore offerto: 2
	2.1	Disponibilità di catetere da 40 cm			4 <i>(Verranno assegnati 4 punti per il possesso del requisito; 0 punti in assenza del requisito)</i>		4,00	requisito presente

VOCE B)	2.2	forme e funzionalità differenti dei mandrini che consentano la navigazione del catetere fino ai target anatomici e funzionali;	5			discrezionale (Verranno valutate le forme e le funzionalità che consentano la navigazione del catetere fino ai target anatomici e funzionali). (max 5 punti)	0,75	3,75	Valutati tutti gli aspetti e requisiti, anche in base all'esito della prova pratica, il sistema, nel complesso, presenta una buona funzionalità ed efficacia. In particolare il dispositivo dispone di un sistema di navigazione pratico e intuitivo
	2.3	Disponibilità di differenti tipi, misure e forme per gli aghi introduttori per il catetere;		2		quantitativo (Verrà assegnato il punteggio massimo a chi propone la più ampia gamma di tipi di aghi introduttori. punteggi direttamente proporzionali sino al numero minimo di 2 aghi introduttori)		2,00	valore offerto:2
VOCE C)	3.1	visualizzazione grafica e numerica della forma d'onda in tempo reale;			5	tabellare (Verranno assegnati 5 punti per il possesso del requisito; 0 punti in assenza del requisito)		5,00	requisito presente
	3.2	possibilità di mouse o dispositivo a pedale on/off per la gestione del generatore da parte dell'operatore			4	tabellare (Verranno assegnati 4 punti per il possesso del requisito; 0 punti in assenza del requisito)		4,00	requisito presente
	3.3	controllo del voltaggio di erogazione della PRF con la possibilità di aumentare o diminuire il voltaggio durante la procedura			10	tabellare (Verranno assegnati 10 punti per il possesso del requisito; 0 punti in assenza del requisito)		10,00	requisito presente
	3.4	raggiungimento di alti voltaggi (fino a 100V) e mantenimento costante per tutta la durata delle applicazioni PRF senza variare la temperatura impostata di 42 gradi		11		quantitativo (Verrà assegnato il punteggio massimo a chi propone il voltaggio più alto; punteggi direttamente proporzionali sino al voltaggio minimo previsto di 70 V)		11,00	valore offerto: 100 V il generatore raggiunge il valore massimo richiesto di 100 Volt e mantiene il voltaggio costante durante tutte le fasi della procedura.
	3.5	controllo automatico delle impostazioni di impulsi per ottimizzare l'esposizione del nervo al campo elettrico			10	tabellare (Verranno assegnati 10 punti per il possesso del requisito; 0 punti in assenza del requisito)		10,00	requisito presente
	3.6	Possibilità di variazione ampiezza dell'impulso.			4	tabellare (Verranno assegnati 4 punti per il possesso del requisito; 0 punti in assenza del requisito)		4,00	requisito presente
TUTTE LE VOCI	4.1	Caratteristiche prestazionali in seguito a valutazione o eventuale prova pratica	4			discrezionale (Verranno valutate, in sede di prova pratica la semplicità di utilizzo, ergonomia, qualità dell'ecogenicità, iniezione di farmaci nell'ago in modo agevole, confezionamento). (max 4 punti)	0,75	3,00	Valutati tutti gli aspetti e requisiti, anche in base all'esito della prova pratica, il sistema, nel complesso, presenta buona efficacia e praticità d'uso con cateteri e mandrini ecoriflettenti ed ergonomici
			14	15	41			67,75	

Mondovi, li 02/10/2023

Per. Ind. Maurizio GELLI
(f.to in originale)

Dott. Dario GIAIME
(f.to in originale)

Dott.ssa Agnese PIZZORNO
(f.to in originale)