

S.S. Acquisti

Responsabile: Avv. Maura Acchiardi

Telefono: 0171/450663

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE, SUDDIVISA IN TRE LOTTI, DI DISPOSITIVI DI RADIOFREQUENZA, EPIDUROLISI, PERIDUROLISI E STIMOLAZIONE CUTANEA AD ALTA FREQUENZA PER LE NECESSITA' DELLA SSD TERAPIA ANTALGICA E GESTIONE ACCESSI VENOSI CENTRALI DELL'ASL CN1, PER UN PERIODO DI 36 MESI. ID SINTEL 171283931.- GARA N. 9144744 – CIG N. VARI.

VERBALE DI APERTURA DELL'OFFERTA ECONOMICA

Premesso che:

- con provvedimento n. 1259 del 23/06/2023 è stata indetta gara d'appalto a procedura aperta - n. ANAC 9144744 e n. GUCE n. 2023/S 125-397658, per l'affidamento della fornitura in service, suddivisa in 3 lotti, ai sensi del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i., applicabile alla procedura *ratione temporis*, di DISPOSITIVI DI RADIOFREQUENZA, EPIDUROLISI, PERIDUROLISI E STIMOLAZIONE CUTANEA AD ALTA FREQUENZA per le necessità della SSD Terapia Antalgica e gestione accessi venosi centrali dell'ASL CN1, per un periodo di 36 mesi e sono stati approvati il Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale, predisposto per la parte di competenza da apposito Nucleo Tecnico secondo le vigenti norme in materia di appalti pubblici, e i relativi allegati;
- entro il termine per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 16.00 del giorno 04.08.2023 sono pervenute le offerte delle ditte di seguito indicate:

N. OFFERTE PRESENTATE	NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL	P.IVA	OPERATORE ECONOMICO PARTECIPANTE	DATA PRESENTAZIONE OFFERTA	LOTTO
1	1690376667299	01831300999	X-MED Innovazioni Medicali S.r.l. Via Corsica 6/4 – 16128 GENOVA	mercoledì 26 luglio 2023	1 – 2 - 3
2	1690880577881	03638130280	AMS Group Srl Società Unipersonale Via Europa, 12 35020 San Pietro Viminario (PD)	martedì 1 agosto 2023	1

- il giorno 07.08.2023 il seggio di gara ha proceduto all'apertura telematica della documentazione amministrativa e alla verifica della presenza e regolarità della documentazione richiesta, come da verbale n. 1 pubblicato sul portale telematico SINTEL e sul portale telematico ASL CN1 all'avviso nr. 52/2023;
- con verbale nr. 2 del 16/08/2023, pubblicato sul sito internet ASL CN1 e sulla piattaforma SINTEL all'avviso n. 52/2023, si è preso atto dell'esito positivo del soccorso istruttorio disposto nei confronti di una ditta partecipante alla gara, ammettendola al proseguimento della stessa;
- con determinazione n.1050 del 26.05.2023 è stata nominata la Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il giorno 30.05.2023 il seggio di gara procedeva, operando sulla piattaforma SINTEL, all'apertura della busta telematica contenente la documentazione tecnica, come da verbale prot. 0069648 di pari data, agli atti d'ufficio;

Atteso che la Commissione Giudicatrice, in sedute riservate, con verbali n. 2 e n. 3, agli atti della S.S. Acquisti, ha provveduto all'esame delle offerte tecniche e, successivamente, all'attribuzione del punteggio qualità, secondo le indicazioni del Disciplinare di Gara,

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno DUEMILAVENTITRE, il giorno 06 ottobre alle ore 09,30 presso l'ASL CN1, nei locali della S.S. Acquisti – ubicati in Cuneo – Via Carlo Boggio, 12 – si è riunito il seggio di gara composto da:

1. Avv. Maura Acchiardi – presidente di seggio;
2. Dott.ssa Erica Cosio – componente di seggio;
3. Sig.ra Maria Elena Gazzola – segretaria verbalizzante;

per procedere all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica.

La Sig.ra Maria Elena Gazzola svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Si prende atto dei punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice e risultanti dal relativo verbale n. 2 redatto in data 02/10/2023:

LOTTO N. 1 – Kit per radiofrequenza

		REQUISITI DI VALUTAZIONE	D	Q	T	coefficiente assegnato (D)	Punteggio assegnato
VOCE A)	1.1	Disponibilità di una quinta misura per il diametro degli aghi.			4		4,00
	1.2	kit pluriuso per il trattamento del nervo trigemino			5		5,00
VOCE B)	2.1	Ampiezza della gamma dei diametri		4			4,00
VOCE C)	3.1	Ampiezza della gamma dei diametri		4			4,00
VOCE E)	4.1	visualizzazione grafica e numerica della forma d'onda in tempo reale			5		5,00
	4.2	possibilità di mouse o dispositivo a pedale on/off per la gestione del generatore da parte dell'operatore			6		6,00
	4.3	controllo del voltaggio di erogazione della PRF con la possibilità di aumentare o diminuire il voltaggio durante la procedura			10		10,00
	4.4	raggiungimento di alti voltaggi (fino a 100V) e mantenimento costante per tutta la durata delle applicazioni PRF senza variare la temperatura impostata di 42 gradi.		11			11,00
	4.5	controllo automatico delle impostazioni di impulsi per ottimizzare l'esposizione del nervo al campo elettrico.			10		10,00
	4.6	Possibilità di variazione ampiezza dell'impulso			5		5,00
TUTTE LE VOCI	4.7	Caratteristiche prestazionali in seguito a valutazione o eventuale prova pratica	6			0,75	4,50
Punteggio massimo attribuibile: 70			Punteggio tecnico totale assegnato:				68,50

LOTTO N. 2 – Kit per epidurolisi

		REQUISITI DI VALUTAZIONE	D	Q	T	coefficiente assegnato (D)	Punteggio assegnato
VOCE A)	1.1	Disponibilità di catetere da 40 cm			4		4,00
	1.2	forme e funzionalità differenti dei mandrini	5			1,00	5,00
	1.3	Disponibilità di differenti tipi, misure e forme per gli aghi introduttori per il catetere.		2			2,00
VOCE B)	2.1	Disponibilità di catetere da 40 cm			4		4,00
	2.2	forme e funzionalità differenti dei mandrini che consentano la navigazione del catetere fino ai target anatomici e funzionali;	5			0,75	3,75
	2.3	Disponibilità di differenti tipi, misure e forme per gli aghi introduttori per il catetere;		2			2,00
VOCE C)	3.1	visualizzazione grafica e numerica della forma d'onda in tempo reale;			5		5,00
	3.2	possibilità di mouse o dispositivo a pedale on/off per la gestione del generatore da parte dell'operatore			4		4,00
	3.3	controllo del voltaggio di erogazione della PRF con la possibilità di aumentare o diminuire il voltaggio durante la procedura			10		10,00
	3.4	raggiungimento di alti voltaggi (fino a 100V) e mantenimento costante per tutta la durata delle applicazioni PRF senza variare la temperatura impostata di 42 gradi		11			11,00
	3.5	controllo automatico delle impostazioni di impulsi per ottimizzare l'esposizione del nervo al campo elettrico			10		10,00
	3.6	Possibilità di variazione ampiezza dell'impulso.			4		4,00
TUTTE LE VOCI	4.1	Caratteristiche prestazionali in seguito a valutazione o eventuale prova pratica	4			0,75	3,00
Punteggio massimo attribuibile: 70			Punteggio tecnico totale assegnato:				67,75

LOTTO N. 3 – Kit per stimolazione cutanea ad alta frequenza

		REQUISITI DI VALUTAZIONE	D	Q	T	coefficiente assegnato (D)	Punteggio assegnato
TUTTE LE VOCI	1.1	Caratteristiche prestazionali in seguito a valutazione o eventuale prova pratica	15			0,75	11,25
VOCE A)	2.1	Presenza tecnologia micro-invasiva con microaghi			20		20,00
VOCE B)	3.1	Presenza tecnologia micro-invasiva con microaghi			20		20,00

VOCE C)	4.1	Funzionamento opzionale a batteria			10		10,00
	4.2	Borsa tracolla per il trasporto			5		5,00
Punteggio massimo attribuibile: 70			Punteggio tecnico totale assegnato:				66,25

Si procede, operando sulla piattaforma SINTEL, all'inserimento dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche presentate dalla ditta ammessa alla presente fase di gara, X-MED Innovazioni Medicali S.r.l., per i lotti 1 – 2 – 3.

Si chiude la fase relativa alla valutazione tecnica e si procede a questo punto all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche.

Si prende atto delle offerte economiche presentate dalla ditta X-MED Innovazioni Medicali S.r.l. per i 3 lotti, quali di seguito riportate:

lotto	Offerta n.	Base d'asta	Offerta economica	Sconto praticato
1	23.07.27EC	€ 240.000,00	€ 216.375,00	9,84%
2	27.07.23 EC	€ 74.700,00	€ 67.000,00	10,31%
3	27.07.23 EC	€ 88.000,00	€ 79.000,00	10,23%

Si prende atto che il Disciplinare di gara prevede all'art. 17.3 il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica come di seguito indicato:

$$Pe_i = PE_{max} (R_i/R_{best})^a$$

Dove:

PE_i	=	Punteggio economico attribuito all'offerta del concorrente i-esimo
PE_{max}	=	Punteggio economico massimo assegnabile
R_i	=	Valore offerto dal concorrente i-esimo
R_{best}	=	Valore dell'offerta più conveniente
a	=	Coefficiente > 0 (0,3)

Nel dettaglio:

$$R_i = BA - P_o$$

Dove:

BA = valore riportato a base d'asta

P_o = prezzo offerto dal concorrente i-esimo

Il punteggio finale attribuito per ciascun lotto verrà calcolato moltiplicando il coefficiente così ottenuto per il punteggio massimo attribuibile (30 punti)".

In base alla formula sopra indicata il punteggio viene attribuito direttamente da SINTEL.

Si riporta di seguito il punteggio tecnico, il punteggio economico e il punteggio totale:

LOTTO	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE
1	68,50	30	98,50
2	67,75	30	97,75
3	66,25	30	96,25

Si prende atto di quanto previsto all'art. 23 del Disciplinare: *“L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, purché la medesima soddisfi in pieno tutte le condizioni stabilite dal Capitolato e i prezzi proposti vengano valutati equi e congrui dall’Amministrazione appaltante.”*

Sulla base delle risultanze sopra riportate, si provvede a formulare proposta di aggiudicazione dei lotti 1, 2 e 3 alla ditta X-MED Innovazioni Medicali S.r.l..

La seduta si chiude alle ore 12.00.

Cuneo lì, 06.10.2023

Avv. Maura Acchiardi (firmato in originale)

Dott.ssa Erica Cosio (firmato in originale)

Sig.ra Maria Elena Gazzola (firmato in originale)