

**S.S. Acquisti**

Responsabile: Avv. Maura Acchiardi

Telefono: 0171/450663

E-mail: [acquisti@aslcn1.it](mailto:acquisti@aslcn1.it)

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE, SUDDIVISA IN TRE LOTTI, DI DISPOSITIVI DI RADIOFREQUENZA, EPIDUROLISI, PERIDUROLISI E STIMOLAZIONE CUTANEA AD ALTA FREQUENZA PER LE NECESSITA' DELLA SSD TERAPIA ANTALGICA E GESTIONE ACCESSI VENOSI CENTRALI DELL'ASL CN1, PER UN PERIODO DI 36 MESI. ID SINTEL 171283931.

**Verbale n. 2 della Commissione Giudicatrice**

L'anno 2023, nel GIORNO 02 del mese di OTTOBRE, alle ore 09.00, nei locali della SS Acquisti sede di Mondovì, si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione n. 1123 del 06/06/2023, nella seguente composizione:

- Sig. Maurizio GELLI – Collaboratore Tecnico Prof.le - Referente S.S.D. Ingegneria Clinica ASL CN1;
- Dott. Dario GIAIME - Direttore S.S.D. Terapia Antalgica e Gestione Accessi Venosi Centrali ASL CN1;
- Dott.ssa Agnese PIZZORNO - Infermiere Impiantatore e Istruttore Gestione e Rete Impianti Accessi Venosi e Terapia Antalgica ASL CN1,

per procedere alla valutazione, con attribuzione dei punteggi qualitativi, delle offerte risultate conformi ai requisiti essenziali.

La Sig.ra Maria Elena Gazzola – funzionario della S.S. Acquisti svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Richiamato il proprio verbale n. 1 relativo alla seduta del 12/09/2023, la Commissione Giudicatrice procede, alla valutazione delle offerte tecniche presentate, per i lotti 1 – 2 – 3, dall'unica ditta ammessa al proseguo della gara, X-MED Innovazioni Medicali S.r.l., e all'attribuzione dei punteggi qualitativi, anche in base alle prove pratiche effettuate, così come previsto dal Disciplinare di Gara all'art. 17 di seguito riportato:

*L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.*

*La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:*

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

*Il Punteggio Totale attribuito a ciascuna offerta è dato dalla sommatoria dei punteggi relativi all'offerta tecnica ed economica.*

**1.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

*Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle, con la relativa ripartizione dei punteggi.*

*Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito*

in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Prima verifica della conformità alle caratteristiche essenziali previste dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, si procede alla valutazione delle offerte tecniche sulla base dei seguenti criteri:

Criteri di valutazione dell'offerta tecnica LOTTO 1								
Criterio di valutazione	N	Sottocriterio di valutazione	Valore limite	Tipologia			Punti attribuibili	punteggio
				D	Q	T		
Voce a)	1.1.	Disponibilità di una quinta misura per il diametro degli aghi.	4			x	4	Verranno assegnati 4 punti per il possesso del requisito; 0 punti in assenza del requisito
	1.2	kit pluriuso per il trattamento del nervo trigemino				x	5	Verranno assegnati 5 punti per il possesso del requisito; 0 punti in assenza del requisito
Voce b)	2.1	Ampiezza della gamma dei diametri	2		x		4	Verrà assegnato il punteggio massimo a chi propone la più ampia gamma di diametri. punteggi direttamente proporzionali sino al numero minimo di diametri previsti quale requisito di minima (2 misure)
Voce c)	3.1	Ampiezza della gamma dei diametri	3		x		4	Verrà assegnato il punteggio massimo a chi propone la più ampia gamma di diametri. punteggi direttamente proporzionali sino al numero minimo di diametri previsti quale requisito di minima (3 misure)
Voce e) Generatore	4.1	visualizzazione grafica e numerica della forma d'onda in tempo reale;				x	5	Verranno assegnati 5 punti per il possesso del requisito; 0 punti in assenza del requisito

**Criteria di valutazione dell'offerta tecnica LOTTO 1**

<b>Criteria di valutazione</b>	<b>N</b>	<b>Sottocriterio di valutazione</b>	<b>Valore limite</b>	<b>Tipologia</b>			<b>Punti attribuiti</b>	<b>punteggio</b>
	4.2	possibilità di mouse o dispositivo a pedale on/off per la gestione del generatore da parte dell'operatore				x	6	Verranno assegnati 6 punti per il possesso del requisito; 0 punti in assenza del requisito
	4.3	controllo del voltaggio di erogazione della PRF con la possibilità di aumentare o diminuire il voltaggio durante la procedura				x	10	Verranno assegnati 10 punti per il possesso del requisito; 0 punti in assenza del requisito
	4.4	raggiungimento di alti voltaggi (fino a 100V) e mantenimento costante per tutta la durata delle applicazioni PRF senza variare la temperatura impostata di 42 gradi.	70			x	11	Verrà assegnato il punteggio massimo a chi propone il voltaggio più alto; punteggi direttamente proporzionali sino al voltaggio minimo previsto (70 V).
	4.5	controllo automatico delle impostazioni di impulsi per ottimizzare l'esposizione del nervo al campo elettrico.				x	10	Verranno assegnati 10 punti per il possesso del requisito; 0 punti in assenza del requisito
	4.6	Possibilità di variazione ampiezza dell'impulso;				x	5	Verranno assegnati 5 punti per il possesso del requisito; 0 punti in assenza del requisito
Tutte le voci	4.7	Caratteristiche prestazionali in seguito a valutazione o eventuale prova pratica				x	6	Verranno valutate la semplicità di utilizzo, ergonomia, qualità dell'ecogenicità, iniezione di farmaci nell'ago in modo agevole, confezionamento.
<b>PUNTEGGIO TECNICO MASSIMO ATTRIBUIBILE</b>							<b>70</b>	



**Criteria di valutazione dell'offerta tecnica LOTTO 2**

Criterio di valutazione	N	Sottocriterio di valutazione	Valore limite	Tipologia			Punti attribuibili	punteggio
				D	Q	T		
Voce a)	1.1.	Disponibilità di catetere da 40 cm				x	4	Verranno assegnati 4 punti per il possesso del requisito; 0 punti in assenza del requisito
	1.2	forme e funzionalità differenti dei mandrini		x			5	Verranno valutate le forme e le funzionalità che consentano la navigazione del catetere fino ai target anatomici e funzionali.
	1.3	Disponibilità di differenti tipi, misure e forme per gli aghi introduttori per il catetere.	2		x		2	Verrà assegnato il punteggio massimo a chi propone la più ampia gamma di tipi di aghi introduttori. punteggi direttamente proporzionali sino al numero minimo di 2 aghi introduttori.
Voce b)	2.1	Disponibilità di catetere da 40 cm				x	4	Verranno assegnati 4 punti per il possesso del requisito; 0 punti in assenza del requisito
	2.2	forme e funzionalità differenti dei mandrini che consentano la navigazione del catetere fino ai target anatomici e funzionali;		x			5	Verranno valutate le forme e le funzionalità che consentano la navigazione del catetere fino ai target anatomici e funzionali.
	2.3	Disponibilità di differenti tipi, misure e forme per gli aghi introduttori per il catetere;	2		x		2	Verrà assegnato il punteggio massimo a chi propone la più ampia gamma di tipi di aghi introduttori. punteggi direttamente proporzionali sino al numero minimo di 2 aghi introduttori.

**Criteria di valutazione dell'offerta tecnica LOTTO 2**

<b>Criteria di valutazione</b>	<b>N</b>	<b>Sottocriterio di valutazione</b>	<b>Valore limite</b>	<b>Tipologia</b>			<b>Punti attribuiti</b>	<b>punteggio</b>
Voce c) generatore	3.1	visualizzazione grafica e numerica della forma d'onda in tempo reale;				x	5	Verranno assegnati 5 punti per il possesso del requisito; 0 punti in assenza del requisito
	3.2	possibilità di mouse o dispositivo a pedale on/off per la gestione del generatore da parte dell'operatore;				x	4	Verranno assegnati 4 punti per il possesso del requisito; 0 punti in assenza del requisito
	3.3	controllo del voltaggio di erogazione della PRF con la possibilità di aumentare o diminuire il voltaggio durante la procedura;				x	10	Verranno assegnati 10 punti per il possesso del requisito; 0 punti in assenza del requisito
	3.4	raggiungimento di alti voltaggi (fino a 100V) e mantenimento costante per tutta la durata delle applicazioni PRF senza variare la temperatura impostata di 42 gradi	70			x	11	Verrà assegnato il punteggio massimo a chi propone il voltaggio più alto; punteggi direttamente proporzionali sino al voltaggio minimo previsto (70 V).
	3.5	controllo automatico delle impostazioni di impulsi per ottimizzare l'esposizione del nervo al campo elettrico				x	10	Verranno assegnati 10 punti per il possesso del requisito; 0 punti in assenza del requisito
	3.6	Possibilità di variazione ampiezza dell'impulso;				x	4	Verranno assegnati 4 punti per il possesso del requisito; 0 punti in assenza del requisito
Tutte le voci	3.1	Caratteristiche prestazionali in seguito a valutazione o eventuale prova pratica.				x	4	Verranno valutate, in sede di prova pratica la semplicità di utilizzo, ergonomia, qualità dell'ecogenicità, iniezione di farmaci nell'ago in modo agevole, confezionamento.
PUNTEGGIO TECNICO MASSIMO ATTRIBUIBILE							70	

**Criteria di valutazione dell'offerta tecnica LOTTO 3**

Criterio di valutazione	N	Sottocriterio di valutazione	Valore limite	Tipologia			Punti attribuibili	punteggio
				D	Q	T		
Tutte le voci	1.1.	Caratteristiche prestazionali in seguito a valutazione o eventuale prova pratica		x			15	Verranno valutate la semplicità di utilizzo, l'ergonomia, ed il confezionamento.
Voce a)	2.1	Presenza tecnologia micro-invasiva con microaghi				x	20	Verranno assegnati 20 punti per il possesso del requisito; 0 punti in assenza del requisito
Voce b)	3.1	Presenza tecnologia micro-invasiva con microaghi				x	20	Verranno assegnati 20 punti per il possesso del requisito; 0 punti in assenza del requisito
Voce c) generatore	4.1	Funzionamento opzionale a batteria				x	10	Verranno assegnati 10 punti per il possesso del requisito; 0 punti in assenza del requisito
	4.2	Borsa tracolla per il trasporto				x	5	Verranno assegnati 5 punti per il possesso del requisito; 0 punti in assenza del requisito
PUNTEGGIO TECNICO MASSIMO ATTRIBUIBILE							70	

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari al punteggio massimo complessivo di **45 punti**. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

1.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, la Commissione Giudicatrice, attribuirà collegialmente, a ciascuna offerta, un giudizio unico sulla base dei seguenti giudizi di merito con relativo coefficiente, variabile tra zero e uno, così come indicato nella successiva tabella CD:

**Tabella CD: coefficienti discrezionali**

Tipologia coefficiente	Giudizio	Coefficienti discrezionali (per il sotto-criterio di valutazione i-esimo del concorrente j-esimo)
CD	ottimo	1,00
	buono	0,75
	discreto	0,50
	sufficiente	0,25
	insufficiente	0,00

I coefficienti saranno trasformati in punteggi moltiplicando i valori ottenuti per i punteggi attribuiti a ciascun criterio/ sottocriterio di valutazione.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno sulla base del metodo specificato nell'apposita tabella CQ sotto riportata:

### Tabella CQ: coefficienti quantitativi

Tipologia coefficiente	Descrizione	Coefficienti quantitativi (per il sottocriterio di valutazione i-esimo del concorrente j-esimo)
CQ	Coefficiente quantitativo attribuito	$C = \frac{V - V_{lim}}{V_{migl} - V_{lim}}$

Dove:

Simboli	Descrizione
C	Coefficiente attribuito alla ditta i-esima
V	Valore dichiarato dalla ditta i-esima relativamente ad un determinato sottocriterio quantitativo
V <sub>lim</sub>	Valore limite ammesso per l'assegnazione del punteggio (minimo o massimo) per un determinato criterio quantitativo
V <sub>migl</sub>	Valore migliore (massimo o minimo) tra tutte le Ditte offerenti per un determinato sottocriterio quantitativo

Se tutte le Ditte ammesse presentano un requisito di valore pari al valore limite ammesso per l'assegnazione del punteggio quantitativo, riceveranno tutte il punteggio quantitativo pari a zero.

Se tutte le Ditte ammesse presentano un requisito di pari valore ma superiore al limite ammesso per l'assegnazione del punteggio quantitativo, riceveranno tutte il punteggio quantitativo massimo.

### Punteggio tabellare

Quanto agli elementi cui è assegnato un **punteggio tabellare** identificato dalla colonna "I" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Tutti i punteggi verranno apprezzati fino ad un massimo di due cifre decimali con arrotondamento.

Ai fini della valutazione, la Commissione giudicatrice potrà disporre che le prove tecnico/cliniche sul campo siano affidate ad uno o più membri della stessa e potrà avvalersi dell'eventuale supporto di personale tecnico – sanitario dei servizi utilizzatori. Tali prove sono da intendersi quali attività istruttorie e strumentali i cui esiti saranno verificati a posteriori dalla Commissione in composizione plenaria.

I punteggi assegnati alle offerte tecniche presentate sono riportati nel prospetto Allegato 1 al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

La Commissione Giudicatrice da atto che la ditta X-MED Innovazioni Medicali S.r.l., ha ottenuto un punteggio superiore alla soglia di sbarramento per tutti i 3 lotti, e che pertanto la ditta viene ammessa al prosieguo della procedura.


Il presente verbale viene affidato al Segretario per le operazioni di competenza e tenuto agli atti di questa struttura.


Alle ore 12.00 si conclude la seduta della Commissione Giudicatrice.

Delle operazioni svolte si dà atto nel presente verbale che viene sottoscritto dai componenti della Commissione Giudicatrice.

Mondovì, li 02/10/2023

Dott. Dario GIAIME ..... 

Per. Ind. Maurizio GELLI ..... 

Dott.ssa Agnese PIZZORNO ..... 

Il segretario verbalizzante:

Sig.ra Maria Elena Gazzola ..... 