
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SS ACQUISTI

0000363 del 27/02/2024

OGGETTO: FORNITURA DI AGHI PER BIOPSIA MAMMARIA, COMPRESIVI DI DISPOSITIVI AUTOMATICI PLURIUSO IN USO ACCESSORIO GRATUITO, PER LE STRUTTURE SANITARIE DELL'ASL CN1 PER 36 MESI. AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, TRAMITE SINTEL, ALLA DITTA SELEFAR SRL - P.I. 01749330047. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 43.920,00 IVA 22% COMPRESA. CIG A04E2867C0.

IL RESPONSABILE SS ACQUISTI

Visto l'articolo 23.2 titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 339 del 27/10/2023;

su conforme proposta del Responsabile SS Acquisti che ne attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

individuata l'Avv. Acchiardi Maura quale responsabile del procedimento;

richiamato il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell'ASL CN1;

richiamata la deliberazione n. 325 del 16/10/2023 "Deleghe funzioni di gestione ai dirigenti aziendali. Revoca Allegato 1 del provvedimento n. 112 del 13/03/2023. Riattribuzione deleghe." – Allegato 1 Capo I.4 N°2;

Richiamato il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”;

Richiamato il D.P.C.M. 11/07/2018, “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014 nr. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, nr. 89; accertato che i prodotti in oggetto rientrano nella categoria citata al punto 9 – “Aghi e siringhe”;

Considerato che la S.C.R. Piemonte S.p.A. nel mese di ottobre 2023 ha aggiudicato la gara ad oggetto: “Gara regionale centralizzata per l’affidamento della fornitura di Aghi, siringhe e deflussori e la prestazione di servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte, Lombardia, Valle e Molise (gara 58-2022)”;

Preso atto che, con nota prot. int. n. 0158876 del 07/12/2023 il Direttore della S.C. Farmacia Ospedaliera ASL CN1:

- ha dichiarato che i dispositivi in argomento non sono stati aggiudicati nella gara 58-2022 “Gara regionale centralizzata per l’affidamento della fornitura di Aghi, siringhe e deflussori e la prestazione di servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte, Lombardia, Valle e Molise (gara 58-2022)”;
- ha richiesto l’attivazione di una procedura per l’acquisizione di aghi per biopsia mammaria, comprensivi di dispositivi pluriuso in uso accessorio gratuito, per le necessità dei P.O. della ASL CN1, quantificandone i relativi fabbisogni ed individuando il Responsabile Unico del Progetto ed il Direttore dell’esecuzione del contratto;

Richiamati gli artt. 50 comma 1, lett. b) e 17 del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale nr. 324 del 16/10/2023 “Art. 15 del Decreto Legislativo 36/2023. Acquisto di servizi e forniture. Modalità per l’individuazione del Responsabile Unico di Progetto e dei Responsabili di fase in base all’organizzazione aziendale”;

Preso atto che il Responsabile Unico del Progetto è il Responsabile della S.C. Farmacia ASL CN1 (attualmente dott. Carlo Brunetti), che sarà tenuto a comunicare tempestivamente eventuali cause ostantive di cui sia a conoscenza ai sensi della vigente normativa anticorruzione;

Individuato quale Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi del D. Lgs. nr. 36/2023, l’Avvocato Maura Acchiardi;

Preso atto che, con lettera Prot. N. 0159152 del 07/12/2023, utilizzando il portale telematico di E-Procurement SINTEL (Aria S.p.A.), è stata pubblicata un'Indagine di Mercato finalizzata ad eventuale affidamento diretto (ID n. 176941864/2023) per la fornitura in oggetto, invitando a presentare preventivo gli operatori economici presenti sul mercato;

Accertato che, entro il termine di scadenza, previsto per il giorno 22/12/2023, sono pervenuti i preventivi di seguito riassunti:

Ditta BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.

Offerta n. T242771/2023 del 22/12/2023 (id sintel 1703252001041)

q.ta' totali	descrizione prodotto	codice	Cnd/rdm	prezzo unitario	prezzo totale fornitura
3000	ago tranciante (tipo TRU CUT) per biopsia con prelievo di tessuti molli nei diversi siti anatomici, in particolare le biopsie mammarie.	MN12XX MN14XX MN16XX MN18XX MN20XX	A010299/40090	€ 20,00	€ 60.000,00
4	dispositivi automatici pluriuso in uso accessorio gratuito	MG1522	A01020102/40087	In uso accessorio gratuito per tutta la durata della fornitura	

Ditta MOVI SPA

Offerta n. 230003617/VILELE del 13/12/2023 (ID SINTEL 1702977245958)

q.ta' totali	descrizione prodotto	codice	Cnd/rdm	prezzo unitario	prezzo totale fornitura
3000	ago tranciante (tipo TRU CUT) per biopsia con prelievo di tessuti molli nei diversi siti anatomici, in particolare le	315Sxxxxxx	A01020101/176874/R	€ 16,45	€ 49.350,00

	biopsie mammarie.				
4	dispositivi automatici pluriuso in uso accessorio gratuito	304B000001	A010299/176876/R	In uso accessorio gratuito per tutta la durata della fornitura	

Ditta SELEFAR SRL

Offerta n. 142/2023 del 15/12/2023 (id sintel 1703163056828)

q.ta' totali	descrizione prodotto	codice	Cnd/rdm	prezzo unitario	prezzo totale fornitura
3000	ago tranciante (tipo TRU CUT) per biopsia con prelievo di tessuti molli nei diversi siti anatomici, in particolare le biopsie mammarie.	OPG14XX OPG 16XX OPG 18XX	A01020101 cnd 476538 rdm 507719 rdm 507721 rdm 507725 rdm 507727 rdm 507731 rdm 507732 rdm 507733 rdm	€ 12,00	€ 36.000,00
4	dispositivi automatici pluriuso in uso accessorio gratuito	BIOCUT-N		In uso accessorio gratuito per tutta la durata della fornitura	

Ditta VIGEO SRL

Offerta n. offerta Vigeo 18.12.2023 del 18/12/2023 (id sintel 1702894180369)

q.ta' totali	descrizione prodotto	codice	Cnd/rdm	prezzo unitario	prezzo totale fornitura
3000	ago tranciante (tipo TRU CUT) per biopsia con prelievo di tessuti molli nei diversi siti anatomici, in particolare le biopsie mammarie.	VVGxxyy	A01020199/ 2295756	€ 12,48	€ 37.440,00
4	dispositivi automatici pluriuso in uso accessorio gratuito	VTEK	A010299/ 2295622	In uso accessorio gratuito per tutta la durata della fornitura	

Preso atto che la lettera di invito Prot. N. 0159152 del 07/12/2023 prevede, quale modalità di individuazione della migliore offerta, la valutazione comparativa delle proposte pervenute, in esito ad esame della campionatura e tenuto conto dei seguenti criteri:

- facilità di introduzione e penetrazione dell'ago,
- resistenza e flessibilità del dispositivo pluriuso,
- maneggevolezza, ergonomia e leggerezza del dispositivo pluriuso,
- scorrevolezza del mandrino all'interno dell'ago,
- adeguatezza del prelievo – quantità adatta, integrità del campione,
- disponibilità di ampia gamma di aghi,
- economicità del prezzo offerto.

Atteso che la S.S. Acquisti, in data 27/12/2023, ha provveduto ad inviare ai Dirigenti Medici delle strutture interessate, preposti alla valutazione comparativa dei preventivi, le offerte presentate e la campionatura;

Vista la nota prot. int. 0022868 del 15/02/2024, agli atti, con la quale gli stessi, a seguito di verifica della campionatura, della documentazione tecnica e delle offerte economiche presentate, hanno comunicato quanto segue:

“Verificata con esito positivo la sussistenza delle caratteristiche generali richieste nella lettera di invito;

Vengono esaminate le seguenti caratteristiche previste dalla lettera di invito ai fini della comparazione dei preventivi:

caratteristiche esaminate:	Becton Dickinson Italia S.p.A.	Movi S.p.A.	Selifar S.r.l.	Vigeo S.r.l.
Facilità di introduzione e penetrazione dell'ago:	Buona incisione cutanea con conseguente buona penetrazione dell'ago.	Buona incisione cutanea con conseguente buona penetrazione dell'ago.	Buona incisione cutanea con conseguente buona penetrazione dell'ago.	Buona incisione cutanea con conseguente buona penetrazione dell'ago.
Resistenza e flessibilità del dispositivo pluriuso:	Il dispositivo pluriuso appare resistente e flessibile.	Il dispositivo pluriuso appare resistente e flessibile.	Il dispositivo pluriuso appare resistente e flessibile.	Il dispositivo pluriuso appare resistente e flessibile.
Maneggevolezza, ergonomia e leggerezza del dispositivo pluriuso:	Il dispositivo presenta ottima maneggevolezza, adeguata ergonomia e leggerezza.	Il dispositivo presenta buona maneggevolezza, ergonomia e leggerezza del dispositivo, seppur inferiori rispetto agli altri dispositivi provati, per le maggiori dimensioni del manipolo.	Il dispositivo presenta ottima maneggevolezza, adeguata ergonomia e leggerezza.	Il dispositivo presenta ottima maneggevolezza, ergonomia e leggerezza.
Scorrevolezza del mandrino all'interno dell'ago:	Buona scorrevolezza del mandrino all'interno dell'ago.	Buona scorrevolezza del mandrino all'interno dell'ago.	Buona scorrevolezza del mandrino all'interno dell'ago.	Buona scorrevolezza del mandrino all'interno dell'ago.
Adeguatezza del prelievo – quantità adatta, integrità del campione:	Si denota adeguatezza del prelievo in termini sia di quantità che di integrità del campione prelevato.	Si denota adeguatezza del prelievo in termini sia di quantità che di integrità del campione prelevato.	Si denota adeguatezza del prelievo in termini sia di quantità che di integrità del campione prelevato.	Si denota adeguatezza del prelievo in termini sia di quantità che di integrità del campione prelevato.
Disponibilità di ampia gamma di aghi:	Ampia disponibilità di gamma di aghi in termini di calibro e lunghezza.	Ampia disponibilità di gamma di aghi in termini di calibro e lunghezza.	Ampia disponibilità di gamma di aghi in termini di calibro e lunghezza.	Ampia disponibilità di gamma di aghi in termini di calibro e lunghezza.
Economicità del prezzo offerto:	€ 60.000,00.	€ 49.350,00.	€ 36.000,00.	€ 37.440,00.

Pertanto, a seguito delle valutazioni comparative dei preventivi, effettuate sulla base della documentazione tecnica e della campionatura, nonché dell'offerta economica, si propone di affidare la fornitura alla ditta SELEFAR S.r.l, la cui offerta economica, a parità di caratteristiche tecniche, risulta migliore rispetto a quelle presentate dagli altri concorrenti”.

Ritenuto pertanto, in seguito a quanto sopra specificato, di procedere all'affidamento della fornitura di AGHI PER BIOPSIA MAMMARIA, COMPRESIVI DI DISPOSITIVI AUTOMATICI PLURIUSO IN USO ACCESSORIO GRATUITO, alla ditta SELEFAR SRL - Via del Caravaggio, 3 Milano - P. IVA: 01749330047, per un periodo di 36 mesi decorrenti dalla data del presente provvedimento, alle condizioni economiche di seguito riportate:

Offerta n. 142/2023 del 15/12/2023 (id sintel 1703163056828)

q.ta' totali	descrizione prodotto	codice	Cnd/rdm	prezzo unitario	prezzo totale fornitura
3000	ago tranciante (tipo TRU CUT) per biopsia con prelievo di tessuti molli nei diversi siti anatomici, in particolare le biopsie mammarie.	OPG14XX OPG 16XX OPG 18XX	A01020101 cnd 476538 rdm 507719 rdm 507721 rdm 507725 rdm 507727 rdm 507731 rdm 507732 rdm 507733 rdm	€ 12,00	€ 36.000,00 + iva 22%
4	dispositivi automatici pluriuso in uso accessorio gratuito	BIOCUT-N		In uso accessorio gratuito per tutta la durata della fornitura (*)	

() il valore commerciale di ciascun dispositivo automatico pluriuso, che non concorre alla determinazione del prezzo offerto, è di € 1.250,00;*

Dato atto che sono state effettuate, con esito favorevole, le verifiche di cui all'art. 99 del D.Lgs. 36/2023, sul possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell'operatore economico affidatario;

Precisato che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse;

Accertato che, in considerazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e della Deliberazione del Direttore Generale ASL CN1 n. 528/2013, inerente

l'approvazione e introduzione nelle procedure di affidamento del patto di integrità, la ditta offerente ha sottoscritto ed allegato, all'offerta presentata, il predetto patto, agli atti della struttura competente;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale nr. 359 del 20/11/2023 avente ad oggetto: "Adozione per l'anno 2024 dei Budget economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell'ASL CN1";

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 406 del 21/12/2023 avente ad oggetto: "Deliberazione n. 359/2023 - programmazione annuale delle attività afferenti alla macro area di spesa "DAM" e prima assegnazione per le spese relative alle attività a rilevanza economica – anno 2024";

Stabilito che le somme relative al presente provvedimento rientreranno nella programmazione della Macro Area afferente, nell'ambito delle disponibilità complessive assegnate al budget provvisorio degli esercizi futuri;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile della Macro Area DAM relativamente alla spesa oggetto del presente provvedimento;

Preso atto che le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) saranno svolte dal Direttore della Farmacia Ospedaliera ASL CN1 (attualmente Dott. Carlo Brunetti), che sarà tenuto a comunicare tempestivamente eventuali cause ostative di cui sia a conoscenza ai sensi della vigente normativa anticorruzione e a cui competerà lo svolgimento delle attività previste dal D.Lgs. nr. 36/2023, art. 114 e All. II.14, e dal DM 49/2018, inclusa l'attività di gestione del contratto anche dal punto di vista tecnico contabile (gestione su NFS);

Dato atto che nella fattispecie non sono state rilevate situazioni di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e ai seguenti rapporti:

- Rapporti di lavoro/professionali/finanziari in corso o riferibili ai tre anni precedenti;
- Rapporti contrattuali/negoziali in corso o riferibili ai due anni precedenti;

D E T E R M I N A

Di provvedere all'affidamento della fornitura di AGHI PER BIOPSIA MAMMARIA, COMPENSIVI DI DISPOSITIVI AUTOMATICI PLURIUSO IN USO ACCESSORIO GRATUITO, alla ditta SELEFAR SRL - Via del

Caravaggio, 3 Milano - P. IVA: 01749330047, per un periodo di 36 mesi decorrenti dal presente provvedimento;

Di dare atto che il costo complessivo presunto derivante dal presente provvedimento di Euro € 36.000,00 oltre IVA 22% (Euro 43.920,00 IVA 22% compresa) sarà imputato nel seguente modo:

Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo senza IVA	Importo con IVA al 22%
2024	DAM/FAR	3100164	acquisto dispositivi medici	€ 10.000,00	€ 12.200,00
2025				€ 12.000,00	€ 14.640,00
2026				€ 12.000,00	€ 14.640,00
2027				€ 2.000,00	€ 2.440,00

Di dare atto che le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) saranno svolte dal Direttore della S.C. Farmacia Ospedaliera ASL CN1 (attualmente Dott. Carlo Brunetti), che sarà tenuto a comunicare tempestivamente eventuali cause ostative di cui sia a conoscenza ai sensi della vigente normativa anticorruzione e a cui competerà lo svolgimento delle attività previste dal D.Lgs. nr. 36/2023, art. 114 e All. II.14, e dal DM 49/2018, inclusa l'attività di gestione del contratto anche dal punto di vista tecnico contabile (gestione su NFS);

Di dare atto che, nelle more dell'adozione da parte dell'ASL CN1 del provvedimento relativo alla definizione dei criteri di riparto di cui all'art. 45, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, l'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi della citata norma, viene provvisoriamente quantificato nella misura massima del 2% dell'importo a base della procedura di affidamento, e il relativo importo, pari ad euro 1.200,00, verrà accantonato sul conto 3.10.16.34 del bilancio di competenza";

Di trasmettere il presente provvedimento al Direttore dell'esecuzione del contratto, alla S.C. Farmacia Ospedaliera ASL CN1 e alla S.S. Patrimonio per gli adempimenti di rispettiva competenza;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28, comma 2, della L.R. n. 10/1995, stante la necessità di assicurare continuità all'approvvigionamento dei dispositivi oggetto del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE SS ACQUISTI

o suo sostituto

Avv. Maura ACCHIARDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.