

S.S. Acquisti

Responsabile: Avv. Maura Acchiardi

Telefono: 0171.450228

E-mail: acquisti@aslcn1.it

**FORNITURA SUDDIVISA IN LOTTI DI AUSILI DI POSIZIONAMENTO E CORRETTA POSTURA - CIG
B272F39881 – B272F3A954 – B272F3BA27 – B272F3CAFA – B272F3DBCD**

Verbale della Commissione Giudicatrice
PREMESSO

- Che il 15.07.2024 veniva pubblicato sul Sistema di Intermediazione Telematica E-Procurement SINTEL la manifestazione di interesse (ID n. 186423316) per la fornitura, suddivisa in lotti, di ausili di posizionamento e corretta postura;
- Che entro il termine previsto pervenivano nr. Ventisei manifestazioni di interesse delle Ditte di seguito indicate:

DITTA	INDIRIZZO	CAP	CITTA'	P.IVA/C.F.
ALEA DI DADONE SILVIO E C. SAS	Stada Genona, 299	10024	Moncalieri (TO)	05067060011
BIOMATRIX SRL	Via S. Anguissola, 22	26100	Cremona (CR)	01378350191
C.A.M. HOSPITAL SRL	Via Luigi Guercio, 84	84134	Salerno	01897730659
CARDIVA ITALIA SRL	Via Corsica, 2/18	16148	Genova	02459270993
COREMEC SRL	C.so Vittime del Lavoro, 9	10042	Nichelino (TO)	04327730018
ETAC SRL	Strada Maggiore, 51	40125	Bologna	03707261206
EURO AUSILI SRL	Piazza San Magno, 7	20025	Legnano (MI)	13212620150
FANTASIE MEDICAL&INVESTMENT SRL	Via Don A. Masetto, 1	35010	Vigonzà (PD)	03931390284
FEMA SRL	Via Rosa Luxemburg 23/25	20085	Locate Triulzi (MI)	02194160962 / 13110730150
GETINGE ITALIA SRL	Via G. Gozzano, 14	20092	Cinisello Balsamo (MI)	03992220966
GULDMANN SRL	Via Tortona, 25	20144	Milano	01431870094
INGRANDE DOMENICO SRL	Via dello Stadio, 5	53042	Chianciano Terme (SI)	01154520520
ITALORTOPEDIA SRL	Via Sossio Russo, 54	80027	Frattamaggiore (NA)	09076931212
ITALSANITARI SRL	Via Piave, 17	36040	Sarego (VI)	00724940242
LABOINDUSTRIA SPA	Via Matteotti, 37	35020	Arzergrande (PD)	00805390283

LINET ITALIA SRL	Via Galileo Galilei, 48	25020	Poncarale (BS)	02879890982
MEDILAND REHASENSE ITALI SRL	Via carlo Freguglia, 2	20122	Milano	02292840127
MEDISAN SRL	Via Gian Giacomo Mora, 11/A	20123	Milano	08606250150
MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL	Via Asolana, 26/B	31017	Pieve del Grappa (TV)	02032400265
MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL	Piazza Pio XI, 1	20123	Milano	02426070120 / 12300580151
MOVI SPA	Via Dione Cassio, 15	20138	Milano	11575580151
MULTI SERVICES SRL	Via Giovanni XXIII, 14b	24060	Carobbio degli Angeli (BG)	04059530164
NOVAMED SRL	Via Nazionale, 419	98043	Rometta Marea (ME)	02948410838
NOVAMEDISAN ITALIA SRL	Via dei Lapidari, 3	40129	Bologna	02501461202
OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO SRL	Via Druento, 258	10078	Venaria Reale (TO)	06872000010
ORMESA SRL	Via delle Industrie, 6/8	06034	Foligno (PG)	00574020541

- Che con lettera di invito prot. n. 0109593 del 21.08.2024, utilizzando il Sistema di Intermediazione Telematica E-Procurement SINTEL, è stata pubblicata la procedura negoziata (ID nr. 188614334) e che entro il termine previsto pervenivano n. CINQUE offerte delle Ditte di seguito indicate:

DITTA	INDIRIZZO	CAP	CITTA'	P.IVA/C.F.
BIOMATRIX SRL	Via S. Angiussola, 22	26100	Cremona	01378350191
COREMEC SRL	C.so Vittime del Lavoro, 9	10042	Nichelino (TO)	04327730018
INGRANDE DOMENICO SRL	Via dello Stadio, 5	53042	Chianciano terme (SI)	01154520520
LABOINDUSTRIA SPA	Via Matteotti, 37	35020	Arzergrande (PD)	00805390283
MULTI SERVICES SRL	Via Giovanni XXIII, 14b	24060	Carobbio degli Angeli (BG)	04059530164

- Che con Determina n. 1758 del 15.10.2024 veniva nominata la commissione giudicatrice nelle persone di:
 - Dott.ssa GONELLA Elena – Coordinatore Dipartimento Chirurgico
 - Dott.ssa FERRARIS Sonia – Coordinatore Infermieristico Dipartimento Medico Generale Riabilitativo
 - Dott.ssa ROSSI Tiziana Domenica – Coordinatore Infermieristico S.C. Direzione Professioni Sanitarie

TUTTO CIO' PREMESSO

In data 19 NOVEMBRE 2024 alle ore 9,30 presso i locali dell'Ospedale Regina Montis Regalis - ASL CN1 – siti in Mondovì – Via S. Rocchetto, 99 si riunisce in seduta riservata la Commissione Giudicatrice.

LOTTO 2 – Cuscini e dispositivi per posizionamento per strutture di degenza

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA	PUNTI
Completezza del catalogo – Gamma misure disponibili	D	5
Facilità di manutenzione e pulizia	D	20
Caratteristiche e consistenza del materiale in considerazione della sua funzione di utilizzo	D	20
Ergonomia e Confort del paziente	D	25

LOTTO 3 – Ausili per supporto posturale

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA	PUNTI
Completezza del catalogo – Gamma misure disponibili	D	5
Facilità di manutenzione e pulizia	D	20
Caratteristiche e consistenza del materiale in considerazione della sua funzione di utilizzo	D	20
Semplicità di utilizzo e di applicazione da parte dell'operatore, confort paziente	D	25

LOTTO 4 – Ausili per corretta postura e/o di protezione

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA	PUNTI
Consistenza, morbidezza del materiale / imbottitura	D	20
Confort del paziente	D	20
Caratteristiche del materiale in considerazione della sua funzione di utilizzo	D	10
Semplicità di utilizzo e di applicazione da parte dell'operatore	D	20

LOTTO 5 – Sistemi per trasferimento pazienti

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA	PUNTI
Semplicità di utilizzo da parte dell'operatore	D	25
Robustezza e consistenza del materiale	D	25
Materiale adatto ad un agevole scorrimento per l'utilizzo durante il trasferimento del paziente	D	20

In merito ai punteggi DISCREZIONALI, il relativo coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.

Si prende atto delle disposizioni della lettera di invito secondo cui, a **ciascuno degli elementi qualitativi** sopra indicati cui è assegnato un punteggio discrezionale, la Commissione Giudicatrice, attribuirà collegialmente, a ciascuna offerta, un giudizio unico sulla base dei seguenti giudizi di merito con relativo **coefficiente, variabile tra zero e uno**, così come indicato nella successiva tabella:

Sono presenti:

- Dott.ssa GONELLA Elena – Coordinatore Dipartimento Chirurgico
- Dott.ssa FERRARIS Sonia – Coordinatore Infermieristico Dipartimento Medico Generale Riabilitativo
- Dott.ssa ROSSI Tiziana Domenica – Coordinatore Infermieristico S.C. Direzione Professioni Sanitarie

La Dott.ssa GONELLA Elena svolge il ruolo di Presidente della Commissione Giudicatrice.

La Sig.ra SANDRONE Simona – Assistente Amministrativo della S.S. Acquisti svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Si riepilogano di seguito le offerte pervenute per ciascun lotto:

LOTTO 1 – posizionatori antidecubito in gel per sala operatoria

hanno presentato offerta le Ditte BIOMATRIX, COREMEC, MULTI SERVICE E INGRANDE DOMENICO

LOTTO 2 – cuscini e dispositivi per posizionamento per strutture di degenza

Ha presentato offerta la Ditta BIOMATRIX

LOTTO 3 – ausili per supporto posturale

Ha presentato offerta la Ditta BIOMATRIX

LOTTO 4 – Ausili per corretta postura e/o di protezione

Ha presentato offerta la Ditta BIOMATRIX

LOTTO 5 – Sistemi per trasferimento pazienti

Hanno presentato offerta le Ditta BIOMATRIX, LABOINDUSTRIA E MULTISERVICE

Si dà lettura della lettera di invito e si prende atto delle caratteristiche tecniche essenziali.

Si dà altresì lettura dei chiarimenti pervenuti e delle risposte fornite dalla Stazione Appaltante.

Si prende atto che il punteggio relativo alla qualità (70 Punti) dovrà essere assegnato per singolo lotto sulla base dei seguenti criteri discrezionali "D":

LOTTO 1 – Posizionatori antidecubito in gel per sala operatoria

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA	PUNTI
Completezza del catalogo - Gamma Misure disponibili	D	10
Facilità di manutenzione ed eventuale riparazione e facilità di pulizia	D	15
Caratteristiche del materiale: resistente alla trazione, elastico, impermeabile, se danneggiato non ci deve essere dispersione di materiale, effetto memoria (presenza o meno di pieghe dopo l'utilizzo) ed antistatico	D	25
Confort percepito dal paziente, assenza di sensazione di calore, corretta postura senza scivolare	D	20

trazione ed alla pressione. Appoggio omogeneo. Presenta alcune pieghe dopo l'utilizzo del poggia braccio – Giudizio DISTINTO (0,80)

Coremec: materiale rigido al tatto, specialmente per il modello poggiatesta. La consistenza del materiale è poco adattabile al segmento corporeo per il quale viene utilizzato. Poco performante e presenza di grinze
Giudizio – OPPURE MINIMALE (0,20)

Ingrande Domenico: materiale resistente, buona adattabilità al segmento corporeo al quale viene adattato, confortevole al tatto, resistente ed elastico. Presenta alcune pieghe dopo l'utilizzo del poggia braccio– Giudizio DISTINTO (0,80)

Multi Service: materiale confortevole al tatto, elastico, si adatta alle diverse conformità anatomiche, resiste alla trazione e alla pressione. Presenza di alcune pieghe dopo l'utilizzo del poggia braccio – Giudizio DISTINTO (0,80)

Confort del paziente:

Biomatrix: materiale confortevole, performante non provoca sudorazione; buono il confort percepito dal paziente – Giudizio DISTINTO (0,80)

Coremec: poggiatesta e poggia braccio scomodi e rigidi, i pazienti rilevano una sensazione di calore e sudorazione al contatto – Giudizio DISCRETO (0,5)

Ingrande Domenico: i presidi valutati risultano confortevoli e mantengono la postura, i pazienti non rilevano sensazioni di calore o sudorazione al contatto - Giudizio DISTINTO (0,80)

Multi Service: buon confort percepito, garantisce una corretta postura, non fa scivolare e i pazienti non rilevano sensazioni di calore o sudorazione al contatto - Giudizio DISTINTO (0,80)

<u>Lotto 1:</u>	Biomatrix	Coremec	Ingrande Domenico	Multi Service
Completezza del catalogo - Gamma Misure disponibili	10	10	10	2
Facilità di manutenzione ed eventuale riparazione e facilità di pulizia	12	12	15	12
Caratteristiche del materiale: resistente alla trazione, elastico, impermeabile, se danneggiato non ci deve essere dispersione di materiale, effetto memoria (presenza o meno di pieghe dopo l'utilizzo) ed antistatico	20	5	20	20
Confort percepito dal paziente, assenza di sensazione di calore, corretta postura senza scivolare	16	10	16	16
Punteggio totale	58	37	61	50

LOTTO 2:

Unica ditta offerente è la ditta Biomatrix

Completezza del catalogo: catalogo completo e schematico, descritto in modo accurato – Giudizio OTTIMO (1)

Facilità di manutenzione e pulizia: modalità di pulizia e disinfezione descritta in modo chiaro – Giudizio OTTIMO (1)

Tabella CD: coefficienti discrezionali

Tipologia coefficiente	Giudizio	Coefficienti discrezionali (per il sottocriterio di valutazione i-esimo del concorrente j-esimo)
CD	Ottimo	1,00
	Distinto	0,80
	Buono	0,70
	Discreto	0,50
	Sufficiente	0,30
	Minimale	0,20
	Insufficiente	0,00

Si dà altresì atto che la lettera di invito prevede una soglia di sbarramento pari al punteggio di **36 punti**. Il concorrente sarà quindi escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore a predetta soglia.

La Commissione Giudicatrice ha accertato che tutte le offerte soddisfano le caratteristiche essenziali richieste dalla lettera di invito

La commissione da atto di aver esaminato la documentazione tecnica e visionato ed eseguito le prove dei prodotti richiesti come campionatura e dà inizio ai lavori esprimendo quanto di seguito specificato:

LOTTO 1:

Completezza del catalogo:

Biomatrix: catalogo completo e schematico, descritto in modo accurato e schede tecniche dei prodotti compresi nel lotto, complete e supportate da immagini fotografiche – Giudizio OTTIMO (1)

Coremec: catalogo completo e schematico, descritto in modo accurato e schede tecniche dei prodotti compresi nel lotto, complete e supportate da immagini fotografiche – Giudizio OTTIMO (1)

Ingrande Domenico: catalogo completo e schematico, descritto in modo accurato e schede tecniche dei prodotti compresi nel lotto, complete e supportate da immagini fotografiche – Giudizio OTTIMO (1)

Multi Service: ha presentato solo le schede tecniche dei prodotti di cui al lotto di riferimento e non il catalogo completo – Giudizio MINIMALE (0,20)

Facilità di manutenzione ed eventuale riparazione e facilità di pulizia:

Biomatrix: modalità di pulizia e disinfezione descritta in modo chiaro, non specificato se presente kit di riparazione – Giudizio DISTINTO (0,80)

Coremec: modalità di pulizia e disinfezione descritta in modo preciso, con indicazione dei prodotti idonei da utilizzare. Non è prevista metodica di riparazione in caso di danno accidentale – Giudizio DISTINTO (0,80)

Ingrande Domenico: modalità di pulizia e disinfezione descritta in modo chiaro, presenza di kit di riparazione come da documentazione tecnica presentata, garantendo una maggiore durata nel tempo del prodotto – Giudizio OTTIMO (1)

Multi Service: modalità di pulizia e disinfezione descritta in modo chiaro, non specificato se presente kit di riparazione – Giudizio DISTINTO (0,80)

Caratteristiche del materiale:

Biomatrix: materiale confortevole al tatto, elastico, si adatta alle diverse conformità anatomiche, resistente alla

Caratteristiche e consistenza del materiale: buone le caratteristiche e la consistenza del materiale – Giudizio DISTINTO (0,80)

Ergonomia e confort del paziente: il materiale risulta confortevole per il paziente - Giudizio DISTINTO (0,80)

Lotto 2:	Biomatrix
Completezza del catalogo – Gamma misure disponibili	5
Facilità di manutenzione e pulizia	20
Caratteristiche e consistenza del materiale in considerazione della sua funzione di utilizzo	16
Ergonomia e Confort del paziente	20
Punteggio totale	61

LOTTO 3:

Unica ditta offerente è la ditta Biomatrix

Completezza del catalogo: catalogo completo e schematico, descritto in modo accurato – Giudizio OTTIMO (1)

Facilità di manutenzione e pulizia: modalità di pulizia e disinfezione descritta in modo chiaro – Giudizio OTTIMO (1)

Caratteristiche e consistenza del materiale: buone le caratteristiche e la consistenza del materiale – Giudizio DISTINTO (0,80)

Semplicità di utilizzo da parte dell'operatore e confort del paziente: i prodotti proposti risultano di facile utilizzo da parte degli operatori e di buon confort per il paziente - Giudizio DISTINTO (0,80)

Lotto 3:	Biomatrix
Completezza del catalogo – Gamma misure disponibili	5
Facilità di manutenzione e pulizia	20
Caratteristiche e consistenza del materiale in considerazione della sua funzione di utilizzo	16
Semplicità di utilizzo e di applicazione da parte dell'operatore, confort paziente	20
Punteggio totale	61

LOTTO 4:

Unica ditta offerente è la ditta Biomatrix

Consistenza, morbidezza del materiale/imbottitura: i prodotti presentano entrambi una buona imbottitura e buona consistenza, risultano morbidi – Giudizio OTTIMO (1)

Confort del paziente: entrambi i prodotti risultano confortevoli al contatto con la pelle del paziente – Giudizio OTTIMO (1)

Caratteristiche del materiale: entrambi i prodotti risultano morbidi e di buona consistenza - Giudizio DISTINTO (0,80)

Semplicità di utilizzo e di applicazione: i prodotti proposti risultano di semplice applicazione e di utilizzo da parte degli operatori – Giudizio OTTIMO (1)

<u>Lotto 4:</u>	Biomatrix
Consistenza, morbidezza del materiale / imbottitura	20
Confort del paziente	20
Caratteristiche del materiale in considerazione della sua funzione di utilizzo	8
Semplicità di utilizzo e di applicazione da parte dell'operatore	20
Punteggio totale	68

LOTTO 5:

Semplicità di utilizzo:

Biomatrix: il sistema risulta di semplice utilizzo, facile e rapido lo strappo – Giudizio OTTIMO (1)

Laboindustria: risulta facile e rapido lo strappo ma, a differenza degli altri prodotti, risulta confezionato ripiegato e pertanto risulta meno agevole per l'operatore al momento dell'inserimento della lastra – Giudizio DISTINTO (0,80)

Multi Service: si è riscontrata molta difficoltà nello strappo che non segue la linea della zigrinatura e tende a strapparsi, rendendo difficoltoso l'utilizzo da parte dell'operatore – Giudizio SUFFICIENTE (0,30)

Robustezza e consistenza materiale:

Biomatrix, Laboindustria e Multi Service: i sistemi risultano avere analoghe caratteristiche in termini di robustezza e consistenza del materiale – Giudizio OTTIMO (1)

Materiale adatto ad un agevole scorrimento per l'utilizzo durante il trasferimento del paziente:

Biomatrix, Laboindustria e Multi Service Laboindustria: il materiale risulta adatto all'uso – Giudizio OTTIMO (1)

<u>Lotto 5:</u>	Biomatrix	Laboindustria	Multi Service
Semplicità di utilizzo da parte dell'operatore	25	20	7,5
Robustezza e consistenza del materiale	25	25	25
Materiale adatto ad un agevole scorrimento per l'utilizzo durante il trasferimento del paziente	20	20	20
Punteggio totale	70	65	52,5

Esaurite le operazioni sopra descritte, il Presidente, sentiti i Sigg. componenti della Commissione, dichiara chiusa la seduta e dispone di rimettere il presente verbale alla S.S. Acquisti per gli adempimenti di competenza.

Alle ore 13:00 si conclude la seduta della commissione giudicatrice.

Delle operazioni svolte si dà atto nel presente verbale che viene firmato dai componenti della Commissione Giudicatrice.


Savigliano, lì 19 NOVEMBRE 2024

Letto, confermato, sottoscritto.


Dott.ssa Elena GONELLA



Dott.ssa Sonia FERRARIS



Dott.ssa Tiziana Domenica ROSSI



Il segretario verbalizzante
Sig.ra Simona SANDRONE

