

APPALTO SPECIFICO INDETTO DA ASL CN 1 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARROZZINE A SPINTA CON TELAIO BASCULANTE NELL'AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ATTIVATO DA CONSIP – CIG B44620A267 – RELAZIONE DI VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE E CAMPIONATURA.

VERBALE N. 2 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Richiamato il precedente verbale della Commissione Giudicatrice in data 24.02.2024.

Preso atto che in esito alle valutazioni della Commissione Giudicatrice si è accertato in merito all'offerta della Ditta SURACE S.p.a. quanto di seguito :

- Ditta SURACE s.p.a. a seguito esame della documentazione tecnica ed esame della campionatura ricevuta, il modello offerto non soddisfa il requisito richiesto al punto e) "*appoggiagambe regolabile in inclinazione con appoggia polpacci regolabili in altezza e profondità e appoggiapiedi separati regolabili in altezza*" in quanto gli appoggia polpacci NON sono regolabili in profondità;

Vista la nota Prot. Nr. 26630 del 26.02.2025 con la quale, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 36/2023 si è comunicata l'esclusione alla Ditta SURACE S.p.a. per le motivazioni sopra riportate.

Vista la nota (registrata al protocollo aziendale al nr. 27333 del 27/02/2025) della Ditta SURACE S.p.a. con la quale viene contestata l'esclusione dalla procedura di gara.

TUTTO CIO' PREMESSO

La Commissione Giudicatrice composta da:

- Dott. Walter PEIRETTI – Direttore Sostituto Distretto Nord Ovest;
- Dott. Massimo MARENGO – Coordinatore Referente Fisioterapista Ausilioteca;
- Dott. Paolo PELLEGRINO Dirigente Medico Distretto Sud-Ovest;

a seguito riesame della campionatura della carrozzina a spinta con telaio basculante presentata dalla Ditta SURACE S.p.a., esprime le seguenti valutazioni:

si conferma la valutazione di esclusione già espressa con il precedente verbale sopra richiamato.


Le specifiche tecniche indicate a pena di esclusione nel Capitolato Tecnico, prevedono espressamente al punto e) : *appoggiagambe regolabile in inclinazione* **con appoggia polpacci regolabili in altezza e profondità .."**

La carrozzina proposta non presenta l'appoggia polpacci regolabile in profondità.


Cuneo, 12 marzo 2025

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Walter PEIRETTI



Dott. Massimo MARENGO



Dott. Paolo PELLEGRINO

