

APPALTO SPECIFICO INDETTO DA ASL CN 1 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARROZZINE A SPINTA CON TELAIO BASCULANTE NELL’AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ATTIVATO DA CONSIP – CIG B44620A267 – RELAZIONE DI VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE E CAMPIONATURA.

VERBALE N. 1 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Premesso:

- che Consip S.P.A ha attivato un Sistema Dinamico di Acquisto (SDA) il cui bando istitutivo è stato pubblicato sulla GUUE del 07/07/2023 e sul sito www.consip.it nonché sui siti www.acquistinretepa.it;
- che l’ASL CN1, nell’ambito del SDA sopra citato, ha attivato apposito Appalto Specifico nr. 4691008 il giorno 18/11/2024 sulla piattaforma informatica denominata ME.PA., con aggiudicazione al miglior rapporto qualità/prezzo;
- che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 06/12/2024;
- che entro il sovra citato termine sono pervenute le offerte delle ditte di seguito elencate:

#	Denominazione concorrente	CITTA’	P. IVA	PEC
1	INVACARE MECC SAN S.R.L.	Thiene (VI)	01272070242	invacare@legalmail.it
2	ORTOPEDIA PELLEGRINI SRL	Mugnano Di Napoli (NA)	08094271213	ortopediapellegrinisrl@pec.it
3	SPES S.R.L. A SOCIO UNICO	SCARMAGNO (TO)	10027180016	spes@legalmail.it
4	SURACE S.P.A.	Moncalieri (TO)	037899880014	suracespa@pec.it
5	TECNOLOGIE SANITARIE E SPORTIVE S.R.L. UNIPERSONALE	FERENTINO (FR)	01641580608	info@pec.tssortopedia.it
6	OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L.	Venaria Reale (TO)	06872000010	gare.ferrerortopedica@pec.it
7	ZUNGRI FRANCO SRL	Napoli (NA)	07616020637	francozungri@pec.it

- che in data 09 dicembre 2024 sono state aperte le buste amministrative presentate dalle ditte sopracitate sulla piattaforma MEPA come da verbale prot. Nr. 163274 del 10/12/2024;
- che come da prot. 169599 del 23/12/2024, in esito al soccorso istruttorio, tutte le ditte offerenti sono state ammesse al prosieguo della gara;
- che con Determina nr. 128 del 31/01/2025 è stata nominata la Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 93 del D.lgs 36/2023 nelle persone di:
 - o Dott. Walter PEIRETTI – Direttore Sostituto Distretto Nord Ovest;
 - o Dott. Massimo MARENGO – Coordinatore Referente Fisioterapista Ausilioteca;
 - o Dott. Paolo PELLEGRINO Dirigente Medico Distretto Sud-Ovest;
- che il giorno 04/02/2025 il seggio di gara procedeva, operando sulla piattaforma ME.PA., all’apertura

delle buste telematiche contenenti la documentazione tecnica, come da verbale prot. 16173 di pari data agli atti d'ufficio;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventicinque, il giorno 24 febbraio alle ore 10.00 presso l'ASL CN1, nei locali della S.S. Acquisti ubicati in Cuneo, Via Carlo Boggio, 12 – si è riunita la Commissione Giudicatrice composta da:

- o Dott. Walter PEIRETTI – Direttore Sostituto Distretto Nord Ovest;
- o Dott. Massimo MARENGO – Coordinatore Referente Fisioterapista Ausilioteca;
- o Dott. Paolo PELLEGRINO Dirigente Medico Distretto Sud-Ovest;

per procedere alle operazioni di cui all'art. 23 del Capitolato d'oneri.

I componenti della Commissione concordano di individuare il Dott. Peiretti Walter, quale Presidente.

La Sig.ra Carla Milone funzionario della S.S. Acquisti svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Si dà atto che i punteggi qualitativi (70) sono suddivisi in punteggi tabellari (T), e punteggi discrezionali (D) così come previsto negli atti di gara e come di seguito riportato:

A						
n°	Criteri di Valutazione	Max Punti	n°	Sub-Criteri di Valutazione	Max Punti	Modalità di Valutazione <u>T D</u>
1	Caratteristiche tecniche, costruttive, funzionali e qualità dei materiali.	70	1.1	Qualità imbottitura	10	D
			1.2	Misure disponibili delle sedute, range e tipologia	15	D
			1.3	Confort del paziente	23	D
			1.4	Facilità di pulizia e robustezza	10	D
			1.5	presenza di sistema di antiribaltamento	5	T
			1.6	Manovrabilità	5	D
			3.2	Certificato UNI/Pdr 125/2022 della parità di genere	2	T
Totale					70	

Si prende altresì atto che il Capitolato d'oneri prevede una soglia minima di sbarramento pari al punteggio complessivo di 36 punti;

La Commissione Giudicatrice comunica di aver esaminato i presidi presentati dalle Ditte offerenti a titolo di campionatura come richiesta nella documentazione di Appalto Specifico.

In esito a quanto sopra, preliminarmente all'attribuzione dei punteggi qualitativi, la Commissione giudicatrice dà atto, per ciascuna offerta presentata, della sussistenza, secondo quanto previsto dall'art. 2 "Tipologia degli ausili" del Capitolato Tecnico dei requisiti indicati come "minimi ed obbligatori" esprimendo quindi le considerazioni di seguito esposte:

- Ditta SURACE s.p.a. a seguito esame della documentazione tecnica ed esame della campionatura ricevuta, il modello offerto non soddisfa il requisito richiesto al punto e) "appoggiagambe regolabile in inclinazione con appoggia polpacci regolabili in altezza e profondità e appoggiapiedi separati regolabili in altezza" in quanto gli appoggia polpacci NON sono regolabili in profondità;

- Ditta ZUNGRI FRANCO s.r.l. a seguito verifica della documentazione tecnica e della campionatura ricevuta, il modello offerto non soddisfa il requisito richiesto al punto f) “*fiancate o spondine con lato interno imbottito*” in quanto la carrozzina presentata in campionatura presenta fiancate SENZA imbottitura interna;
- Ditta INVACARE MECC SAN S.R.L., verificata la documentazione tecnica e la campionatura ricevuta il modello offerto possiede tutti i requisiti minimi richiesti;
- Ditta ORTOPEDIA PELLEGRINI S.R.L. verificata la documentazione tecnica e la campionatura ricevuta il modello offerto possiede tutti i requisiti minimi richiesti;
- Ditta SPES S.R.L. A SOCIO UNICO verificata la documentazione tecnica e la campionatura ricevuta il modello offerto possiede tutti i requisiti minimi richiesti;
- Ditta TECNOLOGIE SANITARIE E SPORTIVE S.R.L. UNIPERSONALE verificata la documentazione tecnica e la campionatura ricevuta il modello offerto possiede tutti i requisiti minimi richiesti;
- Ditta OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L. verificata la documentazione tecnica e la campionatura ricevuta il modello offerto possiede tutti i requisiti minimi richiesti.

In considerazione di quanto sopra riportato, le offerte delle Ditte SURACE s.p.a., ZUNGRI FRANCO s.r.l. non vengono ammesse al prosieguo della gara in quanto non soddisfano le caratteristiche minime di cui all’art. 2 del Capitolato Tecnico, mentre le offerte delle Ditte INVACARE MECC SAN S.R.L., ORTOPEDIA PELLEGRINI S.R.L., SPES S.R.L. A SOCIO UNICO, TECNOLOGIE SANITARIE E SPORTIVE S.R.L. UNIPERSONALE, OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L. vengono ammesse in quanto presentano i requisiti minimi previsti dal suddetto Capitolato.

I Componenti della Commissione Giudicatrice procedono collegialmente all'attribuzione dei punteggi qualitativi alle ditte: INVACARE MECC SAN S.R.L., ORTOPEDIA PELLEGRINI S.R.L., SPES S.R.L. A SOCIO UNICO, TECNOLOGIE SANITARIE E SPORTIVE S.R.L. UNIPERSONALE, OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L..

In merito ai punteggi Discrezionali (D), il relativo coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.

Si prende atto delle disposizioni del Capitolato d’oneri secondo cui, a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, la Commissione Giudicatrice attribuisce collegialmente un giudizio unico sulla base dei seguenti giudizi di merito con relativo **coefficiente, variabile tra zero e uno**, così come indicato nella tabella sottostante:

Tipologia coefficiente	Giudizio	Coefficienti discrezionali (per il sottocriterio di valutazione i-esimo del concorrente j-esimo)
CD	insufficiente	0,00
	minimale	0,20
	discreto	0,40
	buono	0,60
	distinto	0,80
	ottimo	1,00

I coefficienti attribuiti per ciascun criterio (D) vengono quindi moltiplicati per i relativi punteggi.
I punteggi Tabellari (T) vengono attribuiti in considerazione della presenza o meno del requisito richiesto.

Di seguito il riepilogo, per ciascuna Ditta, dei punteggi complessivi, come da tabella di dettaglio Allegata al presente verbale (Allegato A) :

DITTA	PUNTEGGIO
INVACARE MECC SAN S.R.L.	65,00
ORTOPEDIA PELLEGRINI S.R.L.	51,40
SPES S.R.L. A SOCIO UNICO	23,60
TECNOLOGIE SANITARIE E SPORTIVE S.R.L. UNIPERSONALE	65,00
OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L.	26,60

In considerazione di quanto sopra riportato, le offerte delle Ditte OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L., SPES S.R.L. A SOCIO UNICO non vengono ammesse al prosieguo della gara in quanto il punteggio attribuito non supera la soglia minima di sbarramento pari a 36 punti.

Il presente verbale viene affidato al Segretario per le operazioni di competenza e tenuto agli atti della S.S. Acquisti.

Alle Ditte: SURACE S.p.a., ZUNGRI FRANCO S.r.l., OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.r.l. e SPES S.r.l. A SOCIO UNICO verranno trasmesse le comunicazioni di esclusione ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i..

Alle ore 12.30 del giorno 24/02/2025 si conclude la seduta della Commissione Giudicatrice.

Delle operazioni svolte si dà atto nel presente verbale che viene sottoscritto dai componenti della Commissione Giudicatrice.

Cuneo, 24 febbraio 2025

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Walter PEIRETTI (F.to in originale)

Walter Peiretti

Dott. Massimo MARENGO (F.to in originale)

Massimo Marengo

Paolo PELLEGRINO (F.to in originale)

Paolo Pellegrino

All.to:
Allegato 1

Criteri discrezionali

	PUNTI TOTALI	INVACARE			OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO			ORTOPEDIA PELLEGRINI			SPES			TECNOLOGIE SANITARIE E SPORTIVE		
			GIUDIZIO	PUNTI		GIUDIZIO	PUNTI		GIUDIZIO	PUNTI		GIUDIZIO	PUNTI		GIUDIZIO	PUNTI
Qualità imbottitura	10 (D)	Ottima imbottitura di elevato spessore	OTTIMO (1)	10	Spessore e rivestimento appena sufficiente	MINIMALE (0,2)	2	Buona imbottitura delle varie componenti ma i braccioli hanno scarsa imbottitura e poca morbidezza	BUONO (0,6)	6	Spessore e rivestimento appena sufficiente	MINIMALE (0,2)	2	Ottima qualità dell'imbottitura su tutti gli appoggi	OTTIMO (1)	10
Misure disponibili delle sedute, range e tipologia	15 (D)	Le misure disponibili soddisfano le esigenze	DISTINTO (0,80)	12	Le misure disponibili soddisfano le esigenze	DISTINTO (0,80)	12	Le misure disponibili soddisfano le esigenze	DISTINTO (0,80)	12	Le misure disponibili soddisfano le esigenze	DISTINTO (0,80)	12	Le misure disponibili soddisfano le esigenze	DISTINTO (0,80)	12
Confort del Paziente	23 (D)	Da prova pratica risulta un elevato confort del paziente per tutte le posture	OTTIMO (1)	23	Da prova pratica si sono evidenziati punti di contatto per il paziente non adeguatamente protetti	MINIMALE (0,2)	4,6	Da prova pratica è risultato un buon confort pur riscontrando un grado di basculamento leggermente inferiore	DISTINTO (0,8)	18,4	Da prova pratica si sono evidenziati punti di contatto per il paziente non adeguatamente protetti e Poggiatesta scarsamente avvolgente	MINIMALE (0,2)	4,6	Da prova pratica risulta un elevato confort del paziente per tutte le posture	OTTIMO (1)	23
Facilità di pulizia e robustezza	10 (D)	Ausilio robusto, gli elementi di rivestimento sono di elevata qualità e di facile rimozione garantendo grande facilità nella pulizia	OTTIMO (1)	10	Ausilio robusto ma fodere non impermeabili con rischio di passaggio di liquidi biologici sull'imbottitura interna	MINIMALE (0,2)	2	Ausilio robusto ma per la pulizia lo schienale è sfoderabile con difficoltà	BUONO (0,6)	6	Ausilio con livello di robustezza accettabile, presenta elementi sfoderabili e lavabili	DISCRETO (0,4)	4	Ausilio robusto, gli elementi di rivestimento sono di elevata qualità e di facile rimozione garantendo grande facilità nella pulizia	OTTIMO (1)	10
Presenza di sistema di antiribaltamento	5 (T)	Requisito Presente		5	Requisito Presente		5	Requisito Presente		5	Requisito NON presente		0	Requisito Presente		5
Manovrabilità	5 (D)	Ottima manovrabilità in tutte le condizioni - freno a piede di semplice utilizzo (solo sulla tipologia ruote medie)	OTTIMO (1)	5	Manovrabilità sufficiente ma il sistema antiribaltamento rende difficoltosa la manovrabilità su terreni accidentati	MINIMALE (0,2)	1	Manovrabilità semplice e di facile utilizzo	DISTINTO (0,80)	4	Manovrabilità sufficiente ma l'assenza del sistema antiribaltamento compromette la sicurezza su terreni accidentati	MINIMALE (0,2)	1	Ottima manovrabilità in tutte le condizioni - il sistema frenante è attivabile dal manubrio con comando indipendente su i due lati (solo sulla tipologia ruote medie)	OTTIMO (1)	5
Certificato UNI/Pdr 125/2022 della parità di genere	2 (T)	Requisito NON presente		0	Requisito NON presente		0	Requisito NON presente		0	Requisito NON presente		0	Requisito NON presente		0
TOTALE				65			26,6			51,4			23,6			65

Pellegrini
Ferrero
Spes

