

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IMPIANTABILE PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA E ACCESSORI, PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI DELL'ASL CN1, DELL'ASL CN2 E DELL'A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER UN PERIODO DI 36 MESI

**LOTTO 8 – CANNULE RIGIDE PER ARTROSCOPIA DELLA SPALLA
SCHEMA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA N.B.A. Medica Srl**

REQUISITI ESSENZIALI	a. cannula piccola: diametro 5 mm – lunghezza 70 mm, liscia, fenestrata all'apice, valvola almeno a doppia membrana, $\pm 10\%$ tolleranza
	b. cannula media: diametro 6,5 mm - lunghezza 75 mm, filettata all'apice, valvola almeno a doppia membrana, disponibilità di otturatore metallico cannulato, $\pm 10\%$ tolleranza
	c. cannula grande: diametro 8,5 mm - lunghezza 75 mm, filettata all'apice, valvola almeno a doppia membrana, disponibilità di otturatore metallico cannulato, $\pm 10\%$ tolleranza
REQUISITI PREFERENZIALI	d. disponibilità di diverse misure

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Molto buono	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA	P.TI MAX	GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto/prodotto	D	20,00	Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto ottime	20,00
Caratteristiche meccaniche: resistenza, rigidità	D	20,00	Caratteristiche meccaniche di resistenza e rigidità ottime	20,00
Ampiezza della gamma di misure	Q (valore limite >3)	20,00	Offerte 6 misure di diametro e lunghezza nel range indicato	16,67
Confezionamento: semplicità di apertura garantendo manipolazione asettica, riconoscibilità del prodotto	D	10,00	Confezionamento di semplice apertura con garanzia di manipolazione asettica e riconoscibilità del prodotto	10,00
TOTALE				66,67

La commissione giudicatrice:

Dr. Diego Antonucci f.to in originale

Dr. Luca Gagliardi f.to in originale

Dr. Luciano Liguori f.to in originale

Segretario verbalizzante:

avv. Erica Cosio f.to in originale