

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IMPIANTABILE PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA E ACCESSORI, PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI DELL'ASL CN1, DELL'ASL CN2 E DELL'A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER UN PERIODO DI 36 MESI**

**LOTTO 3 – SISTEMA DI FISSAZIONE TROCHITICA MEDIANTE ANCORA PER RIPARAZIONE CUFFIA DEI ROTATORI “TRANS OSSEUS EQUIVALENT”**

**SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA Zimmer Biomet Italia Srl**

<b>REQUISITI ESSENZIALI</b>	a. possibilità di inserimento con sola battuta (senza l'utilizzo di punteruolo per la preparazione del foro di alloggiamento)
	b. materiale costitutivo biocompatibile non riassorbibile (composizione peek + titanio)
	c. diametro della vite/ancora nel range compreso tra 4,5 e 5,5 mm, $\pm 10\%$ di tolleranza
	d. possibilità di tensionamento delle suture anche successivamente alla infissione dell'ancora
	e. possibilità di montare più suture contemporaneamente
<b>REQUISITI PREFERENZIALI</b>	f. presenza di più fori per caricare le suture
	g. disponibilità di diversi diametri nel range compreso tra 4,5 e 5,5 mm, $\pm 10\%$ di tolleranza

<b>GIUDIZI</b>	<b>COEFFICIENTI</b>
Ottimo	1
Molto buono	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>P.TI MAX</b>	<b>GIUDIZIO</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto/prodotto	D	20,00	Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto buone	12,00
Caratteristiche meccaniche: resistenza, rigidità	D	20,00	Caratteristiche meccaniche di resistenza e rigidità molto buone	16,00
Ampiezza della gamma di misure	Q (valore limite $>1$ )	5,00	Offerta solo 1 misura di diametro nel range indicato	0,00
Presenza di più fori per caricare le suture	T	10,00	Requisito assente	0,00
Caratteristiche dello strumentario: precisione, semplicità di utilizzo	D	10,00	Strumentario di buona precisione e semplicità di utilizzo	6,00
Confezionamento: semplicità di apertura garantendo manipolazione asettica, riconoscibilità del prodotto	D	5,00	Confezionamento di semplice apertura con garanzia di manipolazione asettica e riconoscibilità del prodotto	5,00
<b>TOTALE</b>				<b>39,00</b>

La commissione giudicatrice:

Dr. Diego Antonucci f.to in originale

Dr. Luca Gagliardi f.to in originale

Dr. Luciano Liguori f.to in originale

Segretario verbalizzante:

avv. Erica Cosio f.to in originale