

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IMPIANTABILE PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA E ACCESSORI, PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI DELL'ASL CN1, DELL'ASL CN2 E DELL'A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER UN PERIODO DI 36 MESI**

**Lotto 20 – VITI A INTERFERENZA**  
**SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA Zimmer Biomet Italia Srl**

<b>REQUISITI ESSENZIALI</b>	a. vite ad interferenza costituita da materiale composito (acido poli-lattico e fosfato tricalcico oppure acido poli-lattico ed idrossiapatite)
	b. multipli diametri nel range minimo compreso tra 5 e 12 mm, con incremento di 1 mm, $\pm 10\%$ di tolleranza
	c. multiple lunghezze nel range minimo compreso tra 15 e 35 mm, con incremento di 5 mm, $\pm 10\%$ di tolleranza
	d. punta conica
	e. filetto "no cut"
	f. foro per cacciavite dedicato per limitare il rischio di rotture durante l'impianto
	g. filo guida dedicato
<b>REQUISITI PREFERENZIALI</b>	h. disponibilità di diversi diametri nel range compreso tra 5 e 12 mm, $\pm 10\%$ di tolleranza
	i. disponibilità di multiple lunghezze nel range minimo compreso tra 15 e 35 mm, $\pm 10\%$ di tolleranza

<b>GIUDIZI</b>	<b>COEFFICIENTI</b>
Ottimo	1
Molto buono	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>P.TI MAX</b>	<b>GIUDIZIO</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto/prodotto	D	25,00	Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto molto buone	20,00
Caratteristiche meccaniche: resistenza, rigidità	D	25,00	Caratteristiche meccaniche di resistenza e rigidità buone, testa della vite sporgente	15,00
Ampiezza della gamma di misure di diametri	Q (valore limite>2)	5,00	Offerte 6 misure di diametro nel range indicato	3,12
Ampiezza della gamma di misure di lunghezza	Q (valore limite>2)	5,00	Offerte 3 misure di lunghezza nel range indicato	3,75
Caratteristiche dello strumentario: precisione, semplicità di utilizzo	D	5,00	Strumentario di precisione e semplicità di utilizzo molto buone	4,00
Confezionamento: semplicità di apertura garantendo manipolazione asettica, riconoscibilità del prodotto	D	5,00	Confezionamento di semplice apertura con garanzia di manipolazione asettica e riconoscibilità del prodotto	5,00
<b>TOTALE</b>				<b>50,87</b>

La commissione giudicatrice:

Dr. Diego Antonucci f.to in originale

Dr. Luca Gagliardi f.to in originale

Dr. Luciano Liguori f.to in originale

Segretario verbalizzante:

avv. Erica Cosio f.to in originale