

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IMPIANTABILE PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA E ACCESSORI, PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI DELL'ASL CN1, DELL'ASL CN2 E DELL'A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER UN PERIODO DI 36 MESI

LOTTO 7 – SISTEMA PER TRATTAMENTO DELLA INSTABILITÀ MEDIANTE ANCORA COSTITUITA DI SOLA SUTURA AD ALTA RESISTENZA

SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA Zimmer Biomet Italia Srl

| | |
|--------------------------------|--|
| REQUISITI ESSENZIALI | a. costituito interamente da sutura ad alta resistenza |
| | b. possibilità, dopo aver praticato il foro di alloggiamento, di inserimento senza necessità di ulteriore utilizzo di strumenti per la preparazione del foro |
| | c. diametro della vite/ancora nel range compreso tra 1,3 e 2,3 mm, $\pm 10\%$ tolleranza |
| | d. impianto caricato con sutura ad alta resistenza |
| REQUISITI PREFERENZIALI | e. disponibilità di diversi diametri nel range compreso tra 1,3 e 2,3 mm, $\pm 10\%$ di tolleranza |

| GIUDIZI | COEFFICIENTI |
|----------------|---------------------|
| Ottimo | 1 |
| Molto buono | 0,8 |
| Buono | 0,6 |
| Discreto | 0,4 |
| Sufficiente | 0,2 |
| Insufficiente | 0 |

| CRITERI DI VALUTAZIONE | TIPOLOGIA | P.TI MAX | GIUDIZIO | PUNTEGGIO |
|---|----------------------|-----------------|--|------------------|
| Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto/prodotto | D | 25,00 | Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto molto buone | 20,00 |
| Caratteristiche meccaniche: resistenza, rigidità | D | 25,00 | Caratteristiche meccaniche di resistenza e rigidità buone | 15,00 |
| Ampiezza della gamma di misure | Q (valore limite >1) | 5,00 | Offerte 2 misure di diametro nel range indicato | 2,50 |
| Caratteristiche dello strumentario: precisione, semplicità di utilizzo | D | 10,00 | Strumentario di precisione e semplicità di utilizzo molto buone | 8,00 |
| Confezionamento: semplicità di apertura garantendo manipolazione asettica, riconoscibilità del prodotto | D | 5,00 | Confezionamento di semplice apertura con garanzia di manipolazione asettica e riconoscibilità del prodotto | 5,00 |
| TOTALE | | | | 50,50 |

La commissione giudicatrice:

Dr. Diego Antonucci f.to in originale

Dr. Luca Gagliardi f.to in originale

Dr. Luciano Liguori f.to in originale

Segretario verbalizzante:

avv. Erica Cosio f.to in originale