

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IMPIANTABILE PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA E ACCESSORI, PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI DELL'ASL CN1, DELL'ASL CN2 E DELL'A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER UN PERIODO DI 36 MESI**

**LOTTO 8 – CANNULE RIGIDE PER ARTROSCOPIA DELLA SPALLA**  
**SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA Johnson & Johnson Medical Spa**

<b>REQUISITI ESSENZIALI</b>	a. cannula piccola: diametro 5 mm – lunghezza 70 mm, liscia, fenestrata all'apice, valvola almeno a doppia membrana, $\pm 10\%$ tolleranza
	b. cannula media: diametro 6,5 mm - lunghezza 75 mm, filettata all'apice, valvola almeno a doppia membrana, disponibilità di otturatore metallico cannulato, $\pm 10\%$ tolleranza
	c. cannula grande: diametro 8,5 mm - lunghezza 75 mm, filettata all'apice, valvola almeno a doppia membrana, disponibilità di otturatore metallico cannulato, $\pm 10\%$ tolleranza
<b>REQUISITI PREFERENZIALI</b>	d. disponibilità di diverse misure

<b>GIUDIZI</b>	<b>COEFFICIENTI</b>
Ottimo	1
Molto buono	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>P.TI MAX</b>	<b>GIUDIZIO</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto/prodotto	D	20,00	Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto molto buone	16,00
Caratteristiche meccaniche: resistenza, rigidità	D	20,00	Caratteristiche meccaniche di resistenza e rigidità molto buone	16,00
Ampiezza della gamma di misure	Q (valore limite >3)	20,00	Offerte 7 misure di diametro e lunghezza nel range indicato	20,00
Confezionamento: semplicità di apertura garantendo manipolazione asettica, riconoscibilità del prodotto	D	10,00	Confezionamento di semplice apertura con garanzia di manipolazione asettica e riconoscibilità del prodotto	10,00
<b>TOTALE</b>				<b>62,00</b>

La commissione giudicatrice:

Dr. Diego Antonucci f.to in originale

Dr. Luca Gagliardi f.to in originale

Dr. Luciano Liguori f.to in originale

Segretario verbalizzante:

avv. Erica Cosio f.to in originale