

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IMPIANTABILE PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA E ACCESSORI, PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI DELL'ASL CN1, DELL'ASL CN2 E DELL'A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER UN PERIODO DI 36 MESI

Lotto 15 – SISTEMA SUTURE MENISCALI PER LA RIPARAZIONE IN-OUT

SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA Smith & Nephew Srl

REQUISITI ESSENZIALI	a. disponibilità di cannule sia rette che curve (destra/sinistra) per agevole approccio alle diverse parti del menisco
	b. aghi monouso.
REQUISITI PREFERENZIALI	c. cannule a doppio lume
	d. impugnatura ergonomica di aggancio della cannula;
	e. set cannule sterilizzabile;
	f. disponibilità di forme diverse.

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Molto buono	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA	P.TI MAX	GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto/prodotto	D	15,00	Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto molto buone	12,00
Caratteristiche meccaniche: resistenza, rigidità	D	15,00	Caratteristiche meccaniche di resistenza e rigidità molto buone	12,00
Ampiezza della gamma di forme	Q (valore limite >1)	10,00	Offerte 6 forme diverse di cannule	10,00
Caratteristiche dello strumentario: precisione, semplicità di utilizzo	D	10,00	Strumentario di precisione e semplicità di utilizzo molto buone	8,00
Confezionamento: semplicità di apertura garantendo manipolazione asettica, riconoscibilità del prodotto	D	5,00	Confezionamento di semplice apertura con garanzia di manipolazione asettica e riconoscibilità del prodotto	5,00
Cannule a doppio lume	T	5,00	Requisito assente	0,00
Impugnatura ergonomica di aggancio della cannula	T	5,00	Requisito assente	0,00
Set cannule sterilizzabile	T	5,00	Requisito presente	5,00
TOTALE				52,00

La commissione giudicatrice:

Dr. Diego Antonucci f.to in originale

Dr. Luca Gagliardi f.to in originale

Dr. Luciano Liguori f.to in originale

Segretario verbalizzante:

avv. Erica Cosio f.to in originale