

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IMPIANTABILE PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA E ACCESSORI, PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI DELL'ASL CN1, DELL'ASL CN2 E DELL'A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER UN PERIODO DI 36 MESI**

**LOTTO 7 – SISTEMA PER TRATTAMENTO DELLA INSTABILITÀ MEDIANTE ANCORA COSTITUITA DI SOLA SUTURA AD ALTA RESISTENZA**

**SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA Arthrex Italia Srl**

<b>REQUISITI ESSENZIALI</b>	a. costituito interamente da sutura ad alta resistenza
	b. possibilità, dopo aver praticato il foro di alloggiamento, di inserimento senza necessità di ulteriore utilizzo di strumenti per la preparazione del foro
	c. diametro della vite/ancora nel range compreso tra 1,3 e 2,3 mm, $\pm 10\%$ tolleranza
	d. impianto caricato con sutura ad alta resistenza
<b>REQUISITI PREFERENZIALI</b>	e. disponibilità di diversi diametri nel range compreso tra 1,3 e 2,3 mm, $\pm 10\%$ di tolleranza

<b>GIUDIZI</b>	<b>COEFFICIENTI</b>
Ottimo	1
Molto buono	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>P.TI MAX</b>	<b>GIUDIZIO</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto/prodotto	D	25,00	Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto buone, impugnatura eccessivamente grande	15,00
Caratteristiche meccaniche: resistenza, rigidità	D	25,00	Caratteristiche meccaniche di resistenza e rigidità discrete, introduttore eccessivamente flessibile	10,00
Ampiezza della gamma di misure	Q (valore limite >1)	5,00	Offerta solo 1 misura di diametro nel range indicato	0,00
Caratteristiche dello strumentario: precisione, semplicità di utilizzo	D	10,00	Strumentario di precisione e semplicità di utilizzo molto buone	8,00
Confezionamento: semplicità di apertura garantendo manipolazione asettica, riconoscibilità del prodotto	D	5,00	Confezionamento di semplice apertura con garanzia di manipolazione asettica e riconoscibilità del prodotto	5,00
<b>TOTALE</b>				<b>38,00</b>

La commissione giudicatrice:

Dr. Diego Antonucci f.to in originale

Dr. Luca Gagliardi f.to in originale

Dr. Luciano Liguori f.to in originale

Segretario verbalizzante:

avv. Erica Cosio f.to in originale