

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IMPIANTABILE PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA E ACCESSORI, PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI DELL'ASL CN1, DELL'ASL CN2 E DELL'A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER UN PERIODO DI 36 MESI

Lotto 23 - SISTEMA RIPARAZIONE RADICI MENISCALI
SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA Smith & Nephew Srl

REQUISITI ESSENZIALI	a. pinza passasuture dedicata per ginocchio monouso per riparazione radici meniscali
	b. Dispositivo monouso per il passaggio di suture attraverso i tessuti molli per diverse tipologie di riparazione del menisco
	c. Disponibile in versione retta, morso destro e morso sinistro che consenta di caricare suture nastriformi
	d. strumentario per fissazione trans-ossea
REQUISITI PREFERENZIALI	e. disponibilità di forme diverse

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Molto buono	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA	P.TI MAX	GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto/prodotto	D	35,00	Ottima ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto	35,00
Ampiezza della gamma di forma	Q (valore limite >3)	30,00	Offerte 3 forme	0,00
Confezionamento: semplicità di apertura garantendo manipolazione asettica, riconoscibilità del prodotto	D	5,00	Confezionamento di semplice apertura con garanzia di manipolazione asettica e riconoscibilità del prodotto	5,00
TOTALE				40,00

La commissione giudicatrice:

Dr. Diego Antonucci f.to in originale

Dr. Luca Gagliardi f.to in originale

Dr. Luciano Liguori f.to in originale

Segretario verbalizzante:

avv. Erica Cosio f.to in originale