

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IMPIANTABILE PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA E ACCESSORI, PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI DELL'ASL CN1, DELL'ASL CN2 E DELL'A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER UN PERIODO DI 36 MESI**

**Lotto 22 – FILO PASSASUTURE**

**SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA Arthrex Italia Srl**

<b>REQUISITI ESSENZIALI</b>	a. Sistema per il passaggio dei fili nei tessuti molli durante le procedure di artroscopia
	b. con filo in poliestere con 1 o 2 asole ove poter alloggiare il filo per la sutura
	c. riutilizzabile più volte durante lo stesso intervento ma non sterilizzabile (monopaziente)
	d. confezione sterile
<b>REQUISITI PREFERENZIALI</b>	e. filo in poliestere con 3 asole ove poter alloggiare il filo per la sutura

<b>GIUDIZI</b>	<b>COEFFICIENTI</b>
Ottimo	1
Molto buono	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>P.TI MAX</b>	<b>GIUDIZIO</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto/prodotto	D	30,00	Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto molto buone	24,00
Caratteristiche meccaniche: resistenza, flessibilità	D	30,00	Caratteristiche meccaniche di resistenza e flessibilità molto buone	24,00
Confezionamento: semplicità di apertura garantendo manipolazione asettica, riconoscibilità del prodotto	D	5,00	Confezionamento di semplice apertura con garanzia di manipolazione asettica e riconoscibilità del prodotto	5,00
Filo in poliestere con 3 asole	T	5,00	Requisito assente	0,00
<b>TOTALE</b>				<b>53,00</b>

La commissione giudicatrice:

Dr. Diego Antonucci f.to in originale

Dr. Luca Gagliardi f.to in originale

Dr. Luciano Liguori f.to in originale

Segretario verbalizzante:

avv. Erica Cosio f.to in originale