

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IMPIANTABILE PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA E ACCESSORI, PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI DELL'ASL CN1, DELL'ASL CN2 E DELL'A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER UN PERIODO DI 36 MESI

Lotto 22 – FILO PASSASUTURE

SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA Conmed Italia Srl

REQUISITI ESSENZIALI	a. Sistema per il passaggio dei fili nei tessuti molli durante le procedure di artroscopia
	b. con filo in poliestere con 1 o 2 asole ove poter alloggiare il filo per la sutura
	c. riutilizzabile più volte durante lo stesso intervento ma non sterilizzabile (monopaziente)
	d. confezione sterile
REQUISITI PREFERENZIALI	e. filo in poliestere con 3 asole ove poter alloggiare il filo per la sutura

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Molto buono	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA	P.TI MAX	GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto/prodotto	D	30,00	Discreta ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto. Le asole di dimensioni ridotte rendono poco agevole l'inserimento del filo	12,00
Caratteristiche meccaniche: resistenza, flessibilità	D	30,00	Caratteristiche meccaniche di resistenza e flessibilità molto buone	24,00
Confezionamento: semplicità di apertura garantendo manipolazione asettica, riconoscibilità del prodotto	D	5,00	Confezionamento di semplice apertura con garanzia di manipolazione asettica e riconoscibilità del prodotto	5,00
Filo in poliestere con 3 asole	T	5,00	Presenza del requisito	5,00
TOTALE				46,00

La commissione giudicatrice:

Dr. Diego Antonucci f.to in originale

Dr. Luca Gagliardi f.to in originale

Dr. Luciano Liguori f.to in originale

Segretario verbalizzante:

avv. Erica Cosio f.to in originale