

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IMPIANTABILE PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA E ACCESSORI, PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI DELL'ASL CN1, DELL'ASL CN2 E DELL'A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER UN PERIODO DI 36 MESI

**Lotto 19 – CAMBRE DI FISSAZIONE TIBIALE DEL NEOLEGAMENTO NELLA RICOSTRUZIONE DEL LCA
SCHEMA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA Citieffe Srl a socio unico**

REQUISITI ESSENZIALI	a. Sistema di fissazione del neolegamento sulla corticale tibiale mediante cambra dentellata a basso profilo
	b. in titanio
	c. disponibilità di almeno 2 misure in larghezza, in un range compreso tra 6 e 10 mm, $\pm 10\%$ tolleranza
	d. dotato di apposito porta cambre
	e. autoperforante
REQUISITI PREFERENZIALI	f. disponibilità di diversi diametri nel range compreso tra 1,5 e 2,5 mm, $\pm 10\%$ di tolleranza

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Molto buono	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA	P.TI MAX	GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto/prodotto	D	20,00	Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto molto buone	16,00
Caratteristiche meccaniche: resistenza, rigidità	D	20,00	Caratteristiche meccaniche di resistenza e rigidità molto buone	16,00
Ampiezza della gamma di misure	Q (valore limite >2)	10,00	Offerte 3 misure di diametro nel range indicato	5,00
Caratteristiche dello strumentario: precisione, semplicità di utilizzo, facilità di pulizia e sterilizzazione	D	15,00	Strumentario di buona precisione, semplicità di utilizzo, facilità di pulizia e sterilizzazione	9,00
Confezionamento: semplicità di apertura garantendo manipolazione asettica, riconoscibilità del prodotto	D	5,00	Confezionamento di semplice apertura con garanzia di manipolazione asettica e riconoscibilità del prodotto	5,00
TOTALE				51,00

La commissione giudicatrice:

Dr. Diego Antonucci f.to in originale

Dr. Luca Gagliardi f.to in originale

Dr. Luciano Liguori f.to in originale

Segretario verbalizzante:

avv. Erica Cosio f.to in originale