

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IMPIANTABILE PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA E ACCESSORI, PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI DELL'ASL CN1, DELL'ASL CN2 E DELL'A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER UN PERIODO DI 36 MESI**

**LOTTO 28 – SISTEMA PER TRATTAMENTO DELLE LESIONI CAPSULOLEGAMENTOSE DELLE PICCOLE ARTICOLAZIONI MEDIANTE ANCORA COSTITUITA DI SOLA SUTURA AD ALTA RESISTENZA  
SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA Johnson & Johnson Medical Spa**

<b>REQUISITI ESSENZIALI</b>	a. costituito interamente da sutura ad alta resistenza
	b. possibilità, dopo aver praticato il foro di alloggiamento, di inserimento senza necessità di ulteriore utilizzo di strumenti per la preparazione del foro
	c. diametro nel range compreso tra 1 e 1,5 mm, $\pm 10\%$ tolleranza
	d. impianto caricato con sutura ad alta resistenza
<b>REQUISITI PREFERENZIALI</b>	e. doppio filo precaricato
	f. disponibilità di diversi diametri nel range compreso tra 1 e 1,5 mm, $\pm 10\%$ di tolleranza

<b>GIUDIZI</b>	<b>COEFFICIENTI</b>
Ottimo	1
Molto buono	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>P.TI MAX</b>	<b>GIUDIZIO</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto/prodotto	D	25,00	Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto discreto, manipolo ingombrante con leva sfavorevole	10,00
Caratteristiche meccaniche: resistenza, rigidità	D	25,00	Caratteristiche meccaniche di resistenza e rigidità molto buone	20,00
Ampiezza della gamme di misure	Q (valore limite >1)	5,00	Offerta solo 1 misura di diametro nel range indicato	0,00
Doppio filo precaricato	T	5,00	Requisito assente	0,00
Caratteristiche dello strumentario: completezza, precisione, semplicità di utilizzo	D	5,00	Strumentario completo, di ottima precisione e semplicità di utilizzo	5,00
Confezionamento: semplicità di apertura garantendo manipolazione asettica, riconoscibilità del prodotto	D	5,00	Confezionamento di semplice apertura con garanzia di manipolazione asettica e riconoscibilità del prodotto	5,00
<b>TOTALE</b>				<b>40,00</b>

La commissione giudicatrice:

Dr. Diego Antonucci f.to in originale

Dr. Luca Gagliardi f.to in originale

Dr. Luciano Liguori f.to in originale

Segretario verbalizzante:

avv. Erica Cosio f.to in originale