

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IMPIANTABILE PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA E ACCESSORI, PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI DELL'ASL CN1, DELL'ASL CN2 E DELL'A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER UN PERIODO DI 36 MESI

**Lotto 27 - SISTEMA DI FISSAZIONE REGOLABILE CON BOTTONE PER REINSERZIONI TENDINEE/LEGAMENTOSE
SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA Zimmer Biomet Italia Srl**

REQUISITI ESSENZIALI	a. sistema preassemblato monouso
	b. per stabilizzazione dell'articolazione acromio-claveare
	c. per stabilizzazione della sindesmosi tibio-peroneale
	d. con tensionamento a carrucola autobloccante che non necessiti di nodi
REQUISITI PREFERENZIALI	e. Disponibilità di tipologie diverse per il trattamento di lesioni acute e croniche
	f. Impianto per sindesmosi disponibile sia in acciaio che in titanio per migliore accoppiamento con le placche in uso

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Molto buono	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA	P.TI MAX	GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Caratteristiche meccaniche: resistenza	D	15,00	Caratteristiche meccaniche ottime	15,00
Versatilità per i vari segmenti corporei	D	15,00	Versatilità ampia e ottimale	15,00
Maneggevolezza e semplicità d'uso	D	15,00	Maneggevolezza e semplicità d'uso ottime	15,00
Disponibilità di tipologie diverse per il trattamento di lesioni acute e croniche	T	10,00	Requisito non presente	0,00
Impianto per sindesmosi disponibile sia in acciaio che in titanio per migliore accoppiamento con le placche in uso	T	10,00	Requisito non presente	0,00
Confezionamento: semplicità di apertura garantendo manipolazione asettica, riconoscibilità del prodotto	D	5,00	Confezionamento di semplice apertura con garanzia di manipolazione asettica e riconoscibilità del prodotto	5,00
TOTALE				50,00

La commissione giudicatrice:

Dr. Diego Antonucci f.to in originale

Dr. Luca Gagliardi f.to in originale

Dr. Luciano Liguori f.to in originale

Segretario verbalizzante:

avv. Erica Cosio f.to in originale