

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IMPIANTABILE PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA E ACCESSORI, PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI DELL'ASL CN1, DELL'ASL CN2 E DELL'A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER UN PERIODO DI 36 MESI**

**LOTTO 10 – SISTEMA DI FISSAZIONE FEMORALE A SOSPENSIONE**  
**SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA Johnson & Johnson Medical Spa**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>REQUISITI ESSENZIALI</b>    | a. sistema a sospensione ancorato sulla corticale femorale esterna a barretta in titanio ed apposito nastro in poliestere premontato di diverse lunghezze nel range compreso tra 10 mm e 60 mm, $\pm 10\%$ tolleranza |
|                                | b. Il sistema deve essere già precaricato con suture ad alta resistenza che consentano il passaggio dell'impianto nel tunnel femorale   |
|                                | c. barretta allungabile con apposito dispositivo in caso di rottura della corticale   |
| <b>REQUISITI PREFERENZIALI</b> | d. disponibilità di diverse lunghezze nel range compreso tra 10 mm e 60 mm, $\pm 10\%$ tolleranza   |

| <b>GIUDIZI</b> | <b>COEFFICIENTI</b> |
|----------------|---------------------|
| Ottimo         | 1                   |
| Molto buono    | 0,8                 |
| Buono          | 0,6                 |
| Discreto       | 0,4                 |
| Sufficiente    | 0,2                 |
| Insufficiente  | 0                   |

| <b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>   | <b>TIPOLOGIA</b>     | <b>P.TI MAX</b> | <b>GIUDIZIO</b>  | <b>PUNTEGGIO</b> |
|---|----------------------|-----------------|--|------------------|
| Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto/prodotto   | D                    | 25,00           | Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto molto buone   | 20,00            |
| Caratteristiche meccaniche: resistenza, rigidità  | D                    | 25,00           | Resistenza e rigidità molto buone  | 20,00            |
| Ampiezza della gamma di misure  | Q (valore limite >2) | 5,00            | Offerte 10 misure di lunghezza nel range indicato  | 4,50             |
| Caratteristiche dello strumentario: precisione, semplicità di utilizzo, facilità di pulizia e sterilizzazione | D                    | 10,00           | Strumentario di precisione e semplicità di utilizzo buone  | 6,00             |
| Confezionamento: semplicità di apertura garantendo manipolazione asettica, riconoscibilità del prodotto       | D                    | 5,00            | Confezionamento di semplice apertura con garanzia di manipolazione asettica e riconoscibilità del prodotto | 5,00             |
| <b>TOTALE</b>   |                      |                 |  | <b>55,50</b>     |

La commissione giudicatrice:

Dr. Diego Antonucci f.to in originale

Dr. Luca Gagliardi f.to in originale

Dr. Luciano Liguori f.to in originale

Segretario verbalizzante:

avv. Erica Cosio f.to in originale