

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IMPIANTABILE PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA E ACCESSORI, PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI DELL'ASL CN1, DELL'ASL CN2 E DELL'A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER UN PERIODO DI 36 MESI**

**LOTTO 29 – SISTEMA PER TRATTAMENTO DELLE LESIONI CAPSULOLEGAMENTOSE DELLE PICCOLE ARTICOLAZIONI MEDIANTE ANCORA IN TITANIO/RIASSORBIBILE AD ALTA RESISTENZA**

**SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA Zimmer Biomet Italia Srl**

<b>REQUISITI ESSENZIALI</b>	a. Sistema unico composto da ancora e introduttore
	b. disponibilità nei materiali sia metallico (lega di titanio) sia non metallico
	c. diametro nel range compreso tra 1,3 e 2,5, $\pm 10\%$ tolleranza
	d. suture ad alta resistenza precaricate
<b>REQUISITI PREFERENZIALI</b>	e. presenza di fresa dedicata in base a misura ancora
	f. disponibilità di diversi diametri nel range compreso tra 1 e 1,5 mm, $\pm 10\%$ di tolleranza

<b>GIUDIZI</b>	<b>COEFFICIENTI</b>
Ottimo	1
Molto buono	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>GIUDIZIO</b>
Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto/prodotto	D	Offerta non conforme per mancanza del requisito essenziale: b. disponibilità nei materiali sia metallico (lega di titanio) sia non metallico. E' stata presentata solo la versione in titanio.
Caratteristiche meccaniche: resistenza, rigidità	D	
Ampiezza della gamma di misure	Q (valore limite >1)	
Presenza di fresa dedicata in base a misura ancora	T	
Caratteristiche dello strumentario: completezza, precisione, semplicità di utilizzo	D	
Confezionamento: semplicità di apertura garantendo manipolazione asettica, riconoscibilità del prodotto	D	

La commissione giudicatrice:

Segretario verbalizzante:

Dr. Diego Antonucci f.to in originale

avv. Erica Cosio f.to in originale

Dr. Luca Gagliardi f.to in originale

Dr. Luciano Liguori f.to in originale