

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IMPIANTABILE PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA  
E ACCESSORI, PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI DELL'ASL CN1, DELL'ASL CN2 E DELL'A.O. S. CROCE E CARLE  
DI CUNEO PER UN PERIODO DI 36 MESI**

**Lotto 26 - TAPE AD ALTA RESISTENZA  
SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA Arthrex Italia Srl**

<b>REQUISITI ESSENZIALI</b>	a. Intrecciato a basso profilo
	b. sterile
	c. monouso
	d. polietilene ad altissimo peso molecolare
	e. lunghezza minima 40 cm $\pm 10\%$
	f. alta resistenza
<b>REQUISITI PREFERENZIALI</b>	g. disponibilità delle versioni standard e mini

<b>GIUDIZI</b>	<b>COEFFICIENTI</b>
Ottimo	1
Molto buono	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>P.TI MAX</b>	<b>GIUDIZIO</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Facilità di utilizzo	D	15,00	Facilità di utilizzo ottimale	15,00
Caratteristiche meccaniche: resistenza	D	25,00	Caratteristiche meccaniche di resistenza ottimali	25,00
Disponibile nella versione standard e mini	T	25,00	Requisito presente	25,00
Confezionamento: semplicità di apertura garantendo manipolazione asettica, riconoscibilità del prodotto	D	5,00	Confezionamento di semplice apertura con garanzia di manipolazione asettica e riconoscibilità del	5,00
<b>TOTALE</b>				<b>70,00</b>

La commissione giudicatrice:

Dr. Diego Antonucci f.to in originale

Dr. Luca Gagliardi f.to in originale

Dr. Luciano Liguori f.to in originale

Segretario verbalizzante:

avv. Erica Cosio f.to in  
originale