

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IMPIANTABILE PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA E ACCESSORI, PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI DELL'ASL CN1, DELL'ASL CN2 E DELL'A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER UN PERIODO DI 36 MESI**

**LOTTO 6 – SISTEMA PER TRATTAMENTO DELLA INSTABILITÀ MEDIANTE ANCORA RIASSORBIBILE**  
**SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA Smith & Nephew Srl**

<b>REQUISITI ESSENZIALI</b>	a. ancoraggio all'osso mediante rotazione dell'impianto e bloccaggio sottocorticale
	b. materiale riassorbibile
	c. diametro perforazione massimo 3.5 mm
	d. diametro della vite/ancora nel range compreso tra 2,3 e 3,5 mm, $\pm 10\%$ tolleranza
	e. possibilità, dopo aver praticato il foro di alloggiamento, di inserimento senza necessità di ulteriore utilizzo di strumenti per la preparazione del foro
	f. impianto caricato con sutura ad alta resistenza
<b>REQUISITI PREFERENZIALI</b>	i. disponibilità di diversi diametri nel range compreso tra 2,5 e 3,5 mm, $\pm 10\%$ di tolleranza

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Molto buono	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA	P.TI MAX	GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto/prodotto	D	25,00	Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto molto buone	20,00
Caratteristiche meccaniche: resistenza, rigidità	D	25,00	Caratteristiche meccaniche di resistenza e rigidità molto buone	20,00
Ampiezza della gamma di misure	Q (valore limite >1)	5,00	Offerte 2 misure di diametro nel range indicato	5,00
Caratteristiche dello strumentario: precisione, semplicità di utilizzo	D	10,00	Strumentario di buona precisione e semplicità di utilizzo	6,00
Confezionamento: semplicità di apertura garantendo manipolazione asettica, riconoscibilità del prodotto	D	5,00	Confezionamento di semplice apertura con garanzia di manipolazione asettica e riconoscibilità del prodotto	5,00
<b>TOTALE</b>				<b>56,00</b>

La commissione giudicatrice:

Dr. Diego Antonucci f.to in originale

Dr. Luca Gagliardi f.to in originale

Dr. Luciano Liguori f.to in originale

Segretario verbalizzante:

avv. Erica Cosio f.to in originale