

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IMPIANTABILE PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA E ACCESSORI, PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI DELL'ASL CN1, DELL'ASL CN2 E DELL'A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER UN PERIODO DI 36 MESI

LOTTO N. 2 SISTEMA DI FISSAZIONE TROCHITICA MEDIANTE VITE O ANCORA AVVITATA PER RIPARAZIONE CUFFIA DEI ROTATORI A DUE SUTURE

SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA Conmed Italia Srl

REQUISITI ESSENZIALI	a. Sistema unico composto da vite/ancora e introduttore
	b. inserimento mediante avvvitamento
	c. duplice filettatura nella medesima ancora (differenziata per corticale e spongiosa)
	d. disponibilità nei materiali sia metallico (lega di titanio) sia non metallico
	e. versione metallica autofilettante
	f. diametro della vite/ancora nel range compreso tra 4,5 e 5,5 mm, $\pm 10\%$ tolleranza
	g. vite/ancora caricata a due suture ad alta resistenza di diverso colore
	h. suture posizionate all'interno del manipolo in modo che non abbiano contatto con i tessuti e con le cannule durante l'inserimento
REQUISITI PREFERENZIALI	i. disponibilità di diversi diametri nel range compreso tra 4,5 e 5,5 mm, $\pm 10\%$ di tolleranza

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Molto buono	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA	P.TI MAX	GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto/prodotto	D	25,00	Buona ergonomia e buona semplicità di utilizzo dell'impianto	15,00
Caratteristiche meccaniche: resistenza, rigidità	D	25,00	Caratteristiche meccaniche di resistenza e rigidità molto buone	20,00
Ampiezza della gamma di misure	Q (valore limite >1)	5,00	Offerta solo 1 misura di diametro nel range indicato	0,00
Caratteristiche dello strumentario: precisione, semplicità di utilizzo	D	10,00	Discreta precisione e semplicità di utilizzo dello strumentario, imbocco corto del manipolo nell'ancora	4,00
Confezionamento: semplicità di apertura garantendo manipolazione asettica, riconoscibilità del prodotto	D	5,00	Confezionamento di semplice apertura con garanzia di manipolazione asettica e riconoscibilità del prodotto	5,00
TOTALE				44,00

La commissione giudicatrice:

Dr. Diego Antonucci f.to in originale

Dr. Luca Gagliardi f.to in originale

Dr. Luciano Liguori f.to in originale

Segretario verbalizzante:

avv. Erica Cosio f.to in originale