

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IMPIANTABILE PER CHIRURGIA
ARTROSCOPICA E ACCESSORI, PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI DELL'ASL CN1, DELL'ASL CN2 E
DELL'A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER UN PERIODO DI 36 MESI**

**Lotto 16 – MATERIALE PER IL TRATTAMENTO DEI DIFETTI OSTEO-CARTILAGINEI IN
COLLAGENE-IDROSSIAPATITE**

SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA M.I.T. Italia Srl

REQUISITI ESSENZIALI	a. Materiale per riempimento dei difetti osteocondrali profondi
	b. costituito da una matrice tridimensionale che sostituisce cartilagine e osso sub condrale
	c. strato superficiale costituito da collagene di tipo 1
	d. strato intermedio costituito da magnesio-idrossiapatite e collagene
	e. strato inferiore costituito da magnesio-idrossiapatite
	f. assorbimento dei fluidi biologici, con aumento di volume e fissazione nel sito dell'impianto
	g. modellabile
	h. biodegradabile per facilitare la rigenerazione osteo cartilaginea
REQUISITI PREFERENZIALI	i. disponibilità di misure diverse

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Molto buono	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA	GIUDIZIO
Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto/prodotto	D	Offerta non conforme per mancanza dei seguenti requisiti essenziali: d. strato intermedio costituito da magnesio-idrossiapatite e collagene e. strato inferiore costituito da magnesio-idrossiapatite
Versatilità per i vari segmenti corporei	D	
Ampiezza della gamma di forme	Q (valore limite >1)	
Caratteristiche dello strumentario: precisione, semplicità di utilizzo	D	
Confezionamento: semplicità di apertura garantendo manipolazione asettica, riconoscibilità del prodotto	D	

La commissione giudicatrice:

Dr. Diego Antonucci f.to in originale

Dr. Luca Gagliardi f.to in originale

Dr. Luciano Liguori f.to in originale

Segretario
verbalizzante:

avv. Erica Cosio f.to in originale