

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IMPIANTABILE PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA E ACCESSORI, PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI DELL'ASL CN1, DELL'ASL CN2 E DELL'A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER UN PERIODO DI 36 MESI

Lotto 20 – VITI A INTERFERENZA
SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA Arthrex Italia Srl

REQUISITI ESSENZIALI	a. vite ad interferenza costituita da materiale composito (acido poli-lattico e fosfato tricalcico oppure acido poli-lattico ed idrossiapatite)
	b. multipli diametri nel range minimo compreso tra 5 e 12 mm, con incremento di 1 mm, $\pm 10\%$ di tolleranza
	c. multiple lunghezze nel range minimo compreso tra 15 e 35 mm, con incremento di 5 mm, $\pm 10\%$ di tolleranza
	d. punta conica
	e. filetto "no cut"
	f. foro per cacciavite dedicato per limitare il rischio di rotture durante l'impianto
	g. filo guida dedicato
REQUISITI PREFERENZIALI	h. disponibilità di diversi diametri nel range compreso tra 5 e 12 mm, $\pm 10\%$ di tolleranza
	i. disponibilità di multiple lunghezze nel range minimo compreso tra 15 e 35 mm, $\pm 10\%$ di tolleranza

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Molto buono	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA	P.TI MAX	GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto/prodotto	D	25,00	Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto molto buone	20,00
Caratteristiche meccaniche: resistenza, rigidità	D	25,00	Caratteristiche meccaniche di resistenza e rigidità ottime	25,00
Ampiezza della gamma di misure di diametri	Q (valore limite>2)	5,00	Offerte 7 misure di diametro nel range indicato	3,75
Ampiezza della gamma di misure di lunghezza	Q (valore limite>2)	5,00	Offerte 3 misure di lunghezza nel range indicato	2,50
Caratteristiche dello strumentario: precisione, semplicità di utilizzo	D	5,00	Strumentario di precisione e semplicità di utilizzo molto buone	4,00
Confezionamento: semplicità di apertura garantendo manipolazione asettica, riconoscibilità del prodotto	D	5,00	Confezionamento di semplice apertura con garanzia di manipolazione asettica e riconoscibilità del prodotto	5,00
TOTALE				60,25

La commissione giudicatrice:

Dr. Diego Antonucci f.to in originale

Dr. Luca Gagliardi f.to in originale

Dr. Luciano Liguori f.to in originale

Segretario verbalizzante:

avv. Erica Cosio f.to in originale