

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IMPIANTABILE PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA E ACCESSORI, PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI DELL'ASL CN1, DELL'ASL CN2 E DELL'A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER UN PERIODO DI 36 MESI

**LOTTO 29 – SISTEMA PER TRATTAMENTO DELLE LESIONI CAPSULOLEGAMENTOSE DELLE PICCOLE ARTICOLAZIONI MEDIANTE ANCORA IN TITANIO/RIASSORBIBILE AD ALTA RESISTENZA
SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA Smith & Nephew Srl**

REQUISITI ESSENZIALI	a. Sistema unico composto da ancora e introduttore
	b. disponibilità nei materiali sia metallico (lega di titanio) sia non metallico
	c. diametro nel range compreso tra 1,3 e 2,5, $\pm 10\%$ tolleranza
	d. suture ad alta resistenza precaricate
REQUISITI PREFERENZIALI	e. presenza di fresa dedicata in base a misura ancora
	f. disponibilità di diversi diametri nel range compreso tra 1 e 1,5 mm, $\pm 10\%$ di tolleranza

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Molto buono	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA	P.TI MAX	GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto/prodotto	D	25,00	Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto molto buone	20,00
Caratteristiche meccaniche: resistenza, rigidità	D	25,00	Caratteristiche meccaniche di resistenza e rigidità molto buone	20,00
Ampiezza della gamma di misure	Q (valore limite >1)	5,00	Non offerte misure nel range compreso tra 1 e 1,5 mm, $\pm 10\%$ di tolleranza	0,00
Presenza di fresa dedicata in base a misura ancora	T	5,00	Requisito presente	5,00
Caratteristiche dello strumentario: completezza, precisione, semplicità di utilizzo	D	5,00	Strumentario di precisione, completezza e semplicità di utilizzo molto buone	4,00
Confezionamento: semplicità di apertura garantendo manipolazione asettica, riconoscibilità del prodotto	D	5,00	Confezionamento di semplice apertura con garanzia di manipolazione asettica e riconoscibilità del prodotto	5,00
TOTALE				54,00

La commissione giudicatrice:

Dr. Diego Antonucci f.to in originale

Dr. Luca Gagliardi f.to in originale

Dr. Luciano Liguori f.to in originale

Segretario verbalizzante:

avv. Erica Cosio f.to in originale