

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IMPIANTABILE PER CHIRURGIA
ARTROSCOPICA E ACCESSORI, PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI DELL'ASL CN1, DELL'ASL CN2 E DELL'A.O.
S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER UN PERIODO DI 36 MESI**

**LOTTO 9 – CANNULE SEMIRIGIDE PER ARTROSCOPIA DELLA SPALLA
SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA Zimmer Biomet Italia Srl**

REQUISITI ESSENZIALI	a. diametro della cannula nel range compreso tra 5 e 8 mm, $\pm 10\%$ tolleranza
	b. possibilità di essere lisce e filettate (modifica ottenibile con un unico gesto)
	c. semirigide
	d. membrana interna di tenuta in silicone
REQUISITI PREFERENZIALI	e. disponibilità di diversi diametri nel range compreso tra 5 e 8 mm, $\pm 10\%$ di tolleranza

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Molto buono	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA	GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto/prodotto	D	Offerta non conforme per mancanza del requisito essenziale: c. semirigide	
Caratteristiche meccaniche: resistenza, rigidità	D		
Ampiezza della gamma di misure	Q (valore limite >1)		
Confezionamento: semplicità di apertura garantendo manipolazione asettica, riconoscibilità del prodotto	D		

La commissione giudicatrice:

Dr. Diego Antonucci f.to in originale

Dr. Luca Gagliardi f.to in originale

Dr. Luciano Liguori f.to in originale

Segretario verbalizzante:

avv. Erica Cosio f.to in originale