

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IMPIANTABILE PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA E ACCESSORI, PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI DELL'ASL CN1, DELL'ASL CN2 E DELL'A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER UN PERIODO DI 36 MESI**

**LOTTO 10 – SISTEMA DI FISSAZIONE FEMORALE A SOSPENSIONE**

**SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA Arthrex Italia Srl**

<b>REQUISITI ESSENZIALI</b>	a. sistema a sospensione ancorato sulla corticale femorale esterna a barretta in titanio ed apposito nastro in poliestere premontato di diverse lunghezze nel range compreso tra 10 mm e 60 mm, $\pm 10\%$ tolleranza
	b. Il sistema deve essere già precaricato con suture ad alta resistenza che consentano il passaggio dell'impianto nel tunnel femorale
	c. barretta allungabile con apposito dispositivo in caso di rottura della corticale
<b>REQUISITI PREFERENZIALI</b>	d. disponibilità di diverse lunghezze nel range compreso tra 10 mm e 60 mm, $\pm 10\%$ tolleranza

<b>GIUDIZI</b>	<b>COEFFICIENTI</b>
Ottimo	1
Molto buono	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>P.TI MAX</b>	<b>GIUDIZIO</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto/prodotto	D	25,00	Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto molto buone	20,00
Caratteristiche meccaniche: resistenza, rigidità	D	25,00	Caratteristiche meccaniche di resistenza e rigidità buone, asola con profilo più aggressivo sul tendine	15,00
Ampiezza della gamma di misure	Q (valore limite >2)	5,00	Offerte 11 misure di lunghezza nel range indicato	5,00
Caratteristiche dello strumentario: precisione, semplicità di utilizzo, facilità di pulizia e sterilizzazione	D	10,00	Strumentario di buona precisione e semplicità di utilizzo	6,00
Confezionamento: semplicità di apertura garantendo manipolazione asettica, riconoscibilità del prodotto	D	5,00	Confezionamento di semplice apertura con garanzia di manipolazione asettica e riconoscibilità del prodotto	5,00
<b>TOTALE</b>				<b>51,00</b>

La commissione giudicatrice:

Dr. Diego Antonucci f.to in originale

Dr. Luca Gagliardi f.to in originale

Dr. Luciano Liguori f.to in originale

Segretario verbalizzante:

avv. Erica Cosio f.to in originale