

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IMPIANTABILE PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA E ACCESSORI, PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI DELL'ASL CN1, DELL'ASL CN2 E DELL'A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER UN PERIODO DI 36 MESI

LOTTO 4 – SISTEMA DI FISSAZIONE TROCHITICA MEDIANTE ANCORA PER RIPARA-ZIONE CUFFIA DEI ROTATORI “TRANS OSSEUS EQUIVALENT” - NON METALLICO

SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA Zimmer Biomet Italia Srl

REQUISITI ESSENZIALI	a. materiale costitutivo biocompatibile non metallico
	b. possibilità di tensionamento delle suture anche successivamente alla infissione dell'ancora
	c. diametro della vite/ancora nel range compreso tra 4,5 e 5,5 mm, $\pm 10\%$ di tolleranza
	d. possibilità di montare più suture contemporaneamente
	e. Inserimento previa foratura di alloggiamento
REQUISITI PREFERENZIALI	f. presenza di più fori per caricare le suture
	g. disponibilità di diversi diametri nel range compreso tra 4,5 e 5,5 mm, $\pm 10\%$ di tolleranza

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Molto buono	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA	P.TI MAX	GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto/prodotto	D	20,00	Buona ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto	12,00
Caratteristiche meccaniche: resistenza, rigidità	D	20,00	Caratteristiche meccaniche di resistenza e rigidità molto buone	16,00
Ampiezza della gamma di misure	Q (valore limite >1)	5,00	Offerte 2 misure di diametro nel range indicato	5,00
Presenza di più fori per caricare le suture	T	10,00	Requisito assente	0,00
Caratteristiche dello strumentario: precisione, semplicità di utilizzo	D	10,00	Strumentario di buona precisione e semplicità di utilizzo	6,00
Confezionamento: semplicità di apertura garantendo manipolazione asettica, riconoscibilità del prodotto	D	5,00	Confezionamento di semplice apertura con garanzia di manipolazione asettica e riconoscibilità del prodotto	5,00
TOTALE				44,00

La commissione giudicatrice:

Dr. Diego Antonucci f.to in originale

Dr. Luca Gagliardi f.to in originale

Dr. Luciano Liguori f.to in originale

Segretario verbalizzante:

avv. Erica Cosio f.to in originale