

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IMPIANTABILE PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA E ACCESSORI, PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI DELL'ASL CN1, DELL'ASL CN2 E DELL'A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER UN PERIODO DI 36 MESI

LOTTO 11 – SISTEMA FEMORALE A SOSPENSIONE A FISSAZIONE CORTICALE REGOLABILE

SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA Arthrex Italia Srl

REQUISITI ESSENZIALI	a. ricostruzione LCA con tendini gracile e semitendinoso
	b. sistema con barretta in titanio su cui sono montati i fili ad alta resistenza per il trascinamento e il "flippaggio" della barretta e per il trascinamento graduale e progressivo dell'innesto pro-lca, anche dopo la fissazione tibiale
	c. dispositivo autobloccante
	d. barretta allungabile con apposito dispositivo in caso di rottura della corticale

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Molto buono	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA	P.TI MAX	GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto/prodotto	D	30,00	Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto molto buone	24,00
Caratteristiche meccaniche: resistenza, rigidità	D	30,00	Caratteristiche meccaniche di resistenza e rigidità molto buone	24,00
Confezionamento: semplicità di apertura garantendo manipolazione asettica, riconoscibilità del prodotto	D	10,00	Confezionamento di semplice apertura con garanzia di manipolazione asettica e riconoscibilità del prodotto	10,00
TOTALE				58,00

La commissione giudicatrice:

Dr. Diego Antonucci f.to in originale

Dr. Luca Gagliardi f.to in originale

Dr. Luciano Liguori f.to in originale

Segretario verbalizzante:

avv. Erica Cosio f.to in originale