

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IMPIANTABILE PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA E ACCESSORI, PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI DELL'ASL CN1, DELL'ASL CN2 E DELL'A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER UN PERIODO DI 36 MESI

Lotto 17 – MATERIALE PER IL TRATTAMENTO DEI DIFETTI CARTILAGINEI IN AC POLIGLICOLICO E AC JALURONICO

SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA N.B.A. Medica Srl

REQUISITI ESSENZIALI	a. Materiale per trattamento di lesioni superficiali composta da un feltro riassorbibile in ac poliglicolico e ac ialuronico
	b. da utilizzare in associazione a microfratture come copertura, agevolando la formazione di tessuto cartilagineo sostitutivo
	c. modellabile ed in grado di assorbire facilmente i fluidi

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Molto buono	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA	P.TI MAX	GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto/prodotto	D	30,00	Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto ottime	30,00
Versatilità per i vari segmenti corporei	D	30,00	Versatilità per i vari segmenti corporei ottima	30,00
Confezionamento: semplicità di apertura garantendo manipolazione asettica, riconoscibilità del prodotto	D	10,00	Confezionamento di semplice apertura con garanzia di manipolazione asettica e riconoscibilità del prodotto	10,00
TOTALE				70,00

La commissione giudicatrice:

Dr. Diego Antonucci f.to in originale

Dr. Luca Gagliardi f.to in originale

Dr. Luciano Liguori f.to in originale

Segretario verbalizzante:

avv. Erica Cosio f.to in originale