

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IMPIANTABILE PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA E ACCESSORI, PER LE
ESIGENZE DEI PRESIDI DELL'ASL CN1, DELL'ASL CN2 E DELL'A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER UN PERIODO DI 36 MESI**

Lotto 25 - FILI AD ALTA RESISTENZA

SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA Johnson & Johnson Medical Spa

REQUISITI ESSENZIALI	a. intrecciato a basso profilo
	b. sterile
	c. monouso
	d. polietilene ad altissimo peso molecolare
	e. disponibili in almeno 2 diametri nel range compreso tra 2 e 5 mm, $\pm 10\%$ di tolleranza
	f. disponibili in almeno 2 lunghezze, con lunghezza minima 90 mm, $\pm 10\%$ di tolleranza
	g. con ago integrato e senza
REQUISITI PREFERENZIALI	h. disponibilità di diversi diametri nel range compreso tra 5 e 12 mm, $\pm 10\%$ di tolleranza
	i. disponibilità di diversi colori

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Molto buono	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA	P.TI MAX	GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Facilità di utilizzo	D	10,00	Facilità di utilizzo ottimale	10,00
Caratteristiche meccaniche: resistenza	D	25,00	Caratteristiche meccaniche di resistenza ottimali	25,00
Ampiezza della gamma di diametri	Q (valore limite >2)	15,00	Non sono stati offerti ulteriori diametri oltre il range indicato tra i requisiti essenziali	0,00
Ampiezza della gamma colori	Q (valore limite >1)	15,00	Offerti 4 diversi colori	3,75
Confezionamento: semplicità di apertura garantendo manipolazione asettica, riconoscibilità del prodotto	D	5,00	Confezionamento di semplice apertura con garanzia di manipolazione asettica e riconoscibilità del prodotto	5,00
TOTALE				43,75

La commissione giudicatrice:

Dr. Diego Antonucci f.to in originale

Dr. Luca Gagliardi f.to in originale

Dr. Luciano Liguori f.to in originale

Segretario verbalizzante:

avv. Erica Cosio f.to in originale