

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IMPIANTABILE PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA E ACCESSORI,
PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI DELL'ASL CN1, DELL'ASL CN2 E DELL'A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER UN PERIODO DI
36 MESI**

**LOTTO 3 – SISTEMA DI FISSAZIONE TROCHITICA MEDIANTE ANCORA PER RIPARA-ZIONE CUFFIA DEI ROTATORI “TRANS
OSSEUS EQUIVALENT”
SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA Smith & Nephew Srl**

REQUISITI ESSENZIALI	a. possibilità di inserimento con sola battuta (senza l'utilizzo di punteruolo per la preparazione del foro di alloggiamento)
	b. materiale costitutivo biocompatibile non riassorbibile (composizione peek + titanio)
	c. diametro della vite/ancora nel range compreso tra 4,5 e 5,5 mm, $\pm 10\%$ di tolleranza
	d. possibilità di tensionamento delle suture anche successivamente alla infissione dell'ancora
	e. possibilità di montare più suture contemporaneamente
REQUISITI PREFERENZIALI	f. presenza di più fori per caricare le suture
	g. disponibilità di diversi diametri nel range compreso tra 4,5 e 5,5 mm, $\pm 10\%$ di tolleranza

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Molto buono	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA	P.TI MAX	GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto/prodotto	D	20,00	Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto ottimali	20,00
Caratteristiche meccaniche: resistenza, rigidità	D	20,00	Caratteristiche meccaniche di resistenza e rigidità molto buone	16,00
Ampiezza della gamma di misure	Q (valore limite >1)	5,00	Offerta solo 1 misura di diametro nel range indicato	0,00
Presenza di più fori per caricare le suture	T	10,00	Requisito assente	0,00
Caratteristiche dello strumentario: precisione, semplicità di utilizzo	D	10,00	Strumentario di ottima precisione e semplicità di utilizzo	10,00
Confezionamento: semplicità di apertura garantendo manipolazione asettica, riconoscibilità del prodotto	D	5,00	Confezionamento di semplice apertura con garanzia di manipolazione asettica e riconoscibilità del prodotto	5,00
TOTALE				51,00

La commissione giudicatrice:

Dr. Diego Antonucci f.to in originale

Dr. Luca Gagliardi f.to in originale

Dr. Luciano Liguori f.to in originale

Segretario verbalizzante:

avv. Erica Cosio f.to in originale