

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IMPIANTABILE PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA E ACCESSORI, PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI DELL'ASL CN1, DELL'ASL CN2 E DELL'A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER UN PERIODO DI 36 MESI

LOTTO 5 – SISTEMA FISSAZIONE TROCHITICA CON ANCORE IN TESSUTO

SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA Conmed Italia Srl

REQUISITI ESSENZIALI	a. ancora solo tessuto per lesioni di cuffia
	b. Self punching
	c. Precaricata con 2/3 fili ad alta resistenza
	d. Possibilità di punzone monouso

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Molto buono	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA	P.TI MAX	GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto/prodotto	D	30,00	Ottima ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto	30,00
Caratteristiche meccaniche: resistenza, rigidità	D	25,00	Caratteristiche meccaniche di resistenza e rigidità molto buone	20,00
Caratteristiche dello strumentario: precisione, semplicità di utilizzo	D	10,00	Strumentario di precisione e semplicità di utilizzo molto buone	8,00
Confezionamento: semplicità di apertura garantendo manipolazione asettica, riconoscibilità del prodotto	D	5,00	Confezionamento di semplice apertura con garanzia di manipolazione asettica e riconoscibilità del prodotto	5,00
TOTALE				63,00

La commissione giudicatrice:

Dr. Diego Antonucci f.to in originale

Dr. Luca Gagliardi f.to in originale

Dr. Luciano Liguori f.to in originale

Segretario verbalizzante:

avv. Erica Cosio f.to in originale