

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IMPIANTABILE PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA E ACCESSORI, PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI DELL'ASL CN1, DELL'ASL CN2 E DELL'A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER UN PERIODO DI 36 MESI

**LOTTO 9 – CANNULE SEMIRIGIDE PER ARTROSCOPIA DELLA SPALLA
SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA - DITTA Johnson & Johnson Medical Spa**

REQUISITI ESSENZIALI	a. diametro della cannula nel range compreso tra 5 e 8 mm, $\pm 10\%$ tolleranza
	b. possibilità di essere lisce e filettate (modifica ottenibile con un unico gesto)
	c. semirigide
	d. membrana interna di tenuta in silicone
REQUISITI PREFERENZIALI	e. disponibilità di diversi diametri nel range compreso tra 5 e 8 mm, $\pm 10\%$ di tolleranza

GIUDIZI	COEFFICIENTI
Ottimo	1
Molto buono	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA	P.TI MAX	GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto/prodotto	D	20,00	Ergonomia e semplicità di utilizzo dell'impianto molto buone	16,00
Caratteristiche meccaniche: resistenza, rigidità	D	20,00	Caratteristiche meccaniche di resistenza e rigidità buone	12,00
Ampiezza della gamma di misure	Q (valore limite >1)	20,00	Offerte 3 misure di diametro nel range indicato	13,33
Confezionamento: semplicità di apertura garantendo manipolazione asettica, riconoscibilità del prodotto	D	10,00	Confezionamento di semplice apertura con garanzia di manipolazione asettica e riconoscibilità del prodotto	10,00
TOTALE				51,33

La commissione giudicatrice:

Dr. Diego Antonucci f.to in originale

Dr. Luca Gagliardi f.to in originale

Dr. Luciano Liguori f.to in originale

Segretario verbalizzante:

avv. Erica Cosio f.to in originale