

S.S. Acquisti

Responsabile: Avv. Maura Acchiardi

Telefono: 0171/450663

E-mail: acquisti@aslcn1.it

RG/RD

PUBBLICAZIONE SUL PROFILO DEL COMMITTENTE: 04/04/2025

AVVISO A PROCEDERE AI SENSI DELL'ART. 76 COMMA 2 LETTERA b) DEL D.LGS. 36/2023

Questa Azienda manifesta la volontà di procedere alla formale richiesta di offerta alla ditta **MEDTRONIC ITALIA S.p.A** per la fornitura di:

- Nr.1 Sistema per Manometria Esofagea ed Anorettale ad alta risoluzione con cateteri allo stato solido – modello MANOSCAN

Il modello Manoscan, tramite i propri particolari cateteri allo stato solido, è da ritenersi infungibile per le seguenti motivazioni:

- ✓ Permette lo studio delle funzionalità del giunto esofago-gastrico (*diagnosi della malattia da reflusso sia acida che alcalina – diagnosi dell'acalasia*)
- ✓ Permette lo studio della funzionalità degli sfinteri anali (interno ed esterno) e della dinamica defecatoria dei muscoli del pavimento pelvico nella/nelle:
 - *diagnosi di morbo di Hirschsprung;*
 - *fase post chirurgica anorettale (anorettoplastica per malformazioni anorettali, ileo-ano anastomosi con pouch nelle malattie infiammatorie croniche intestinali) nella valutazione degli outcomes funzionali;*
 - *diagnostica differenziale nella stipsi cronica refrattaria a terapia medica;*
 - *incontinenza fecale;*
 - *dissinergia del pavimento pelvico;*
 - *dolore anorettale di sospetta natura funzionale*
- ✓ permette di eseguire esami di manometria esofagea ed anorettale in 3D con una visualizzazione in real-time delle pressioni a 360°
- ✓ consente di effettuare un'analisi con un notevole grado di accuratezza con implicazioni diagnostiche, terapeutiche ed indicazioni chirurgiche estremamente

puntuali (grazie alle caratteristiche uniche dei cateteri per la quantità di punti di rilevazione pressoria e quindi per accuratezza di misura)

- ✓ riduce i tempi di esecuzione dell'analisi eliminando tutte le complicanze tecniche e gli artefatti di una manometria a perfusione

Potranno essere inoltrate eventuali osservazioni relative all'unicità dell'operatore economico indicato, allegando la documentazione tecnica comprovante la compatibilità dei prodotti proposti al sistema in dotazione, sino alla data del **22/04/2025 ore 16.00** al seguente indirizzo mail: **protocollo@aslc1.legalmailPA.it**.

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l'impresa indicata costituisca l'unico fornitore della strumentazione in argomento, questa Azienda procederà alla negoziazione delle condizioni contrattuali.

S.S. Acquisti
Area Coordinamento Beni Aziendali
Dott.ssa Roberta Garis
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)