

S.S. Acquisti

Responsabile: Avv. Maura Acchiardi

Telefono: 0171/450663

E-mail: acquisti@aslcn1.it

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN NR. 7 LOTTI, DI ELETTRODI MONOUSO PER ECG OCCORRENTI AI PRESIDI OSPEDALIERI DELL'ASL CN1, PER UN PERIODO DI 24 MESI - CIG B70160A399-B70160B46C-B70160C53F-B70160D612-B70160E6E5E-B70160F7B8-B70161088B

Verbale apertura offerte economiche

Premesso che:

- con determinazione n. 797 del 20.05.2025 il Responsabile della S.S. Acquisti ha disposto di avviare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., per l'affidamento della fornitura, suddivisa in lotti, di elettrodi monouso per ECG, per un periodo di 24 mesi da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con invito rivolto agli operatori economici individuati a seguito pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse;
- sulla piattaforma telematica SINTEL è stata pubblicata la *Manifestazione di Interesse* (ID N. 201853623 del 28/05/2025) finalizzata ad acquisire l'interesse da parte degli Operatori Economici del settore per la partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento della fornitura in oggetto;
- sulla base del riscontro all'avviso sopra citato, con lettera prot. 0093695 del 14/07/2025 è stata avviata, utilizzando la piattaforma telematica SINTEL, la procedura negoziata ID N. 20489216 del 14/07/2025 invitando tutte le Ditte che hanno trasmesso riscontro alla manifestazione di interesse;
- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 26/08/2025;
- entro il sovra citato termine sono pervenute n. 7 (sette) le offerte delle ditte sotto elencate:

Id. Doc. Sintel	Data	Ditta	Stati offerta
1753959438356	31/07/2025	CERACARTA S.P.A.	VALIDATA
1754056611015	01/08/2025	ALEA DI DADONE SILVIO E C. S.A.S.	VALIDATA
1754487375096	06/08/2025	FIAB S.P.A.	VALIDATA
1754636620197	08/08/2025	ID&CO S.R.L.	VALIDATA
1754657474045	08/08/2025	ABINTRAX S.R.L.	VALIDATA
1755604120533	19/08/2025	AMBU S.R.L.	VALIDATA
1755865587727	22/08/2025	LAMONEA S.R.L.	VALIDATA

- il giorno 28/08/2025 il seggio di gara ha proceduto all'apertura telematica delle buste contenenti la Documentazione Amministrativa, per ciascuna delle ditte offerenti, e al download della documentazione presentata;
- si è reso necessario richiedere regolarizzazione documentale attivando il soccorso istruttorio con la ditta LAMONEA S.r.l. e che la stessa, ha prodotto la documentazione richiesta nel termine fissato (05/09/2025) e pertanto è ammessa al prosieguo della gara così come da verbale del 10/09/2025 agli

atti d'ufficio;

- con determinazione nr. 1442 del 10/09/2025 è stata nominata la Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
- il giorno 22/09/2025 il seggio di gara ha provveduto all'apertura telematica delle buste contenenti la Documentazione Tecnica presentata dalle ditte offerenti verificando la sola presenza dei documenti richiesti e rinviando le valutazioni alla Commissione Giudicatrice. In esito a tali operazioni si dà atto che sono ammesse al prosieguo della gara le ditte sopra indicate ad esclusione della ditta AMBU S.r.l. in riferimento all'offerta presentata al lotto n. 2. Alla stessa è stata trasmessa lettera di comunicazione di esclusione con nota prot. 126323 del 24/09/2025.

Atteso che, la Commissione Giudicatrice si è riunita in seduta riservata in data 02.10.2025 per procedere all'apertura dei colli relativi alla campionatura pervenuta ed in esito a tali operazioni rileva che, relativamente al lotto n. 1, non risulta pervenuta la campionatura della ditta ABINTRAX S.r.l. e relativamente al lotto n. 4 non risulta pervenuta la campionatura della ditta LAMONEA S.r.l. Alle stesse è stata trasmessa lettera di comunicazione di esclusione dal prosieguo della gara limitatamente ai lotti indicati.

Atteso altresì che la Commissione Giudicatrice, in seduta riservata, come da verbale agli atti della S.S. Acquisti, in data 07/01/2026, a seguito dell'esame delle offerte tecniche e alla visione e prova pratica della campionatura pervenuta, ha provveduto, secondo le indicazioni della lettera di invito, all'attribuzione dei punteggi di qualità.

TUTTO CIÒ' PREMESSO

L'anno DUEMILAVENTISEI, il giorno 15 del mese di GENNAIO alle ore 10.00 presso l'A.S.L. CN1, nei locali della S.S. Acquisti ubicati in Cuneo – Via Carlo Boggio, 12 – si è riunito il seggio di gara composto da:

- Dott. ssa Roberta Garis – Presidente
- Sig.ra Alessandra Allasia – Funzionario S.S. Acquisti
- Sig.ra Simona Sandrone – Funzionario S.S. Acquisti – Segretario verbalizzante

per procedere all'apertura telematica delle buste contenenti le offerte economiche.

Preliminarmente si prende atto dei punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice come di seguito riportato:

LOTTO 1 – Elettrodi monouso per monitoraggio a breve durata (inferiore a 24 ore) con innesto a bottone

CRITERI DI VALUTAZIONE	DITTE OFFERENTI					
	<u>ALEA</u> codice HS15	<u>LAMONEA</u> codice SF102	<u>AMBU</u> codice 4200	<u>ID&CO</u> codice FS- RG1/10	<u>FIAB</u> codice F9046	<u>CERACARTA</u> codice 16115
<i>Qualità della traccia (Max punti 25)</i>	Discreto (0,50) Punti 12,5	Discreto (0,50) Punti 12,5	Ottimo (1,0) Punti 25	Discreto (0,50) Punti 12,5	Ottimo (1,0) Punti 25	Discreto (0,50) Punti 12,5
<i>Adesività in condizioni difficili (sudorazione profusa – ipoperfusione – ipertricosi) (Max punti 15)</i>	Discreto (0,50) Punti 7,5	Discreto (0,50) Punti 7,5	Ottimo (1,0) Punti 15	Discreto (0,50) Punti 7,5	Ottimo (1,0) Punti 15	Buono (0,70) Punti 10,5
<i>Facilità di innesto e disinne- sto del cavo (Max punti 10)</i>	Discreto (0,50) Punti 5	Discreto (0,50) Punti 5	Ottimo (1,0) Punti 10	Discreto (0,50) Punti 5	Ottimo (1,0) Punti 10	Ottimo (1,0) Punti 10

<i>Facilità di applicazione e rimozione (Max punti 10)</i>	Discreto (0,50) Punti 5	Discreto (0,50) Punti 5	Ottimo (1,0) Punti 10	Discreto (0,50) Punti 5	Ottimo (1,0) Punti 10	Ottimo (1,0) Punti 10
<i>Dimensione dell'elettrodo (Max punti 5)</i>	Discreto (0,50) Punti 2,5	Discreto (0,50) Punti 2,5	Ottimo (1,0) Punti 5	Distinto (0,80) Punti 4	Ottimo (1,0) Punti 5	Ottimo (1,0) Punti 5
<i>Basso residuo di collante/gel e tolleranza cutanea (Max punti 5)</i>	Distinto (0,80) Punti 4	Distinto (0,80) Punti 4	Ottimo (1,0) Punti 5	Discreto (0,50) Punti 2,5	Ottimo (1,0) Punti 5	Sufficiente (0,30) Punti 1,5
TOTALE PUNTEGGIO:	36,5	36,5	70	36,5	70	49,5

LOTTO 2 Elettrodi monouso per monitoraggio a breve durata (inferiore a 24 ore) con innesto a banana

CRITERI DI VALUTAZIONE	DITTE OFFERENTI			
	<u>ALEA</u> codice BA03	<u>ID&CO</u> codice FS-RB4/5	<u>FIAB</u> codice F9047/4F	<u>CERACARTA</u> codice 14999
<i>Qualità della traccia (Max punti 25)</i>	Buono (0,70) punti 17,5	Ottimo (1,0) Punti 25	Ottimo (1,0) Punti 25	Discreto (0,50) Punti 12,5
<i>Adesività in condizioni difficili (sudorazione profusa – ipoperfusione – ipertricosi) (Max punti 15)</i>	Discreto (0,50) Punti 7,5	Distinto (0,80) Punti 12	Ottimo (1,0) Punti 15	Sufficiente (0,30) Punti 4,5
<i>Facilità di innesto e disinneamento del cavo (Max punti 10)</i>	Discreto (0,50) Punti 5	Ottimo (1,0) Punti 10	Ottimo (1,0) Punti 10	Buono (0,70) Punti 7
<i>Facilità di applicazione e rimozione (Max punti 10)</i>	Ottimo (1,0) Punti 10	Ottimo (1,0) Punti 10	Ottimo (1,0) Punti 10	Ottimo (1,0) Punti 10
<i>Dimensione dell'elettrodo (Max punti 5)</i>	Ottimo (1,0) Punti 5	Ottimo (1,0) Punti 5	Ottimo (1,0) Punti 5	Ottimo (1,0) Punti 5
<i>Basso residuo di collante/gel e tolleranza cutanea (Max punti 5)</i>	Ottimo (1,0) Punti 5	Discreto (0,50) Punti 2,5	Ottimo (1,0) Punti 5	Sufficiente (0,30) Punti 1,5
TOTALE PUNTEGGIO:	50	64,5	70,00	40,5

LOTTO 3 Elettrodi monouso con innesto a bottone ad alta prestazione – prove da sforzo e Holtel 24/48 ore

CRITERI DI VALUTAZIONE	DITTE OFFERENTI				
	<u>ALEA</u> codice HM20	<u>AMBU</u> codice L-00-S/25	<u>ID&CO</u> codice T-VO01	<u>FIAB</u> codice F2017	<u>CERACARTA</u> codice 20686
<i>Qualità della traccia (Max punti 25)</i>	Minimale (0,20) punti 5	Discreto (0,50) Punti 12,5	Discreto (0,50) Punti 12,5	Ottimo (1,0) punti 25	Sufficiente (0,30) Punti 7,5
<i>Misura elettrodo e buon mantenimento dell'adesività per lungo periodo (Max punti 20)</i>	Buono (0,70) Punti 14	Discreto (0,50) Punti 10	Sufficiente (0,30) punti 6	Distinto (0,80) Punti 16	Discreto (0,50) Punti 10
<i>Basso residuo di collante/gel e tolleranza cutanea (Max punti 10)</i>	Ottimo (1,0) Punti 10	Ottimo (1,0) Punti 10	Ottimo (1,0) Punti 10	Ottimo (1,0) Punti 10	Ottimo (1,0) Punti 10

<i>Resistenza alla trazione tra cute ed elettrodo e tra supporto adesivo e bottone (Max punti 15)</i>	Discreto (0,50) Punti 7,5	Discreto (0,5) Punti 7,5	Discreto (0,50) Punti 7,5	Distinto (0,80) Punti 12	Buono (0,70) Punti 10,5
TOTALE PUNTEGGIO:	36,5	40	36	63	38

LOTTO 4 Elettrodo monouso con innesto a bottone (tipo Red Dot) ad alta prestazione per monitoraggio a lunga durata

CRITERI DI VALUTAZIONE	DITTE OFFERENTI			
	<u>ALEA</u> codice HW08	<u>ID&CO</u> codice W-601	<u>FIAB</u> codice F2080	<u>CERACARTA</u> codice 14710
<i>Qualità della traccia (Max punti 25)</i>	Minimale (0,20) Punti 5	Distinto (0,80) Punti 20	Buono (0,70) Punti 17,5	Buono (0,70) Punti 17,5
<i>Adesività in condizioni difficili (sudorazione profusa – ipoperfusione – ipertricosi) e facilità di applicazione e rimozione (Max punti 15)</i>	Sufficiente (0,30) Punti 4,5	Distinto (0,80) Punti 12	Discreto (0,50) Punti 7,5	Discreto (0,50) Punti 7,5
<i>Tolleranza cutanea/traspirabilità (Max punti 15)</i>	Buono (0,70) Punti 10,5	Distinto (0,80) Punti 12	Sufficiente (0,30) Punti 4,5	Discreto (0,50) Punti 7,5
<i>Resistenza alla trazione tra cute ed elettrodo e tra supporto adesivo e bottone (Max punti 15)</i>	Discreto (0,50) Punti 7,5	Distinto (0,80) Punti 12	Discreto (0,50) Punti 7,5	Discreto (0,50) Punti 7,5
TOTALE PUNTEGGIO:	27,5	56	37	40

LOTTO 5 Elettrodi a bottone amagnetici e radiotrasparenti

LAMONEA: l'elettrodo proposto non risulta amagnetico, caratteristica prevista come requisito minimo.

CRITERI DI VALUTAZIONE	DITTE OFFERENTI				
	<u>ALEA</u> codice TS12	<u>AMBU</u> codice 4841P	<u>ID&CO</u> codice FS-RGC710	<u>FIAB</u> codice F9069RM	<u>CERACARTA</u> codice 14654
<i>Qualità della traccia (Max punti 25)</i>	Discreto (0,50) Punti 12,5	Distinto (0,80) Punti 20	Ottimo (1,0) Punti 25	Insufficiente (0) Punti 0	Sufficiente (0,30) Punti 7,5
<i>Adesività in condizioni difficili (sudorazione profusa – ipoperfusione – ipertricosi) (Max punti 15)</i>	Insufficiente (0) Punti 0	Buono (0,70) Punti 10,5	Ottimo (1,0) Punti 15	Discreto (0,50) Punti 7,5	Discreto (0,50) Punti 7,5
<i>Facilità di innesto e disinneamento del cavo (Max punti 10)</i>	Buono (0,70) Punti 7	Distinto (0,80) Punti 8	Ottimo (1,0) Punti 10	Buono (0,70) Punti 7	Buono (0,70) Punti 7
<i>Facilità di applicazione e rimozione (Max punti 10)</i>	Minimale (0,20) Punti 2	Buono (0,70) Punti 7	Ottimo (1,0) Punti 10	Buono (0,70) Punti 7	Discreto (0,50) Punti 5
<i>Dimensione dell'elettrodo (Max punti 5)</i>	Discreto (0,50) Punti 2,5	Ottimo (1,0) Punti 5	Ottimo (1,0) Punti 5	Buono (0,70) Punti 3,5	Minimale (0,20) Punti 1
<i>Basso residuo di collante/gel e tolleranza cutanea (Max punti 5)</i>	Buono (0,70) Punti 3,5	Discreto (0,50) Punti 2,5	Ottimo (1,0) Punti 5	Discreto (0,50) Punti 2,5	Discreto (0,50) Punti 2,5
TOTALE PUNTEGGIO:	27,5	53	70	27,5	30,5

LOTTO 6 Elettrodi monouso di dimensioni ridotte per applicazioni neonatali

CRITERI DI VALUTAZIONE	DITTE OFFERENTI		
	AMBU codice BRS-50-A/12 BRS-50- K/EU/12	FIAB codice F9053PRRM- F9058PRRM	CERACARTA codice 15079 -15080
Qualità della traccia (Max punti 25)	Ottimo (1,0) Punti 25	Ottimo (1,0) Punti 25	Ottimo (1,0) Punti 25
Adesività in condizioni difficili (Max punti 15)	Ottimo (1,0) Punti 15	Ottimo (1,0) Punti 15	Ottimo (1,0) Punti 15
Basso residuo di collante/gel e tolleranza cutanea (Max punti 10)	Ottimo (1,0) Punti 10	Ottimo (1,0) Punti 10	Ottimo (1,0) Punti 10
Resistenza alla trazione tra cute ed elettrodo (Max punti 10)	Ottimo (1,0) Punti 10	Ottimo (1,0) Punti 10	Ottimo (1,0) Punti 10
Pezzi contenuti nella confezione (Max punti 10)	Minimale (0,2) Punti 2	Ottimo (1,0) Punti 10	Buono (0,70) Punti 7
TOTALE PUNTEGGIO:	62	70	67

LOTTO 7 Elettrodi monouso di dimensioni ridotte per pazienti pediatrici

CRITERI DI VALUTAZIONE	DITTE OFFERENTI		
	AMBU codice WS-00-S/50	FIAB codice F9060P	CERACARTA codice 15004
Qualità della traccia (Max punti 20)	Ottimo (1,0) Punti 20	Ottimo (1,0) Punti 20	Ottimo (1,0) Punti 20
Adesività in condizioni difficili (Max punti 15)	Ottimo (1,0) Punti 15	Ottimo (1,0) Punti 15	Ottimo (1,0) Punti 15
Facilità di innesto e disinne- sto del cavo (Max punti 10)	Ottimo (1,0) Punti 10	Ottimo (1,0) Punti 10	Ottimo (1,0) Punti 10
Facilità di applicazione e rimo- zione (Max punti 10)	Ottimo (1,0) Punti 10	Ottimo (1,0) Punti 10	Ottimo (1,0) Punti 10
Basso residuo di collante/gel e tolleranza cutanea (Max punti 10)	Ottimo (1,0) Punti 10	Ottimo (1,0) Punti 10	Ottimo (1,0) Punti 10
Dimensione dell'elettrodo idoneo per la destinazione di utilizzo in pazienti pediatrici (Max punti 5)	Buono (0,70) Punti 3,5	Buono (0,70) Punti 3,5	Ottimo (1,0) Punti 5
TOTALE PUNTEGGIO:	68,5	68,5	70

Si prende altresì atto delle comunicazioni di esclusione inviate ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i, alle ditte non ammesse al prosieguo della gara.

Si prende atto che la lettera di invito prevede all' art. 7 il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica come di seguito indicato:

$$Ce_j = (R_j/R_{max})^{0,3}$$

Dove:

Simbolo	Descrizione
Ce_j	Coefficiente attribuito al concorrente j -esimo
R_j	ribasso percentuale dell'offerta del concorrente j -esimo
R_{max}	ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

ma che, per mero errore materiale è stata inserita sulla Piattaforma Sintel una formula, per l'attribuzione del punteggio economico, non corrispondente a quanto indicato nella lex specialis di gara e pertanto la graduatoria economica viene gestita OFF LINE per tutti i lotti di gara, come già comunicato tramite SINTEL in "Comunicazioni procedura" in fase di chiarimenti, prima della scadenza di presentazione offerte (prot. 0096014 del 18/07/2025)

Si procede, quindi, operando sulla piattaforma SINTEL all'inserimento dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e alla conseguente apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche presentate dalle ditte ammesse alla presente fase e si prende atto delle quotazioni presentate per ciascuna ditta per ciascun lotto.

I punteggi economici vengono gestiti off line applicando la formula indicata nella Lex Specialis come di sopra riportata e, in esito a tali operazioni, si prende atto del punteggio complessivo (qualità + prezzo) conseguito, per ciascun Lotto, da ciascuna ditta e delle relative graduatorie, così come di seguito riportato:

Graduatoria E-procurement Sintel:

<u>LOTTO 1 – Elettrodi monuoso per monitoraggio a breve durata (inferiore a 24 ore) con innesto a bottone</u>				
Ditte	Off. economica	Punti qualità	Punti prezzo	Punti totali
Fiab	61.750,00 €	70,00	30,00	100,00
Ambu	98.800,00 €	70,00	15,66	85,66
Ceracarta	64.600,00 €	49,50	29,37	78,87
Lamonea	62.510,00 €	36,50	29,83	66,33
ID&CO	64.600,00 €	36,50	29,37	65,87
Alea	72.200,00 €	36,50	27,52	64,02

Si accerta che le offerte presentate dalle Ditte FIAB e LAMONEA indicano un prezzo unitario con quattro cifre decimali. La lettera di invito prevede all'art. 4 "Modalità di presentazione dell'offerta" quanto di seguito:

"Il prezzo unitario offerto dovrà essere espresso con un numero massimo di TRE decimali dopo la virgola.

Nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiori a tre, saranno considerate esclusivamente le prime tre cifre decimali dopo la virgola con gli arrotondamenti di legge"

Si procede pertanto come indicato dalla Lex Specialis:

Ditta FIAB - il prezzo unitario offerto di € 0,0325, **ai soli fini della determinazione della graduatoria**, viene arrotondato a € 0,033

Ditta LAMONEA – il prezzo unitario offerto di € 0,0329 **ai soli fini della determinazione della graduatoria**, viene arrotondato a € 0,033.

Si dà atto che, applicandosi la regola prevista dalla documentazione di gara non si determina alcun effetto distorsivo della par condicio tra i partecipanti; l'arrotondamento comporta la modifica di alcuni punteggi economici senza peraltro determinare alcuna modifica nella graduatoria finale.

Graduatoria con arrotondamenti:

Ditte	Punti qualità	Punti prezzo	Punti totali
Fiab	70,00	30,00	100,00
Ambu	70,00	15,77	85,77
Ceracarta	49,50	29,57	79,07
Lamonea	36,50	30,00	66,50
ID&CO	36,50	29,57	66,07
Alea	36,50	27,71	64,21

LOTTO 2 Elettrodi monouso per monitoraggio a breve durata (inferiore a 24 ore) con innesto a banana

Ditte	Off. economica	Punti qualità	Punti prezzo	Punti totali
Fiab	12.100,00 €	70,00	19,68	89,68
ID&CO	11.880,00 €	64,50	21,94	86,44
Alea	10.780,00 €	50,00	28,99	78,99
Ceracarta	10.560,00 €	40,50	30,00	70,50

LOTTO 3 Elettrodi monouso con innesto a bottone ad alta prestazione – prove da sforzo e Holtel 24/48 ore

Ditte	Off. economica	Punti qualità	Punti prezzo	Punti totali
Fiab	12.740,00 €	63,00	30,00	93,00
Ceracarta	14.040,00 €	38,00	28,73	66,73
Ambu	19.500,00 €	40,00	20,91	60,91
ID&CO	19.240,00 €	36,00	21,46	57,46
Alea	20.800,00 €	36,50	17,49	53,99

LOTTO 4 Elettrodo monouso con innesto a bottone (tipo Red Dot) ad alta prestazione per monitoraggio a lunga durata

Ditte	Off. economica	Punti qualità	Punti prezzo	Punti totali
ID&CO	11.200,00 €	56,00	18,51	74,51
Ceracarta	9.600,00 €	40,00	30,00	70,00
Fiab	10.600,00 €	37,00	24,37	61,37

LOTTO 5 Elettrodi a bottone amagnetici e radiotrasparenti

Ditte	Off. economica	Punti qualità	Punti prezzo	Punti totali
ID&CO	960,00 €	70,00	30,00	100,00
Ambu	1.340,00 €	53,00	22,00	75,00

LOTTO 6 Elettrodi monouso di dimensioni ridotte per applicazioni neonatali

Ditte	Off. economica	Punti qualità	Punti prezzo	Punti totali
Fiab	3.600,00 €	70,00	29,81	99,81
Ceracarta	3.504,00 €	67,00	30,00	97,00
Ambu	7.500,00 €	62,00	15,52	77,52

LOTTO 7 Elettrodi monouso di dimensioni ridotte per pazienti pediatrici

Ditte	Off. economica	Punti qualità	Punti prezzo	Punti totali
Ceracarta	216,00 €	70,00	30,00	100,00
Fiab	236,00 €	68,50	22,99	91,49
Ambu	240,00 €	68,50	20,78	89,28

Si richiama quanto previsto dall'art. 5 della lettera d'invito, in merito alla verifica di anomalia delle offerte e si prende atto che, risulta necessario attivare il sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta nei

confronti delle seguenti ditte:

Lotti n. 1-3-6

Lotto n. 5

Lotto n. 7

Ditta FIAB S.p.A.

Ditta ID&CO S.r.l

Ditta CERACARTA

Si rinvia pertanto a successiva seduta, all'esito del sub-procedimento di verifica dell'anomalia da parte del Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, per la formulazione della proposta di aggiudicazione con riferimento a ciascun lotto.

La seduta si chiude alle ore 17.00


Il verbale viene firmato dai componenti il Seggio di Gara.

Savigliano li, 15/01/2026

Dott.ssa Roberta Garis



Sig.ra Alessandra Allasia



Sig.ra Simona Sandrone

